



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 04 listopada 2014 roku

NO.IV.– 240/42/14

Sprostowanie

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zakup gamma kamery SPECT/CT wraz z dostawą, instalacją oraz przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadza się następującą zmianę:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

W SIWZ pkt. 4 jest:

4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności

Wymagane terminy realizacji zamówienia:

- a) Dostawa urządzenia wraz z fakturą do 30 grudnia 2014 roku.
- b) Przystosowanie pomieszczeń pracowni gamma kamery SPECT/CT w zakresie niezbędnym do jej instalacji i uruchomienia, montaż aparatu wraz z jego wyposażeniem - do 28 lutego 2015 roku.
- c) Uruchomienie wszystkich urządzeń i podzespołów, integracja z posiadanym przez Szpital systemem rejestracyjnym i archiwizacyjnym, przeszkolenie personelu, przekazanie stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku - do 31 marca 2015 roku.

Warunki płatności:

Przelew do 30 dni od daty prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

Zmienia się na:

4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności

Wymagane terminy realizacji zamówienia:

- d) Dostawa urządzenia wraz z fakturą do 18 grudnia 2014 roku.
- e) Przystosowanie pomieszczeń pracowni gamma kamery SPECT/CT w zakresie niezbędnym do jej instalacji i uruchomienia, montaż aparatu wraz z jego wyposażeniem - do 28 lutego 2015 roku.
- f) Uruchomienie wszystkich urządzeń i podzespołów, integracja z posiadanym przez Szpital systemem rejestracyjnym i archiwizacyjnym, przeszkolenie personelu, przekazanie stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku - do 31 marca 2015 roku.

Warunki płatności:

Przelew do 30 dni od daty prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W Załączniku nr 2 do SIWZ jest:

pkt. IV.2:

Kolumna 2: Wymiary prostokątnego, użytecznego pola widzenia detektora (UFOV), minimalne:

Szerokość \geq 53 cm

Głębokość \geq 38 cm

Kolumna 3: Tak

 podać wartość
 podlega ocenie

Kolumna 4: Wartość min - 0 pkt.

 Max - 5 pkt

 Pozostałe - proporcjonalnie

pkt. IX.2:

Kolumna 2: Możliwość wykonania badania radiologicznego z diagnostyczną jakością obrazu

Kolumna 3: Tak/Nie

Kolumna 4: Tak – 5 pkt.

 Nie – 0 pkt.

pkt. IX.9:

Kolumna 2: Dawka CTDI100 dla 120 kV oraz 20 mAs:

 - Ciało centrum $\leq 3,5$ mGy

 - Ciało powierzchnia ≤ 7 mGy

Kolumna 3: Tak

 podać

pkt. XI.13:

Kolumna 2: Oprogramowanie umożliwiające wyznaczania wartości wychwyty SUV w Bq/ml albo mCi/ml dla obszarów o zwiększonym wychwycie w oparciu o technet Tc99 (xSPECT QUANT, Q.Metrix lub analogiczny wg nazewnictwa producenta)

Kolumna 3: Tak

pkt. XI.14:

Kolumna 2: Oprogramowanie umożliwiające wyznaczania wartości wychwyty SUV w Bq/ml albo mCi/ml dla obszarów o zwiększonym wychwycie w oparciu co najmniej o jod 131 oraz inne izotopy (xSPECT QUANT, Q.Metrix lub analogiczny wg nazewnictwa producenta)

Kolumna 3: Tak/Nie

Kolumna 4: Tak – 10 pkt.

 Nie – 0 pkt.

Zmienia się na:

Załącznik nr 2 do SIWZ przyjmuje brzmienie Załącznik nr 2 nowy do SIWZ

pkt. IV.2:

Kolumna 2 pozostaje bez zmian

Kolumna 3: Tak

 podać wartość

Kolumna 4: punktacja została usunięta

pkt. IX.2:

Kolumny 2 i 3 pozostają bez zmian

Kolumna 4 zmiana punktacji: Tak – 10 pkt.

 Nie – 0 pkt.

pkt. IX.9: punkt został usunięty

pkt. XI.13: punkt został usunięty

pkt. XI.14 - zmienia się na punkt XI.13:

Kolumna 2: Oprogramowanie umożliwiające wyznaczania wartości wychwyty SUV w Bq/ml albo mCi/ml dla obszarów o zwiększonym wychwycie w oparciu o technet Tc99 lub jod 131 oraz inne izotopy (opisać wg nazewnictwa producenta)

Kolumny 3 i 4 pozostają bez zmian

pkt. XI. 15 zmienia się na pkt. XI.14.

Załącznik nr 2 nowy do SIWZ dołączamy.

W Załączniku nr 8 do SIWZ jest:

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- a) Dostawa urządzenia wraz z fakturą do 30 grudnia 2014 roku.
- b) Dostosowanie pomieszczeń pracowni Gammakamery SPECT/CT w zakresie niezbędnym do jej instalacji i uruchomienia, montaż aparatu wraz z jego wyposażeniem - do 28 lutego 2015 roku.
- c) Uruchomienie wszystkich urządzeń i podzespołów, integracja z posiadanym przez Szpital systemem rejestracyjnym i archiwizacyjnym oraz przeprowadzenie testów sprawdzających, przeszkolenie personelu, przekazanie stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku - do 31 marca 2015 roku.

zmienia się na:

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- a) Dostawa urządzenia wraz z fakturą do 18 grudnia 2014 roku.
- b) Dostosowanie pomieszczeń pracowni Gammakamery SPECT/CT w zakresie niezbędnym do jej instalacji i uruchomienia, montaż aparatu wraz z jego wyposażeniem - do 28 lutego 2015 roku.
- c) Uruchomienie wszystkich urządzeń i podzespołów, integracja z posiadanym przez Szpital systemem rejestracyjnym i archiwizacyjnym oraz przeprowadzenie testów sprawdzających, przeszkolenie personelu, przekazanie stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku - do 31 marca 2015 roku.

DYREKTOR

lek. Rafał Włódek Szucha

Sporządziła
Zofia Maciejaska