



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Pila, 16 grudnia 2014 roku

ZP – 240/30/14

uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30 tys. euro na dostawę testów laboratoryjnych do wykonywania badań diagnostycznych oraz próbek

Pytania dla zadania 3:

- 1) Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 testy pakowane po 25 szt/op z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej ilości testów i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: TAK

- 2) Czy Zamawiający w zadaniu 3 oczekuje testu immunofiltracyjnego?

Odpowiedź: TAK

Pytania dla zadania 4:

- 1) Czy Zamawiający w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej oraz ujemnej dla testu wykrywającego antygen G. lamblia w kale (pozycja 2 zadania 4)?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

- 2) Czy Zamawiający w poz. 2 oczekuje zaferowania testu o najwyższej czułości i swoistości tj. >99%?

Odpowiedź: TAK

DYREKTOR

lek. Rafał Borterek Szucha