

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT**Dostawa cyfrowego aparatu RTG „DR” wraz z montażem i adaptacją pomieszczenia**

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
64-920 Piła

NUMER OFERTY	NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY	OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO	OCENA PARAMETRÓW		
			1		
1	GE MEDICAL SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa	901 950,00 zł	1	Moc maksymalna min. 50kW	min. 80 kW – 5 pkt
			2	Maksymalna wartość nastaw prądu min 600 mA	min. 800 mA – 2 pkt
			3	Monitor dotykowy min 10” z informacją o wartości SID i kącie ustawienia lampy, warunkach ekspozycji, miejscu pracy, danych pacjenta i błędach	NIE – 0 pkt
			4	Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi min. 57 ÷ 85 75 cm	min. 50÷ 90 cm - 2 pkt
			5	Pokrycie pola badania min 160 120 cm	min. 180 cm – 2 pkt
			6	Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 175 µm Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi do stołu	> 160 µm – 0 pkt
			7	Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 175 µm Cyfrowy panel detekcyjny/system	> 160 µm – 0 pkt
			8	Ten sam algorytm obróbki obrazu instalowany na posiadanych skanerach i oferowanym aparacie rtg	NIE – 0 pkt.
			9	Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR i skanera CR	NIE- 0 pkt
			10	Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 5 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie	NIE – 0 pkt
			11	Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych	NIE – 0 pkt
			12	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, kąta, automatyczny pomiar różnicy dł. nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości	NIE – 0 pkt
			13	Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen)	NIE – 0 pkt
			14	Wyświetlanie obrazu badania w trybie pełnoekranowym	NIE – 0 pkt
			15	Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki (...)	NIE – 0 pkt
			16	Możliwość wykonywania bezkratkowych badań przyłóżkowych, na wózkach leżących i siedzących o jakości diagnostycznej	NIE – 0 pkt
			17	Możliwość obrazowania całego kręgosłupa, całych kończyn na statywie do zdjęć płucnych poprzez łączenie obrazów min 100 cm	NIE – 0 pkt

2	AGFA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa	675 506,76	1	Moc maksymalna min. 50kW	min. 65 kW – 2 pkt
			2	Maksymalna wartość nastaw prądu min 600 mA	min. 800 mA – 2 pkt
			3	Monitor dotykowy min 10" z informacja o wartości SID i kącie ustawienia lampy, warunkach ekspozycji, miejscu pracy, danych pacjenta i błędach	TAK – 2 pkt
			4	Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi min. 57 ÷ 85 75 cm	min. 50÷ 90 cm - 2 pkt
			5	Pokrycie pola badania min 160 120 cm	min. 120 cm – 0 pkt
			6	Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 175 µm Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi do stołu	130÷160 µm – 2 pkt
			7	Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 175 µm Cyfrowy panel detekcyjny/system	130÷160 µm – 2 pkt
			8	Ten sam algorytm obróbki obrazu instalowany na posiadanych skanerach i oferowanym aparacie rtg	TAK – 2 pkt
			9	Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR i skanera CR	TAK – 2 pkt
			10	Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 5 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie	TAK – 2 pkt
			11	Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych	TAK – 2 pkt
			12	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, kąta, automatyczny pomiar różnicy dł. nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczenie połowy oznaczonej długości	TAK – 2 pkt
			13	Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen)	TAK – 2 pkt
			14	Wyświetlanie obrazu badania w trybie pełnoekranowym	TAK – 2 pkt
			15	Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki (...)	TAK – 2 pkt
			16	Możliwość wykonywania bezkratkowych badań przyłóżkowych, na wózkach leżących i siedzących o jakości diagnostycznej	TAK – 2 pkt
			17	Możliwość obrazowania całego kręgosłupa, całych kończyn na statywie do zdjęć płucnych poprzez łączenie obrazów min 100 cm	NIE – 0 pkt

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: dostawa aparatu: 599 400,00 zł brutto, adaptacja pomieszczeń 100 860,00 zł brutto **RAZEM: 700 260,00 zł brutto**

Termin realizacji zamówienia: 75 dni

Termin płatności 60 dni

Piła, 17 sierpień 2017 roku

Wykonawca e terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.