



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013  
  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: wszpila@pi.onet.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 13.10.2017 roku

NO-ZP.X-240/48/17

***Wszyscy uczestnicy postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem:  
**UTWORZENIE PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

**1. Pytanie**

Dotyczy Załącznika nr 2a „Szczegółowy opis zamówienia” pkt I.5.: W związku z postawionym wymogiem dotyczącym dostarczenia w pakiecie startowym min. 50 cewników do pomiaru EKG prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający miał na myśli dostarczenie zestawu z pojedynczym przetwornikiem do pomiaru ciśnienia inwazyjnego wyposażonego w 50 szt. kopulek jednorazowych?

**Odpowiedź:** Tak

**2. Pytanie**

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

**Odpowiedź:** Nie

**3. Pytanie**

W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

**Odpowiedź:** Tak

**4. Pytanie**

Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Nie. Mamy odpowiednie łącze

**5. Pytanie**

Czy Zamawiający podpisze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający rozważy taką możliwość po wglądzie do projektu danej umowy, już po podpisaniu umowy na przedmiot zamówienia z wybranym Wykonawcą.

## 6. Pytanie

Dotyczy Załącznika nr 2a „Szczegółowy opis zamówienia” pkt L.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 godz. na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) w przypadku wcześniejszego wykonania zdalnej diagnostyki i zamówienia podejrzanych części, których dostawa może przekroczyć 24 godz.?

**Odpowiedź:** Tak

## 7. Pytanie

Dotyczy Załącznika nr 2a „Szczegółowy opis zamówienia” pkt. L.11: Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

**Odpowiedź:** Tak

## 8. Pytanie

Dotyczy Załącznika nr 2a „Szczegółowy opis zamówienia” pkt. L.17: Czy Zamawiający może potwierdzić, iż wymaga wykonania testów odbiorczych i specjalistycznych jednokrotnie, tylko po instalacji?

**Odpowiedź:** Tak

## 9. Pytanie

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 9: Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc. Czy Zamawiający zgodziłby się na zmianę zapisu na „W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu autoryzowanemu serwisowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

## 10. Pytanie

W treści punktu 14.4 SIWZ, opisującego sposób oceny ofert, w kryterium Gwarancja na dostarczone urządzenia medyczne Zamawiający nie określił maksymalnego punktowanego okresu gwarancji. Powyższe może skutkować tym, iż wykonawcy w zamian za względnie najwyższe noty zaoferują jak najdłuższy okres gwarancji, rekompensując sobie ten zabieg ceną oferty, co może utrudnić lub uniemożliwić Zamawiającemu uzyskanie zamówienia z uwagi na znaczne przekroczenie limitu środków, jakie zamawiający może planować przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Wykonawca zwraca się zatem z prośbą o wskazanie w zapisie punktu 14.4 SIWZ maksymalnego dopuszczalnego okresu gwarancji (np. 36 miesięcy) z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego okresu, Zamawiający na potrzeby oceny ofert przyjmie okres maksymalny.

**Odpowiedź:** Zamawiający ustala maksymalny dopuszczalny okres gwarancji na urządzenia medyczne: 48 miesięcy. Przekroczenie terminu 48 miesięcy skutkować będzie przyznaniem z góry 20 pkt.

## 11. Pytanie

Dotyczy pkt. 11.1 SIWZ w zw. z § 6 ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o udostępnienie wzoru formularza cenowego, którego złożenia wraz ofertą wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź:** Zamawiający przekaze niezwłocznie SIWZ w formie edytowalnej na wniosek mailowy Wykonawcy.

## 12. Pytanie

Dotyczy pkt. 11.1. SIWZ: Zamawiający wymaga wypełnienia formularza ofertowego, zawierającego m.in. „zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji i warunków płatności”. Prosimy o wskazanie miejsca w formularzu oferty, gdzie ww. informacja powinna zostać umieszczona.

**Odpowiedź:** Zamawiający skoryguje formularz ofertowy

## 13. Pytanie

Czy Zamawiający posiada centrale p. pożarową? Proszę o podanie danych centrali.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada centralę pożarową zlokalizowaną na poziomie 3 piętra. Jest to centrala BOSCH FPA 500. Centrala ta obsługuje jedynie poziom 3 piętra

## 14. Pytanie

W jakiej odległości od pracowni znajduje się centrala SAP?

**Odpowiedź:** 50-60 mb, w dyżurce pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego

## 15. Pytanie

Proszę o wskazanie istniejących stref pożarowych budynku.

**Odpowiedź:** Na poziomie 3 piętra istnieją trzy strefy pożarowe. Granicą strefy pożarowej są drzwi – wejście – na korytarz planowanej lokalizacji angiografu. Dla wentylacji bytowej w obszarze adoptowanych pomieszczeń zastosować klapy pożarowe sterowane przez SAP z modułów wejście/wyjścia.

## 16. Pytanie

Czy na trasie przyłącza, które będzie dedykowane pod zasilanie nowego aparatu istnieją strefy pożarowe oraz trasy kablowe, szachty techniczne?

**Odpowiedź:** Z lewej strony wejścia na Oddział Kardiologiczny za drzwiami znajduje się: Szach Teletechniczny, Szach Elektryczny. Z szachtu Teletechnicznego w kierunku planowanej lokalizacji angiografu nad przestrzenią sufitową korytarza wybudowano trasę kablową metalową z koryt OBO Betermann 200x60 i 100x60 dla okablowania słaboprądowego, oraz OBO Betermann 100x60 dla zasilania DATA. Trasy kablowe wykonano w klasie REI 60

## 17. Pytanie

Czy Zamawiający dysponuje wolnym polem kompletnie wyposażonym w rozdzielni głównej do podłączenia zasilania aparatu angio?

**Odpowiedź:** Tak

## 18. Pytanie

Czy Zamawiający posiada tablice elektryczną w pobliżu adoptowanych pomieszczeń na potrzeby klimatyzacji, centrali wentylacyjnej, oświetlenia oraz gniazd ogólnych?

**Odpowiedź:** Tak

## 19. Pytanie

W jakiej odległości znajduje się tablica komputerowa od adoptowanych pomieszczeń na potrzeby angio?

**Odpowiedź:** W odległości 50-60 mb. W szachcie Teletechnicznym zainstalować przełącznik sieci LAN z dwoma wkładkami 1 GHz. Szacht wyposażony jest w szyny RACK. Z szachtu do Serwerowni ułożono kabel światłowodowy jednomodowy 24 włókna. Przełącznik skrosować dwoma Paczkordami jednomodowymi do Serwerowni

## 20. Pytanie

Proszę o podanie lokalizacji serwerowni lub punktu dystrybucyjnego sieci LAN.

**Odpowiedź:** W Serwerowni przewidzieć instalację przełącznika światłowodowego GSM 7328FS. W Serwerowni dla potrzeb Angiografu utworzony zostanie oddzielny Wilan

## 21. Pytanie

Czy w adoptowanych pomieszczeniach Zamawiający przewiduje kontrole dostępu? Proszę podać do których pomieszczeń należy zainstalować kontrole dostępu.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się instalacji dodatkowej kontroli dostępu.

## 22. Pytanie

Czy Zamawiający przewiduje wymianę instalacji elektrycznej w adoptowanych pomieszczeniach?

**Odpowiedź:** Tak, w zakresie wynikających z technologii

## 23. Pytanie

Czy w Sali zabiegowej Zamawiający przewiduje wykonanie gniazd separowanych (układ IT)? Jeśli tak to proszę o określenie mocy jaka będzie potrzebna.

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymogami instalowanego sprzętu

## 24. Pytanie

Czy Zamawiający oczekuje wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę? Uzyskanie pozwolenia na budowę, zezwoleń oraz zakończenie prac w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie nie jest możliwe Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania?

**Odpowiedź:** Nie

## 25. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie centrali wentylacyjnej wewnętrznej? Obecnie zakup centrali w wykonaniu zewnętrznym i zakończenie projektu w przewidzianym terminie będzie niemożliwe.

**Odpowiedź:** Tak

## 26. Pytanie

Dotyczy tabeli technicznej Dot. Pkt. C p.pkt. 11 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez "Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego" rozumie rozwiązanie panelu z przyciskami, które użytkownik dotyka w celu uzyskania określonego działania systemu ?

Pytanie jest o tyle zasadne, że niektórzy producenci stosują monitory dotykowe - typu touch screen, które niekiedy są nazywane panelami dotykowymi. Ponieważ nie posiadamy takiego rozwiązania w swojej ofercie to w przypadku negatywnej odpowiedzi nie będziemy mogli złożyć ważnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## 27. Pytanie

Dot. Pkt.G p.pkt. 11

Prosimy o potwierdzenie, że wyświetlanie obrazu fluoroskopowego na monitorze opisanym w pkt. H/1 tzn. w Sali badań jest spełnieniem wymagania Zamawiającego w tym punkcie ?

Pragniemy zaoferować rozwiązanie w którym obrazy medyczne są wyświetlane w sali badań i sterowni (istnieje także możliwość dodatkowego wyprowadzenia sygnału) na monitorach diagnostycznych. Nie przewidywane jest prezentowanie obrazów medycznych na dodatkowych niecertyfikowanych wyświetlaczach.

Ponieważ nie posiadamy innego rozwiązania w swojej ofercie to w przypadku negatywnej odpowiedzi nie będziemy mogli złożyć ważnej oferty.

**Odpowiedź:** Tak

## 28. Pytanie

Dot. Pkt.G p.pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie równoważnego funkcjonalnie rozwiązania realizujące pomiar w nieco inny sposób tzn. wykonanie pomiaru odległości dostępne przy stole badań poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na monitorze opisanym w pkt. H/1'.

Ponieważ nie posiadamy innego rozwiązania w swojej ofercie to w przypadku negatywnej odpowiedzi nie będziemy mogli złożyć ważnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### 29. Pytanie

Dot. Pkt.I p.pkt. 5 Prosimy o usunięcie lub zmianę treści podpunktu, gdyż wymóg dostawy '50 cewników do pomiaru EKG' jest dla nas zupełnie niezrozumiały. Zakładamy, że mamy do czynienia z oczywistą pomyłką i dlatego wnosimy jak wyżej.

**Odpowiedź:** Odpowiedz zgodnie z pytaniem nr 1

### 30. Pytanie

Dot. Pkt. K p.pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000/4400/4800K?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### 31. Pytanie

Dot. Pkt. L p.pkt. 1

Czy Zamawiający oczekuje podania numeru oraz załączenie Certyfikatu CE dla zaoferowanego angiografu, czy dla wszystkich oferowanych urządzeń medycznych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### 32. Pytanie

Dot. Pkt. L p.pkt. 11

Czy Zamawiający zaakceptuje czas na usunięcie awarii wynoszący 72 godziny w dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą ?

**Odpowiedź:** Odpowiedz zgodnie z pytaniem nr 7

### 33. Pytanie

Dot. Pkt. L p.pkt. 20

Czy Zamawiający zaakceptuje jako spełnienie tego wymogu podłączenie angiografu do systemu PACS, co umożliwi pobieranie obrazów i w pełni funkcjonalną pracę na stacji ABW ?

Zamawiający wymaga podłączenia stacji ABW (Advantage Workstation) firmy GE i nie precyzuję sposobu podłączenia.

Zwykle stacje opisowe pobierają dane z systemu PACS. W przypadku jeśli stacja opisowa i aparat są tego samego producenta istnieje również dodatkowa możliwość bezpośredniego podłączenia stacji bezpośrednio do aparatu.

W przypadku innych firm niż GE takie podłączenie może być problematyczne.

**Odpowiedź:** Tak

### 34. Pytanie

Dot. §3 ust. 2 oraz §4 ust.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o usunięcie słów „bezusterkowy“, „bez zastrzeżeń“? Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

**Odpowiedź:** Tak, z podaniem terminu usunięcia zastrzeżeń w protokole odbioru

### 35. Pytanie

Dot. §3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 3 dwóch ustępów o poniższym brzmieniu:

„Wszelkie interwencje serwisowe skutkują przedłużeniem okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia.”

„Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### 36. Pytanie

Dot. §3 ust. 9 – możliwość powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej  
Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta.  
W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

### 37. Pytanie

Dot. §4 ust. 22 lit. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w celu doprecyzowania obowiązków stron, na zmianę brzmienia na poniższe:

„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
- 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,
- 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.“?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie projektu umowy o zapis:, „Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

### 38. Pytanie

Dot. §6 ust. 4

Prosimy Zamawiającego o wskazanie co jest postawą do wystawienia faktury za dostawę oraz za adaptację pomieszczeń.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż płatność nastąpi w transzach za dostawę w wysokości wskazanej w §6 ust. 1 lit. a) oraz za adaptację pomieszczeń w wysokości wskazanej w §6 ust. 1 lit. b) ?

**Odpowiedź:** Podstawą jest protokół odbioru za dostawę i za adaptację pomieszczeń. Zapłata nastąpi w dwóch transzach za dostawę oraz za adaptację pomieszczeń .

### 39. Pytanie

Dot. §8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody jej naprawienie przez Wykonawcę obejmować będzie:

- 1) rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego straty (z ograniczeniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu do 100% wartości brutto umowy),
- 2) korzyści, jakich w sposób uzasadniony spodziewał się Zamawiający, ale których nie osiągnął z uwagi na to, że Wykonawca nie wykonał swego zobowiązania lub wykonał je wadliwie i przez to wyrządził Zamawiającemu szkodę uniemożliwiającą osiągnięcie tych korzyści (z ograniczeniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu do 100% wartości brutto umowy), w szczególności w następujących przypadkach:
  - a) gdy na skutek zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania zamówienia;



~~b) gdy na skutek zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania napraw gwarancyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania napraw gwarancyjnych”?~~

Wykonawca nie może zaakceptować nieznanych kosztów, których nie jest w stanie nawet oszacować.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 40. Pytanie

Dot. §12 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu:

*„[...] W przypadkach opisanych pod lit a i c oświadczenie o odwołaniu winno być poprzedzone pisemnym od rygorem nieważności wezwaniem Wykonawcy, do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych.”?*

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wezwie Wykonawcę pisemnie, do należytego wykonania zapisów umowy i wyznaczy termin nie krótszego niż 5 dni.

#### 41. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza że wykonanie projektu budowlanego oraz wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane nie jest przedmiotem postępowania i nie będzie wymagane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy?

**Odpowiedź:** Tak

#### 42. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza że ilość osób jaka zostanie przeszkolona oraz termin szkolenia (personel zamawiającego) jest w gestii Zamawiającego i nie będzie miało to wpływu na podpisanie protokołu odbioru końcowego i wystawienie FV VAT?

**Odpowiedź:** Szkolenie pracowników Zamawiającego, zgodnie z SIWZ, jest w gestii Wykonawcy. Szkolenie nie ma wpływu na podpisanie protokołu odbioru końcowego i wystawienie FV VAT

#### 43. Pytanie

Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej stropów (sufit oraz podłoga) kondygnacji pomieszczeń przewidzianych do wykonania prac adaptacyjnych.

**Odpowiedź:** Dane dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

#### 44. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza że uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na użytkowanie aparatu i pracowni znajduje się z obowiązkach Zamawiającego i nie będzie obciążało wykonawcy?

**Odpowiedź:** Tak, poza wymogami zapisanymi w SIWZ

#### 45. Pytanie

Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy nowo dostarczona centrala wentylacyjna będzie dedykowana tylko do pomieszczeń związanych z nowopowstałą pracownią elektro-fizjologii czy należy przewidzieć wydajność dla wszystkich pomieszczeń wskazanych w zamieszczonej dokumentacji przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Tak

#### 46. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza że trasy kanałów wentylacyjnych mogą przebiegać korytarzem?

**Odpowiedź:** Tylko w niezbędnym zakresie

#### 47. Pytanie

Czy Zamawiający może określić producenta systemu sygnalizacji pożaru oraz umieszczenie centrali systemu sygnalizacji pożaru oraz potwierdzić że centrala posiada dostateczną wolną ilość miejsca w pętach dozorowych aby wpiąć nowe detektory systemu sygnalizacji pożaru?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 13

#### 48. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości drzwi automatycznych jakie należy dostarczyć w ramach realizacji zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje drzwi automatycznych

#### 49. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza że posiada zapas mocy przyłączeniowej min. 50 kVA?

**Odpowiedź:** Tak

#### 50. Pytanie

Dot. pkt. 8.1 SIWZ – termin udzielenia wyjaśnień

Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki. Zamawiający powinien udzielić wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza - Zamawiający powinien udzielić wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

#### 51. Pytanie

Dot. Pkt. B p.pkt. 3 Czy Zamawiający wprowadzi punktację tego parametru i nada mu brzmienie jak niżej ?

3.	Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220°	TAK, podać	= 220° - 0 pkt, >220° i < 250° - 1 pkt, ≥ 250° - 2 pkt
----	---	------------	--

Wyjaśniamy, że zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO jest jednym z parametrów opisujących możliwości aparatu. Im zakres jest większy tym wyższa klasa aparatu. Jest to konsekwencją zastosowania specjalnych technologii materiałowych oraz dedykowanego wyposażenia statywu min. lamp rtg o niskiej wadze i małych gabarytach.

Wykonawca pragnie złożyć ofertę z nowoczesnym systemem, którego wartość parametrów w większości są znacznie lepsze niż wymagane parametry graniczne. Dokonano symulacji punktacji parametrów ocenianych i wynika z niej, że proponowany przez Wykonawcę system uzyskuje jedynie 30% punktów preferowanego przez Zamawiającego systemu. Zważywszy na porównywalne ceny aparatów oraz kosztów gwarancji jest to różnica uniemożliwiająca złożenie konkurencyjnej oferty oraz podważa samą zasadność składania oferty.

Z punktu widzenia Zamawiającego celowym wydaje się wprowadzenie proponowanej punktacji. Umożliwi ona Wykonawcy złożenie konkurencyjnej oferty z wysokiej jakości aparatem i jednocześnie w ramach uczciwej konkurencji zapewni uzyskanie od preferowanego Wykonawcy atrakcyjniejszej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 52. Pytanie

Dot. Pkt. B p.pkt. 5

Czy Zamawiający wprowadzi punktację tego parametru i nada mu brzmienie jak niżej ?

5.	Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s	TAK, podać	≥ 15°/s i < 25°/s - 0 pkt, ≥ 25°/s - 2 pkt
----	---	------------	---



Wyjaśniamy, że prędkość ruchu dla projekcji LAO/RAO jest jednym z parametrów opisujących możliwości aparatu. Im prędkość jest większa tym wyższa klasa aparatu.

Z punktu widzenia Zamawiającego celowym wydaje się wprowadzenie proponowanej punktacji. Umożliwi ona Wykonawcy złożenie konkurencyjnej oferty z wysokiej jakości aparatem i jednocześnie w ramach uczciwej konkurencji zapewni uzyskanie od preferowanego Wykonawcy atrakcyjniejszej cenowo oferty

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### 53. Pytanie

Dot. Pkt. F p.pkt. 8

Czy Zamawiający wprowadzi punktację tego parametru i nada mu brzmienie jak niżej ?

8.	Wielkość piksela [ $\mu\text{m}$ ]	$\leq 200 \mu\text{m}$ , podać	= $200 \mu\text{m}$ - 0 pkt, < $200 \mu\text{m}$ i > $190 \mu\text{m}$ =1pkt $\leq 190 \mu\text{m}$ - 2 pkt
----	------------------------------------	--------------------------------	--

Wyjaśniamy, że wielkość piksela jest parametrem kluczowym dla rozdzielczości otrzymywanych obrazów.

Nowoczesne detektory angiograficzne mają wielkość piksela znacznie poniżej  $200 \mu\text{m}$ . W stacjonarnych aparatach płucno-kostnych rtg oraz telekomandach typowe są wielkości piksela rzędu  $150 \mu\text{m}$  a w mammografii cyfrowej aż  $50 \mu\text{m}$ .

Z punktu widzenia Zamawiającego celowym wydaje się wprowadzenie proponowanej punktacji. Umożliwi ona Wykonawcy złożenie konkurencyjnej oferty z wysokiej jakości aparatem i jednocześnie w ramach uczciwej konkurencji zapewni uzyskanie od preferowanego Wykonawcy atrakcyjniejszej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*