



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 13 października 2017 roku

NO-ZP.X-240/48/17

Sprostowanie
Odpowiedzi na pytania z dnia 11.10.2017 roku

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: „**PROBÓWKI I INNY DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY**”

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że dokonuje zmiany odpowiedzi na **pytanie nr 40**

jest:

40. Pytanie

zadania nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby elementy systemu do pobierania krwi cechowały się sterylnością STERILE R (próbówki), STERILE EO (igły)?

Odpowiedź: Probówki i igły finalnie sterylizowane, czyste bakteriologicznie, z uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylne (10^{-6} ; SAL \geq 6).Metoda sterylizacji radiacyjna, bądź tlenkiem etylenu.

winno być:

40. Pytanie

zadania nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby elementy systemu do pobierania krwi cechowały się sterylnością STERILE R (próbówki), STERILE EO (igły)?

Odpowiedź: Probówki i igły sterylne, czyste bakteriologicznie, z uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylne (10^{-6} ; SAL \geq 6).