



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w **PIŁA**
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 62 04
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 06 listopada 2017 roku

NO-ZP.IV – 240/51/17

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „**Aparat RTG – ramię C**”

Szpital Specjalistyczny w Piła im. Stanisława Staszica informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 3. ust. 9: Cyt: „W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu autoryzowanemu serwisowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu.”
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzeżenia wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną. Prosimy o doprecyzowanie w/w zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy – Zał. nr 6 do SIWZ.

2. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 7b: Cyt: „z odbytych szkoleń Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi certyfikat potwierdzający uzyskanie określonych uprawnień.” Czy zaświadczenie potwierdzające obecność na szkoleniu z podaniem tematyki szkolenia spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

3. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie: „1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi. Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania – Wykonawca, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy. Okres gwarancji i rękojmi na aparat wynosi ... (min. 24 miesiące). Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy – Zał. nr 6 do SIWZ.

4. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 3 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „bezusterkowego”? Postanowienia o bezusterkowym odbiorze sprzeczne są z pozostałymi postanowieniami umowy w zakresie odbiorów. Ponadto, mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Tak.

5. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 3 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „pełną” oraz na dodanie na końcu treści: „niezależnie od rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia (naprawa / wymiana).”? Powyższe jest w celu doprecyzowania warunków gwarancji

Odpowiedź: Tak.

6. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 3 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „pełną” oraz na dodanie na końcu treści: „na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.”?

W celu doprecyzowania tego postanowienia zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w polskim systemie prawnym.

Odpowiedź: Tak.

7. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 3 ust. 9: Czy Zamawiający w celu doprecyzowania wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie: „9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu.”?

Odpowiedź: Tak.

8. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 3 ust. 10: Czy Zamawiający w celu doprecyzowania wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie: „10. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (na warunkach odrębnie zawartej umowy) na okres 10 lat”

Odpowiedź: § 3 ust. 10 przyjmuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na warunkach odrębnie zawartej umowy lub zleceń na okres 10 lat.

9. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 4 ust. 3 i 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie sformułowania: „bez zastrzeżeń”? Postanowienia o bezusterkowym odbiorze sprzeczne są z pozostałymi postanowieniami umowy w zakresie odbiorów. Ponadto, mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Tak.

10. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 5 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z niniejszego ustępu treści: „oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia”? Do umowy sprzedaży nie ma zastosowania prawna instytucja wypowiedzenia umowy.

Odpowiedź: Tak.

11. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 8 ust. 1 pkt. 2)c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego punktu? Postanowienie nieprecyzyjne a przez to nieważne. Kara umowna może odnosić się tylko do konkretnych, określonych i zindywidualizowanych postaci nienależytego wykonania umowy. „Nienależyte wykonanie umowy” jest sformułowanie stanowczo za szerokim. Tak też orzecznictwo Sądu Najwyższego, patrz min. uchwała siedmiu sędziów SN (orzeczenie SN z dnia 6 listopada 2003r., III CZP 61/03).

Odpowiedź: § 8 ust. 1 pkt. 2)c) przyjmuje brzmienie: za nie dostarczenie dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

12. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, § 8 ust. 3 pkt. 2)c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego punktu? Postanowienie powiela pkt. a) i b) powyżej a ponadto jest nieprecyzyjne a przez to niewłaściwe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy załącznika nr 2 rozdział X pkt. 5: Prosimy o zdefiniowanie co Zamawiający uważa za „podstawowe naprawy”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis „podstawowe naprawy”.

14. Dotyczy załącznika nr 2 rozdział X pkt. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie treści tak by punkt otrzymał brzmienie: „Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (na warunkach odrębnie zawartej umowy) na okres min. 10 lat”

Odpowiedź: Rozdział X pkt. 14 Załącznika nr 2 do SIWZ przyjmuje brzmienie: Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na warunkach odrębnie zawartej umowy lub zleceń na okres min. 10 lat.

15. Dotyczy załącznika nr 2 rozdział I pkt. 3: Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. 3 i wykreślenie zdania „stołu operacyjnego”. Stół operacyjny jest odrębnym wyrobem medycznym i nie jest elementem składowym aparatu rtg z ramieniem C. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający potwierdza, że stół operacyjny nie jest częścią aparatu rtg z ramieniem C i w tym postępowaniu nie stanowi przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla słowa „stołu operacyjnego”.

16. Prosimy o wskazanie co będzie podstawą wystawienia faktury?

Odpowiedź: Protokół odbiorczy.

17. Prosimy o wskazanie jak będzie wyliczona kwota wykazana na fakturze-co będzie podstawą, od której będzie liczony wskazany procent. Czy mówimy o kwotach nett czy brutto?

Odpowiedź: Podstawą będą ceny brutto.

18. Prosimy o wskazanie jaki będzie czas płatności każdej z faktur – od jakiego momentu będzie liczony.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19. Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. 4 pkt. 1 do SIWZ oraz zał. nr 1 § 3 ust. 1: Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

20. Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 4 pkt. a: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia testów specjalistycznych. Wyjaśniamy, że nie ma potrzeby wykonywania testów specjalistycznych, które są wykonywane przez akredytowane firmy w szczególnych przypadkach np. na zlecenie COK itp.. Wiąże się z tym również dodatkowe wysokie koszty, które należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia. Podkreślamy, że przy uruchomieniu jak i na etapie gwarancji w pełni wystarczające są testy akceptacyjne, które potwierdzają parametry techniczne przedmiotu zamówienia i tym samym dopuszczają aparat do dalszej eksploatacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

21. Dotyczy zapisów projektu umowy SIWZ § 8 ust. 1: Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający

ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

22. Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 9: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalnego czasu reakcji na podjęcie czynności serwisowych do 24 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

23. Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 10: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalnego czasu reakcji na podjęcie czynności serwisowych (jako przyjazd serwisu) do 48 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 11: Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 10 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych. W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu. „Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia w okresie gwarancji do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części) oraz do 10 dni roboczych (gdzie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.