



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 12.12.2017 roku

NO-ZP.X-240/55/17

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem:
DIALIZATORY ORAZ INNY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Pytanie

dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 15 – Załącznik Nr 2 do SIWZ:

dot. poz. nr 1, 2 i 4 – Prosimy o zmniejszenie wymaganego limitu ciśnieniowego do 375 PSI/26 bar. Dla badań z zakresu tomografii komputerowej ciśnienie o wartości 375 PSI jest zupełnie wystarczające a wręcz zalecane z powodów klinicznych i najczęściej stosowane jest ciśnienie do 325 PSI. Wyższą wartość tego parametru spełnia tylko i wyłącznie asortyment jednego producenta, tak więc jest to naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dopuszczenie niższej wartości limitu ciśnieniowego w żaden sposób nie wpływa na jakość diagnostyczną badania ani na jakość samego asortymentu. W razie wątpliwości Zamawiającego możemy na życzenie dostarczyć próbki zestawu w celu przetestowania produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pytanie

dot. poz. nr 3 – Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania lub – alternatywnie – o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje Zadania nr 15. łącznik wymieniony w poz. 3 Załącznika nr 2 dla Zadania nr 15 również jest elementem charakterystycznym dla zestawu kompletowanego przez jednego producenta asortymentu do wstrzykiwacza kontrastu, a nie zestawu standardowego. Dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje Zadania nr 15 pozwoli Zamawiającemu na wybór oferty faktycznie najkorzystniejszej. Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tych pozycji jest również fakt, że Wykonawca oferujący dany asortyment (zestawy lub adaptory) może zaoferować je w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie niż dystrybutor pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku tylko z powodu konieczności zaoferowania wszystkich pozycji asortymentowych w tym zadaniu, co z pewnością będzie miało wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego. Na asortyment wyszczególniony w Zadaniu nr 15 w całości ofertę może złożyć tylko jeden podmiot, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz stanowi praktyki monopolistyczne. Taka pakietyzacja zamówienia narusza zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji – podstawowe zasady stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz naraża Zamawiającego na ponoszenie większych kosztów w związku z zakupem materiałów zużywalnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pytanie

dot. Projektu Umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ:

1. dot. § 6 DOSTAWA TOWARU ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ~~wraz z przedmiotem~~ umowy odpowiednio oznakowanego, tj. zawierającego etykietę z takimi danymi jak: data produkcji, data ważności, nazwa asortymentu, skład, oznaczenie producenta, oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, oznaczenia graficzne (piktogramy) powszechnie używane i rozpoznawane w całej Europie.” ~~przyklepanych etykiet identyfikujących produkt.~~

Prosimy o zmianę j.w. oraz o rezygnację z dostarczania asortymentu wraz z etykietami samoprzylepnymi, które stanowią wymóg dodatkowy, porządkowy nie wymagany żadnym postanowieniem prawnym. Informujemy również, że każde opakowanie zbiorcze i jednostkowe oferowanego przez nas asortymentu jest odpowiednio oznakowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (brak zapisów w projekcie o wymogu dostarczenia etykiet samoprzylepnych)

4. Pytanie

„1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3, a także w przypadku naruszeń postanowień § 6 ust. 6 i 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 0,5% wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto faktury za daną dostawę.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego druga strona może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania przekraczającego wysokość kary do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.”

oraz o dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:

„4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczającą 30 dni ponad termin płatności ustalony w § 5 ust. 2 w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Pytanie

dot. § 12 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ~~zobowiązany jest umieścić na fakturze zapis:~~ „wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być przedmiotem ich dalszej sprzedaży, jak również cesji lub przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego. ~~oraz zapis:~~ „Sprzedaż dotyczy wykonania umowy nr/2017/ZP z dniar.”

Prosimy o modyfikację jak wyżej. Ze względu na ograniczenia systemowe systemu księgowego nie jest możliwe umieszczenie takiej adnotacji na fakturze (zbyt duża ilość znaków). Możliwe jedynie jest wskazanie numeru umowy, której dotyczy zafakturowana sprzedaż.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Pytanie

pakiet 15- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów o limicie ciśnienia 375 PSI. W chwili obecnej opis wzięty jest z opisu jednego z dostawców, który podaje ciśnienie 400 PSI. Tak wysokie ciśnienie jest całkowicie nieuzasadnione ponieważ wstrzykiwac Optivantage DH zgodnie z kartami katalogowymi osiąga maksymalne szczytowe ciśnienie 325 PSI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.