

Piła, dnia 21 grudnia 2017 roku

NO-ZP.X-240/53/17

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „**PRZEBUDOWA SOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE WRAZ Z PODJAZDEM DLA KARETEK Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK DO WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Pytanie

MACERATOR Bezdotykowe zamykanie pokrywy za pomocą czujnika podczerwieni

PYTANIE: Czy zamawiający dopuści zamykanie mechaniczne przy użyciu rąk?

Odpowiedź: Nie, automatyczne lub uruchamiane za pomocą pedała nożnego

2. Pytanie

MACERATOR Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni

PYTANIE: Czy zamawiający dopuści automatyczne uruchamianie za pomocą autostartu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pytanie

MACERATOR Moc silnika 2,2kW PYTANIE: Czy zamawiający dopuści moc silnika 1,1 KW?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Pytanie

MACERATOR Moc pompy 370W PYTANIE: Czy zamawiający dopuści moc pompy 0,27 KW?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Pytanie

MACERATOR zasilanie 380V 16A PYTANIE: Czy zamawiający dopuści zasilanie 220-240V?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Pytanie

MACERATOR poziom hałasu 59,5 dba PYTANIE: Czy zamawiający dopuści zwiększony poziom hałasu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Pytanie

MACERATOR Wymiary 500 szer x 1038 wys x 600 głęb mm PYTANIE: Czy zamawiający dopuści wymiary 1050x518x662?

Odpowiedź: Wymiary zgodnie z SIWZ +/- 2%

8. Pytanie

MACERATOR Zbiornik na wodę 27 litrów PYTANIE: Czy zamawiający dopuści zbiornik 24 litry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Pytanie

MACERATOR Zużycie wody z możliwością regulacji 30-37 L (regulowana)

PYTANIE: Czy zamawiający dopuści zużycie wody na cykl 18 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

10. Pytanie

MACERATOR Pokrywa wykonana z tworzywa z technologią antybakteryjną

PYTANIE: Czy zamawiający odstąpi od wymogu pokrywy z tworzywa z technologią antybakteryjną?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił, zgodnie z zmianą SIWZ

11. Pytanie

MACERATOR Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

PYTANIE: Czy zamawiający odstąpi od wymogu obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

12. Pytanie

MACERATOR Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej

PYTANIE: Czy zamawiający odstąpi od wymogu bębna wykonanego ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ