

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 30.01.2018 roku

NO-ZP.VII-240/08/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem:
„MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE DLA LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO I ANALITYCZNEGO”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

Pytanie nr 1

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający dopuści dołączenie materiałów informacyjnych (wg SIWZ pkt 7.2 b) - na wezwanie w formie książkowej podpisanej na pierwszej stronie, poświadczonej za zgodność z oryginałem tylko na pierwszej stronie dokumentu oraz podaną informacją, ilu stron dotyczy poświadczenie z dopiskiem "poświadczenie dotyczystron".

Odpowiedź: Na każdej stronie.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Zadanie nr 1 Grupa A

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD dla krążków?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy: Zadania nr 1 Grupa A

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy odnośnie stężenia antybiotyku w krążku zamiast dokumentu określającego kryteriów akceptacji stężenia według normy DIN?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Zadanie nr 1 Grupa A

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu identycznych warunków przechowywania dla krążków antybiotykowych? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości kiedy przechowywane są w temp. -20°C.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Zadanie nr 1 Grupa A

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków antybiotykowych z minimalnym terminem ważności wynoszącym 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Zadania nr 1 Grupa B

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD dla testów MIC?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Zadania nr 1 Grupa B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów MIC z temperatura przechowywania w temp. -20°C ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Zadania nr 1 Grupa C

Czy w pozycji 4 Zamawiający oczekuje testu kasetkowego czy krążków do badania mechanizmów oporności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Zadania nr 1 Grupa E

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów w postaci liofilizowanych krążków z pierwszego pasażu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Zadania nr 1 Grupa E

Czy Zamawiający dopuści szczepy wzorcowe pochodzące z kolekcji NCTC również w poz. 1-5 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 podłoża na płytkach wg załączonej metodyki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Zadania nr 3

Czy w zapisie w Zał 2a nastąpiła omyłka pisarska i chodzi o jednego producenta? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie powyższego zapisu lub ograniczenie go do podłoża w poz. 1-17, ponieważ pakiet obejmuje zarówno podłoża jak i akcesoria dodatkowe. Akcesoria z poz. 18-20 oraz odczynnik do rozrzedzania płwociny nie muszą być dedykowane do produktów konkretnego producenta podłoża ponieważ są produktami uniwersalnymi, stąd powyższy zapis nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Zadania nr 4

Czy w zapisie w Zał 2a nastąpiła omyłka pisarska i chodzi o jednego producenta? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie powyższego zapisu ponieważ nie ma on uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz 1 i 2 asortyment producenta, który nie posiada certyfikatu ISO?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 testów w opakowaniu 30 szt i wycenę dwóch takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dotyczy: Zadania nr 5 Grupa A i B

Prosimy o podanie wielkości opakowań.

Odpowiedź: Podłoże 500 g

Pytanie nr 17

Dotyczy: Zadania nr 5 Grupa A i B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie A poz. 2 podłoża kompletnego, zawierającego właściwy suplement? W związku z powyższym nie ma potrzeby wyceny Grupy B.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale podłoże nie wymaga autoklawowania.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 18 i 19 asortymentu innego producenta niż w poz. 1-17?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w poz. 1-17 z temperaturą przechowywania 2–8°C?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8,11,15,16,17 podłoży z 5,5 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dotyczy: Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 podłoża z 2 miesięczną datą ważności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Dotyczy: Zadania nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 asortyment producenta, który nie posiada certyfikatu ISO?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy: SIWZ, rozdział 7 pkt 7.2 litera b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź: Tak. Na każdej stronie.

Pytanie nr 24

Dotyczy: Umowa - projekt. (§5 ust. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy: Umowa - projekt. (§11 ust. 7 litera b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Dotyczy: Umowa - projekt. (§11 ust. 7 litera b)

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy: Umowa - projekt. (§11 ust. 7 litera b)

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy: Umowa - projekt. (§8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy: Umowa - projekt.

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dotyczy: Załącznik nr 2a.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany wcześniej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy: Umowa - projekt.

Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa?
Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy: Projekt umowy dzierżawy.

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy: Projekt umowy dzierżawy.

Czy Zamawiający dopuści możliwość konsultacji telefonicznych w przypadku awarii, serwisowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 3.

Jaki dokument Zamawiający ma na myśli przez określenie „świadczenie wiarygodności dystrybutora”? Jakiej treści/zawartości dokumentu oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Dokument poświadczający wiarygodność.

Pytanie nr 35

Dotyczy: Zadanie 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie 10 x 3 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Dotyczy: Zadanie 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opakowania zawierającego 60 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Dotyczy: Zadanie 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opakowania zawierającego 60 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dotyczy: Zadanie 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 opakowania zawierające po 30 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Dotyczy: Zadanie 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opakowania zawierającego 50 krążków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z terminem ważności 1 rok.

Pytanie nr 40

Dotyczy: Zadanie 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opakowania zawierającego 6 x 50 krążków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Dotyczy: Zadanie 14.

Warunki konieczne dotyczące podłoży:

- podłoża są w butelkach plastikowych

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycji nr. 1-3 - podłoża standardowe tlenowe oraz beztlenowe i pediatryczne - podłoża hodowlanych w butelkach wykonanych z bezpiecznego szkła hartowanego odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz lekkich i niedrogich w utylizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy: Umowa - projekt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poniższego zapisu § 5 ust. 2 :

"... W przypadku błędnie sporządzonej faktury VAT w tym braku na fakturze klauzuli, o której mowa w § 12 niniejszej umowy, termin płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu o czas, w którym doręczono prawidłowo sporządzoną fakturę."

Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wskazanie w umowie terminu dłuższego niż 60 dni traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie należności, wierzycielowi zaś przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Jednocześnie wskazać należy, że zamieszczanie dodatkowych klauzul na fakturach VAT jest sprzeczne z przepisami regulującymi wystawianie faktur VAT przez przedsiębiorców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy: Umowa - projekt § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 8 ust. 1 na poniższy:

§ 8 ust. 1

W wysokości 0,1 % wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy: Załącznik nr 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy dot. pozostałych pakietów zostaną usunięte.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 45

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty materiałów informacyjnych w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej na pierwszej tytułowej stronie?

Uzasadnienie: materiały informacyjne typu instrukcje obsługi aparatów to obszerna dokumentacja składająca się czasem nawet z kilkuset stron. Powyższą prośbę kierujemy w związku z dbałością o ochronę środowiska - oszczędność papieru – zgodnie z wymogami prawa Dz. U. Nr 62 poz.62 i wytycznymi wewnętrznymi obowiązującymi w naszej firmie.

Odpowiedź: Tak. Na każdej stronie.

Pytanie nr 46

Dotyczy: Umowa – projekt (§12)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie postanowienia ze względu na fakt, iż system fakturowania Wykonawcy nie pozwala na zamieszczanie wymaganego sformułowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy: Umowa - projekt (§8 ust. 1).

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy: Pakiet nr 13, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do określania lekowrażliwości u grzybów wartością MIC bez możliwości zakupu na sztuki? Testy są zamknięte hermetycznie przez producenta wraz z pochłaniaczem wilgoci, nie jest dopuszczone ich konfekcjonowanie poza zakładem produkcyjnym, ze względu na możliwość utraty aktywności antybiotyków.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 49

Dotyczy: Załącznik nr 2a dla Zadania nr 14.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 50

Dotyczy: §8 ust. 2 Projektu umowy; §2 ust. 1 Projektu umowy dzierżawy oraz Załącznika nr 2a dla Zadania nr 14.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki jest właściwy termin dostawy i montażu aparatu: 4 tygodnie czy 7 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 51

Dotyczy §8 ust. 1 Projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy §12 Projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie ww. zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53

Dotyczy Załącznika nr 2a dla Zadania nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycję suplementu zalecanego przez Producenta do płynów ustrojowych i małych objętości krwi i jednocześnie odstąpi od wymogów:


- *podłoża zapewniają wzrost drobnoustrojom pobranym z innych płynów ustrojowych niż krew, szczególnie wymóg dotyczy płynu mózgowo-rdzeniowego – dołączyć deklarację producenta;*
- *podłoża pediatryczne zapewniają wzrost drobnoustrojom pobranym z innych płynów ustrojowych niż krew, szczególnie wymóg dotyczy płynu mózgowo-rdzeniowego – dołączyć deklarację producenta?*

Wymóg dotyczący suplementacji podłoży z niewielkich ilości krwi, poniżej 0,5ml oraz w przypadku pobierania materiału takiego jak płyny ustrojowe jest wymagany w przypadku wszystkich producentów oferujących takie rozwiązania na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

● CHROMagar™
Malassezia



Wykrywanie *Malassezia* spp.



Odczyt płytki

Wykrywanie:

- *Malassezia furfur*
→ duże, jasnoróżowe, pomarszczone
- inne *Malassezia* spp.
włączając *M. globosa* & *M. restricta*
→ różowy do fioletowego



Szczypty Kontroli Jakości

<i>E. coli</i> ATCC® 25922	zakażony
<i>C. albicans</i> ATCC® 10231	jasnoróżowy
<i>C. tropicalis</i> ATCC® 13699	niekulturowalny - różowy biały
<i>C. globosa</i> ATCC® 2001	fioletowoczerwony
<i>C. krusei</i> ATCC® 14743	różowy

Z publikacji Takamasa i in.:

<i>M. pachydermatis</i> CBS 1879	→ duże, jasnoróżowe i gładkie
<i>M. dermatitidis</i> JCM11348 i JCM11470	→ małe, jasnoróżowe i gładkie
<i>M. globosa</i> CBS 7966	→ małe, fioletowe i gładkie

ATCC® to zastrzeżony znak handlowy American Type Culture Collection

Wykrywanie *Malassezia* spp.

Wstęp

Malassezia spp. to grzyb naturalnie bytujący na skórze wielu gatunków zwierząt, włącznie z człowiekiem. Na normalnej, zdrowej skórze nie powoduje on żadnych infekcji. W momencie, gdy środowisko skóry ulegnie zmianie, grzyby *Malassezia* spp. są zdolne do wywołania objawów chorobowych, takich jak np. ciężkie zapalenie skóry lub zapalenie ucha.

Wykonanie badania

1 ŁATWA I KOLOROWA DETEKCCJA

Z uwagi na biochemiczne i morfologiczne podobieństwa między gatunkami *Malassezia* spp., korzystanie z tradycyjnych podłoży hodowlanych w celu ich różnicowania nie daje pożądanych rezultatów. CHROMagar *Malassezia* został stworzony w celu ułatwienia nie tylko samego wykrywania *Malassezia* spp., ale także rozróżnienia najczęściej występujących gatunków.

Typowy wygląd kolonii:

<i>M. pachydermatis</i> CBS 1879	→ duże, jasnoróżowe, gładkie
<i>M. restricta</i> CBS 7877	→ małe, różowe, gładkie
<i>M. dermatitidis</i> JCM11348 and JCM11470	→ małe, jasnoróżowe, gładkie
<i>M. slooffiae</i> CBS 7956	→ duże, jasnoróżowe, gładkie
<i>M. obtusa</i> CBS 7876	→ średnie, różowe, szorstkie
<i>M. globosa</i> CBS 7966	→ małe, fioletowe, gładkie
<i>M. sympodialis</i> CBS 7222	→ duże, jasnoróżowe, gładkie
<i>M. furfur</i> CBS 1878	→ duże, jasnoróżowe, pomarszczone

Na podstawie: «Revised Culture-Based System for Identification of *Malassezia* Species», by Takamasa et al. JCM No-2007)

Opis podłoża

Rodzaje próbek	Próbki kliniczne i weterynaryjne (skóra, kanały uszne itp.)
Procedura	Posiew bezpośredni. Inkubacja 48h w 30-37°C Warunki tlenowe.

Numer katalogowy:

- 03402/P – CHROMagar *Malassezia* (podłoże na płytkach)
- 402/T – CHROMagar *Malassezia* (podłoże w probówkach)
- 402/B – CHROMagar *Malassezia* (podłoże w butelkach)
- MZ282 – CHROMagar *Malassezia* (podłoże w pudrze)

EMAPOL®

