

## APARATY DO HEMODIALIZY (10 SZT.)

Szpital Specjalistyczny w Piłe  
im. Stanisława Staszica  
ul. Rydygiera 1  
64-920 Piła

### PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

NUMER OFERTY	NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY	OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO [zł]	OCENA TECHNICZNE		GWARANCJA
1	BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8; 00-380 Warszawa	291 600,00	Pomiar Kt/V online. Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy. Możliwość dostawiania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w trakcie trwania dializy	TAK	30 m-cy
			Możliwość zastosowania koncentratu A w higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku.	TAK	
			Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy jednorazowych kapsułek z proszkiem	TAK	
			Podłączenie aparatu do szpitalnej sieci komputerowej z możliwością eksportu informacji dotyczących przebiegu dializy.	TAK	
2	NIPRO POLAND Sp. z o.o. ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa	539 892,00	Pomiar Kt/V online. Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy. Możliwość dostawiania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w trakcie trwania dializy	Tak	48 m-cy
			Możliwość zastosowania koncentratu A w higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku.	TAK	
			Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy jednorazowych kapsułek z proszkiem	NIE	
			Podłączenie aparatu do szpitalnej sieci komputerowej z możliwością eksportu informacji dotyczących przebiegu dializy.	TAK	
3	B. BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl	308 340,00	Pomiar Kt/V online. Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy. Możliwość dostawiania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w trakcie trwania dializy	NIE	48 m-cy
			Możliwość zastosowania koncentratu A w higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku.	TAK	
			Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy jednorazowych kapsułek z proszkiem	NIE	
			Podłączenie aparatu do szpitalnej sieci komputerowej z możliwością eksportu informacji dotyczących przebiegu dializy.	NIE	

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: 324.000,00 zł brutto

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

Termin płatności 60 dni

Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.