



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PIŁE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, 15 marca 2018 roku

NO-ZP.X – 240/17/18

### OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. ZAMAWIAJĄCY: **Szpital Specjalistyczny w Piła im. Stanisława Staszica**  
**ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła**  
REGON: 001261820, NIP: 764-20-88-098  
Telefon: (067) 210 62 07  
[www.szpital-pila.4bip.pl](http://www.szpital-pila.4bip.pl)

2. DOTYCZY:  
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na **dostawę aparatów do hemodializy w ilości 10 sztuk dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Piła.**  
**Liczba zadań: 1**

3. DANE O OFERTACH:

Nr zadania:	1
a) liczba złożonych ofert:	3
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:	0
c) liczba wykluczonych Wykonawców:	0

4. KRYTERIA OCENY:

Kryteria	Waga	Punktacja
CENA BRUTTO	60%	skala 0 – 60 pkt
OCENA TECHNICZNE	25%	skala 0 – 25 pkt
GWARANCJA	15%	skala 0 – 15 pkt

5. WYBÓR OFERTY:

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Numer oferty	Nazwa oferenta, adres	Wartość brutto
1	BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8; 00-380 Warszawa	291 600,00 zł

**Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:** oferta złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i otrzymała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny.

6. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Oferowana wartość brutto [zł]	Ocena techniczne		Gwarancja
1	BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8; 00-380 Warszawa	291 600,00	Pomiar Kt/V online. Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy. Możliwość dostawiania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w trakcie trwania dializy	TAK	30 m-cy
			Możliwość zastosowania koncentratu A w higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku.	TAK	
			Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy jednorazowych kapsułów z proszkiem	TAK	
			Podłączenie aparatu do szpitalnej sieci komputerowej z możliwością eksportu informacji dotyczących przebiegu dializy.	TAK	
2	NIPRO POLAND Sp. z o.o. ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa	539 892,00	Pomiar Kt/V online. Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy. Możliwość dostawiania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w trakcie trwania dializy	Tak	48 m-cy
			Możliwość zastosowania koncentratu A w higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku.	TAK	
			Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy jednorazowych kapsułów z proszkiem	NIE	
			Podłączenie aparatu do szpitalnej sieci komputerowej z możliwością eksportu informacji dotyczących przebiegu dializy.	TAK	
3	B. BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl	308 340,00	Pomiar Kt/V online. Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy. Możliwość dostawiania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w trakcie trwania dializy	NIE	48 m-cy
			Możliwość zastosowania koncentratu A w higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku.	TAK	
			Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy jednorazowych kapsułów z proszkiem	NIE	
			Podłączenie aparatu do szpitalnej sieci komputerowej z możliwością eksportu informacji dotyczących przebiegu dializy.	NIE	

Numer oferty	Nazwa (firma)	Oferowana wartość brutto [pkt]	Ocena parametrów [pkt]	Gwarancja [pkt]	Razem [pkt]
1	BAXTER POLSKA Sp. z o.o.	60,00	25,00	9,37	94,37
2	NIPRO POLAND Sp. z o.o.	32,41	22,00	15,00	69,41
3	B. BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o.	56,74	10,00	15,00	81,74

7. Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ww. ustawy Pzp.

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Podpisał  
lek. Rafał Szuca  
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile