



Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 20.03.2018 roku

NO-ZP.X-240/20/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem:
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI (II)

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 500 sztuk?

Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zmianę w ofercie

2. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki typu 5 z substancją umieszczoną punktowo przebarwiającą się na kolor referencyjny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zestawy testowe w opakowaniach po 100 sztuk wskaźników i 1 przyrząd PCD? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zmianę w ofercie

4. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści wskaźnik kontrolujący efekt mycia w myjniach ultradźwiękowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści wskaźnik w opakowaniach po 30 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zmianę w ofercie

6. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści test zgrzewu odwzorowujący typowe opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

7. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści testy ampułkowe z wiarygodnym odczytem po 24 godzinach?

Odpowiedź: Tak

8. Pytanie

Zapis §8 pkt. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w dostawie na 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę

w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy/faktury.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Pytanie

Zadanie 1, poz. 3: Czy Zamawiający potwierdza, że potwierdzenie niezależnej organizacji notyfikowanej powinno być w postaci certyfikatu, na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Pytanie

Zadanie 1, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści test wsadu zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, pakowany po 400 szt. + przyrząd PCD, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Prosimy również o informację, czy ilość opakowań należy zaokrąglić w górę (zgodnie z zasadami matematyki), czy należy wycenić niepełną ilość opakowań (do 2 miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zmianę w ofercie. Ilość opakowań może zostać zaokrąglona w górę.

11. Pytanie

Zadanie 1, poz. 1, 3, 4: Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga testów laminowanych, co zapobiega ewentualnej emisji substancji wskaźnikowej na zawartość wsadu, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 11140-1?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

12. Pytanie

Zadanie 1, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści test zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, pakowany po 30 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Prosimy również o informację, czy ilość opakowań należy zaokrąglić w górę (zgodnie z zasadami matematyki), czy należy wycenić niepełną ilość opakowań (do 2 miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zmianę w ofercie. Ilość opakowań może zostać zaokrąglona w górę.

13. Pytanie

Zadanie 1, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, pakowany po 5 kartek A5?

Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zmianę w ofercie

14. Pytanie

Zadanie 1, poz. 10: W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający potwierdza, że należy zaoferować 2 opakowania handlowe a' 5 szt. każde?

Odpowiedź: Tak

15. Pytanie

Zadanie 1, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści test zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, o czasie inkubacji 24 godziny, co jest parametrem lepszym od pierwotnie opisanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

16. Pytanie

Zadanie 1, poz. 12, 13: Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.