



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 19.04.2018 roku

NO-ZP.VII-240/25/18

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem:  
**„ODZIEŻ I BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Zadanie 10**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty osłony o wym. 13x235 cm z taśmą nieprzemakalna do mocowania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki wymiar, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Zadanie 10**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty osłony o wym. 18x244 cm z samouszczelniającą końcówką i taśmą nieprzemakalną do mocowania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki wymiar, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy: Zadanie 6 poz. 3-4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy podane ilości odnoszą się do ilości odcinków na rolce czy do ilości rolek? W związku z brakiem informacji dotyczącej długości rolki, prosimy o podanie ilości odcinków lub metrów bieżących.

**Odpowiedź: Podane ilości odnoszą się do ilości rolek, długość rolki 50 m.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy: Zadanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m kw., miękkich, nieprześwitujących i przepuszczających powietrze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy: Zadanie 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha jednorazowego z włókniny o gramaturze 21 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 6

**Dotyczy: Zadanie 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w kolorze turkusowym, wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H<sub>2</sub>O, rękawy proste? Na opakowaniu brak wskaźnika sterylizacji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odporność na przenikanie cieczy 41 cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 7

**Dotyczy: Zadanie 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w kolorze turkusowym, wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 123 cm H<sub>2</sub>O przód, 194 cm H<sub>2</sub>O rękaw, rękawy proste? Na opakowaniu brak wskaźnika sterylizacji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamieszczone parametry. W części dotyczącej braku wskaźnika sterylizacji zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 8

**Dotyczy: Zadanie 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów zabiegowych dostępnych w rozmiarach S- XXL, w których rękawy i nogawki nie są podwinięte i obszyte? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 9

**Dotyczy: Zadanie 13**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stół Mayo wykonany z materiału SMMS? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 10

**Dotyczy: Zadanie 17 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu w następującym składzie:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE

Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowa o grubości 20 µm i włóknina polipropylenowa spunbond o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, połączone w technice współwytłaczania).

Serwetka dla noworodka wykonana z miękkiej włókniny typu spunlace. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 11

**Dotyczy: Zadanie 17 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych o gramaturze obszarów wzmocnionych 109,5g/m<sup>2</sup> (materiał podstawowy plus wzmocnienie)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 12

**Dotyczy: Zadanie 18 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy do zabiegów na kończynie o gramaturze obszarów wzmocnionych 109,5g/m<sup>2</sup> (materiał podstawowy plus wzmocnienie)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 13

**Dotyczy: Zadanie 18 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy uniwersalne z serwetą U o gramaturze obszarów wzmocnionych 109,5g/m<sup>2</sup> (materiał podstawowy plus wzmocnienie)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 14

**Dotyczy: Zadanie nr 13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pokrowców na stół Mayo wykonanych z folii PE +chłonnej włókniny polipropylenowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 15

**Dotyczy: Zadanie 16 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet w rozmiarze 150x200 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 16

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną mocowaną na troki spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 17

**Dotyczy: Zadania 1, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści maskę mocowaną na troki trójwarstwową, wysokobarielową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 18

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści maskę na troki która spełnia wymagania w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 19

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane maski mocowanej na troki po 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 20

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie po 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 21

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną mocowaną na gumki spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 22

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści maskę mocowaną na gumki trójwarstwową, wysokobarierową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 23

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści maskę na gumki która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 24

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane maski mocowanej na gumki po 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 25

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie po 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 26

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.3**

Czy zamawiający dopuści maskę włókninową trójwarstwową, związaną na troki z ochroną na oczy, miękka pianka przeciw parowaniu okularów, pakowana po 25 szt., 100 szt. w kartonie zbiorczym, w kolorze fioletowym, wymiary maski w stanie spoczynku szer. 180 mm, wysokość maski 105 mm w stanie spoczynku, szer. Osłony 300 mm, dł. Szywnika na nos 130 mm, 390 mm dł troków górnych, 350 mm dł. Troków dolnych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 27

**Dotyczy: Zadanie 1, Poz.3**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie po 25 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 28

**Dotyczy: Zadanie 2, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 29

**Dotyczy: Zadanie 2, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 30

**Dotyczy: Zadanie 2, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 31

**Dotyczy: Zadanie 3, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 72 cm x 120 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 32

**Dotyczy: Zadanie 3, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 33

**Dotyczy: Zadanie 3, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 5 cm, wiązany z boku i na szyi, wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> + polietylen PE, w kolorze białym, o długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu -100 szt. w kartonie, Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 34

**Dotyczy: Zadanie 3, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 72 cm x 120 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 35

**Dotyczy: Zadanie 3, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 36

**Dotyczy: Zadanie 5, Poz.1**

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 37

**Dotyczy: Zadanie 5, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze 22 g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 38

**Dotyczy: Zadanie 5, Poz.2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za prześcieradło z włókniny pakowane po 10 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 39

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.1-2**

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 1-2 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 6A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 40

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 41

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3.**

Czy zamawiający dopuści 2 warstwy w podkładzie celulozowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 42

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 43

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwi łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 44

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 45

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto naj-wyższej jakości selekcyjowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 46

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 47

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 48

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 49

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 50

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 51

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 52

**Dotyczy: Zadanie 6, Poz.3**

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 53

**Dotyczy: Zadanie 6,poz.4**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z warstwy bibuły i folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 54

**Dotyczy: Zadanie 6,poz.4**

Czy zamawiający dopuści podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50 cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m<sup>2</sup> , natomiast folia PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 55

**Dotyczy: Zadanie 6,poz.5**

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 40 cm perforacja, 50 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 56

**Dotyczy: Zadanie 6,poz.5**

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 57

**Dotyczy: Zadanie 6,poz.5**

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 58

**Dotyczy: Zadanie 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17 g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni z gumką w tylnej części?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 59

**Dotyczy: Zadanie 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej, posiadające długi prosty rękaw zakończony ściągaczem poliestrowym, lamówkę przy szyi, która jest jednocześnie wiązaniem oraz paskiem przymocowanym do lamówki, służący do wiązania fartucha w pasie po jego oderwaniu od fartucha? Fartuchy są złożone w sposób „book-folded” , który umożliwia aseptyczne założenie wyrobu. Fartuch o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



#### Pytanie nr 60

**Dotyczy: Zadanie 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej fartucha chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup>, rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szywy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo? Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2. odporność na przenikanie cieczy min. 36cmH<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 61

**Dotyczy: Zadanie 4 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrznie w kartoniku. Szywy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH<sub>2</sub>O, mniej krytycznej min. 32cmH<sub>2</sub>O. fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 62

**Dotyczy: Zadanie 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pościeli o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, poszwa 200x1500cm, poszewka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 63

**Dotyczy: Zadanie 6 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty cenowo?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 64

**Dotyczy: Zadanie 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu w rozmiarze 90x170cm , warstwa chłonna 51x82cm, bez superabsorbentu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 65

**Dotyczy: Zadanie 6 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu wypełnionego pulpą celulozową?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 66

**Dotyczy: Zadanie 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 13x244cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 67

**Dotyczy: Zadanie 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozmiarze 80x45 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 68

**Dotyczy: Projekt umowy.**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### Pytanie nr 69

**Dotyczy: Projekt umowy.**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o wierzytelnościach, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy zgodnie z §12?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### Pytanie nr 70

**Dotyczy: Projekt umowy.**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej? Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 71

**Dotyczy: Zadanie 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę z trokami górnymi o długości min. 43 cm i trokami dolnymi o dł. 37cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 72

**Dotyczy: Zadanie 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę czterowarstwową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 73

**Dotyczy: Zadanie 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, wiązany na troki, część przednia wydłużona, z możliwością wywiniecia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 74

**Dotyczy: Zadanie 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 75

**Dotyczy: Zadanie 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 76

**Dotyczy: Zadanie 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach:

Fartuch higieniczny jednorazowy z włókniny polipropylenowej o gramaturze 22 g/m<sup>2</sup>. Fartuch z zachodzącymi na siebie połami, wiązany z tyłu w pasie i na szyi. Rękawy zakończone elastycznym mankietem bawełnianym. Oznaczenie rozmiaru na fartuchu. Rozmiary L, XL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 77

**Dotyczy: Zadanie 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach:

Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z trzywarstwowej włókniny SMS o minimalnej 35 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy – min. 50,47 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju prostym, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości 7,5cm, oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz w postaci kolorowej lamówki identyfikującej dany rozmiar, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x30cm. Na opakowaniu 4 naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 78

Dotyczy: Zadanie 4 poz. 3

Fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmocniony z trzywarstwowej włókniny SMS o minimalnej 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocniony wewnątrz z przodu i na ok. ¾ rękawów laminatem dwuwarstwowym (Polipropylen+ folia PE) o gramaturze 38 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 66 cm H<sub>2</sub>O. Rękaw o kroju prostym, szwy wykonane techniką ultradźwiękową- trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny dł. 7,5cm, oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz w postaci kolorowej lamówki identyfikującej dany rozmiar, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x30cm. Na opakowaniu 4 naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 79

**Dotyczy: Zadanie 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pościel w rozmiarze:

-poszwa 210x160cm,

-poszewka 70x80cm,

-prześcieradło 210x150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 80

**Dotyczy: Zadanie 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, z rękawami i nogawkami ciętymi, niepodszytymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 81

**Dotyczy: Zadanie 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy w rozmiarze 16x250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 82

**Dotyczy: Zadanie 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x60cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 83

**Dotyczy: Zadanie 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z laminatu składającego się z folii PE o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> + włókniny chłonnej o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 84

**Dotyczy: Zadanie 1, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wiązanej na troki o długości min. 38 cm w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 85

**Dotyczy: Zadanie 1, pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej z osłoną na oczy wiązanej na troki, górne o długości min. 40 cm, dolne 34 cm w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 86

**Dotyczy: Zadanie 2, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego z możliwością wywijania, wiązanego na troki, w części bocznej wykonany z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, część górna wykonana z przewiewnego z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m<sup>2</sup>. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 87

**Dotyczy: Zadanie 2, pozycja 1-2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby **czepki** produkowane były w warunkach spełniających wymagania ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 88

**Dotyczy: Zadanie 4, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha nie będącego wyrobem medycznym o gramaturze min . 20 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 89

**Dotyczy: Zadanie 4, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 55 mmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. Rozmiary S-XXL.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 90

**Dotyczy: Zadanie 4, pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 55 mmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min.140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. Rozmiary S-XXL.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 91

**Dotyczy: Zadanie 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : jednorazowe ubranie operacyjne wykonane z wielowarstwowej włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup>, oddychającego, miękkiego, nieprzeziernego i wyjątkowo wygodnego materiału. Składa się z osobno pakowanej bluzy i spodni. Bluza posiada krótkie rękawy, wycięcie wokół szyi w kształcie litery V wykończone welurową lamówką i wyposażona jest w 3 praktyczne kieszenie. Spodnie posiadają troki w pasie do regulacji rozmiaru oraz pojedynczą kieszeń z tyłu, dostępne w szerokiej gamie 6 rozmiarów (XS- XXL ). Zarówno spodnie jak i bluzy posiadają wszywkę z rozmiarem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 92

**Dotyczy: Zadanie 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na przewody składanego teleskopowo w rozmiarze 13x240 cm w zestawie z taśmą.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na przewody składanego rewersowo w rozmiarze 13x244 cm w zestawie z 2 taśmami.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 93

**Dotyczy: Zadanie 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę dolną z bilaminatu rozmiar 36,5x72 cm (rozłożona) w zestawie z 1 taśmą lepłą 9x50cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 94

**Dotyczy: Zadanie 14, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy lepnej sterylnej w rozmiarze 9x50 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 95

**Dotyczy: Zadanie 14, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizatora przewodów typu rzep w rozmiarze 2,5 x 23 cm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizatora przewodów typu rzep w rozmiarze 2,5x14 cm pakowanego po 2 sztuki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 96

**Dotyczy: Zadanie 15, pozycja 6,7,8**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie nowego pakietu, co pozwoli innym Wykonawcą złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 97

**Dotyczy: Zadanie 15, pozycja 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Serwety wykonane z bilaminatu o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem 60x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 98

**Dotyczy: Zadanie 15, pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych. Serwety wykonane z bilaminatu o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie min. 60 g/m<sup>2</sup>.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem 60x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 99

##### **Dotyczy: Zadanie 15, pozycja 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.
- 1 x torba na narzędzia dwukomorowa 33 x 41cm (13x25 cm i 28x25 cm) (pakowana osobno)

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetrację płynów >200 cmH<sub>2</sub>O. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm<sup>2</sup>), odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdluzne min.150 N i poprzeczne min. 100 N. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 100

##### **Zadanie 17, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu do porodu zawierającego osłony na kończyne dolne (nogawice), a omyłkowo nie umieścił ich w opisie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Nie oczekuje, zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 101

##### **Dotyczy: Zadanie 17, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do porodu naturalnego

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm
- 2 x nogawice z bilaminatu 75x 120 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x taśma Lepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta pod pośladki z folii PE 85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka z portem do ssaka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki
- 1 x serweta 75x75cm, przylepna pełnobarierowa, wykonane z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie płynów >200 cm H<sub>2</sub>O. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 102

##### **Dotyczy: Zadanie 17, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego.

Skład zestawu:



-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)  
-1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm  
-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm  
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m<sup>2</sup> o odporności na penetracje płynów min.200cmH<sub>2</sub>O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### Pytanie nr 103

##### **Dotyczy: Zadanie 17, pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu ginekologicznego z torbą na płyny

Skład zestawu:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej
- 1x taśma przylepna 9x50cm
- 2x ręcznik chłonny 30x20cm
- 1x serweta z bil aminatu 75x90cm
- 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 104

##### **Dotyczy: Zadanie 17, pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu z serwetą z torbą na płyny z dwoma trokami z możliwość mocowania z fartuchem operatora, co zwiększa komfort pracy operatora.

**Odpowiedź: Nie oczekuje, zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 105

##### **Dotyczy: Zadanie 17**

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje, aby zaofertowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



#### Pytanie nr 106

##### **Dotyczy: Zadanie 18, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety okulistycznej wykonanej z oddychającej włókniny SMMMS w rozmiarze 122x157 cm z otworem 8x11,5 cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną 13x10 cm z torbą na płyny 48x28 cm ze sztywnikiem, podwójny uchwyt na przewody. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie, zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 107

##### **Zadanie 18, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torba na narzędzia jednokomorowej w rozmiarze 33x41cm z przylepcem 41x5cm. Torba wykonana z polietylenu. Torba pakowana sterylnie, zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 108

##### **Zadanie 18, pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn o nieznacznie szerszym składzie. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm
- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem  $\varnothing$  6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm<sup>2</sup>). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 109

##### **Zadanie 18, pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn

Skład zestawu:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm
- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem  $\varnothing$  5 cm, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m<sup>2</sup> Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy,

numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 110

##### Zadanie 18, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga zestawu obłożeń zawierającego serwetę główną wykonaną z materiału o odporności na przenikanie płynów > 200 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 111

##### Dotyczy: Zadanie 18, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego z serwetą typu U o nieznacznie szerszym składzie

Skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
- 1 x serweta górna 260x182 cm przylepna ze wzmocnieniem
- 1 x serweta nieprzylepna 90x75 cm
- 2 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta dolna 220x300 cm z przylepnym wycięciem U 8,5x107 cm ze wzmocnieniem wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm<sup>2</sup>). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 112

##### Dotyczy: Zadanie 18, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do kraniotomii.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)
  - 2 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym
  - 4 x serweta 45x50 cm, przylepna z bilaminatu
  - 2 x taśma lepna., przezroczysta 8x40 cm
  - 1 x serweta do kraniotomii, 236x406cm, z otworem 20x33cm w kształcie rombu, całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, 2 zintegrowane uchwyty na przewody typu rzep
- Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm

Serweta główna w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*