



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 07.06.2018 roku

NO-ZP.VII-240/40/18

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem:  
**„ODCZYNNIKI LABORATORYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Zadanie 1**

Zamawiający w punkcie 7 opisał: „Płyny do utrwalania, barwienia, odbarwienia zawarte w zestawie nie zawierają substancji niebezpiecznych” – prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia analizy nie zawierały w swoim składzie substancji niebezpiecznych typu metanol, kwas octowy, czyli odczynników, które zgodnie z kartami charakterystyki wymagają specjalnego postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia analizy nie zawierały w swoim składzie substancji niebezpiecznych typu metanol, kwas octowy.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Zadanie 1**

Czy Zamawiający wymaga oprogramowania, które umożliwi dostęp do archiwalnej bazy danych pacjentów.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy: Zadanie 1**

Czy Zamawiający wymaga oznaczania prążków oligoklonalnych metodą izoelektroogniskowania z immunofiksacją czy przy pomocy samej immunofiksacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznaczenia prążków oligoklonalnych metodą samej immunofiksacji.**

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*