

Piła, dnia 18.06.2018 roku

NO-ZP.X-240/37/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „**WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (CZĘŚĆ 1)**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Pytanie

Zadanie 1 WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt. Ad.21 Czy zamawiający dopuści wózek bez aktywnego hamulca ręcznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pytanie

Zadanie 1 WÓZEK TRANSPORTOWY (WĘŻSZY) – 3 szt. Ad.21 Czy zamawiający dopuści wózek bez aktywnego hamulca ręcznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pytanie

Zadanie 3 SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA szt. 2 Ad. 10 Czy zamawiający dopuści centrale wyposażone w dwa monitory dotykowe o przekątnej 23" z zachowaniem pozostałych wymagań w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 6 i 13) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4500K? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 13 źródeł światła LED umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 100 000 lux?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami



6. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 30 źródeł światła LED umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 100 000 lux?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

7. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową ze stopniową regulacją natężenia światła w zakresie od 10 do 100% w 8 krokach za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowania umieszczonego na czaszy lampy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku oddawania barwy czerwonej $R9 \geq 92$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 15) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku oddawania barw $CRI \geq 94$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

10. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 17) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy wynoszącej 195mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

11. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 5 i 14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze źródłem światła wykorzystującym diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwi regulację temperatury barwowej w szerokim zakresie od 3100 do 5000°K w pięciu krokach (3100/3300/3700/4200/5000°K) bez tzw. „efektu tęczy”? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

12. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą plamy świetlnej d10 dla czaszy głównej i satelitarnej w zakresie 15-32cm?

Odpowiedź: Tak – czasza satelitarna

13. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą płamy świetlnej d10 dla czaszy głównej i satelitarnej w zakresie 20-42cm?

Odpowiedź: Tak – czasza główna

14. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z modułami składającymi się z 13 diod LED?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

15. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z modułami składającymi się z 15 diod LED?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

16. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której obudowa wykonana jest z wysokoodpornego materiału ABS z powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy z wewnętrznymi aluminiowymi elementami odprowadzającymi ciepło?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

17. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której dolna powierzchnia (front) czaszy będąca osłoną modułów świetlnych wykonana jest z jednorodnego tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

18. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z jednoczęściową osłoną lampy wykonaną z jednorodnego tworzywa (polipropylenu) połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

19. Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2 – II. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt. (dot. lp. 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o takiej konstrukcji kopuły, która umożliwi zaciśnięcie całej dłoni na czaszy, co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu lampy bez potrzeby stosowania uchwytów brudnych, które stanowią potencjalne ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń, utrudniają dezynfekcję i zaburzają obieg powietrza z nawiewu laminarnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



20. Pytanie

Zadanie 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampy bezcieniowe, o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli. Oferowane urządzenia są funkcjonalnie w pełni równoważne do opisanych w specyfikacji przetargowej. Różnice pomiędzy parametrami oferowanymi a opisanymi w specyfikacji zostały wyróżnione poprzez przekreślenie i/lub pogrubienie czcionki. Zgoda Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy urządzeń renomowanego producenta.

I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt			
Lp.	CECHY APARATU		Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	Lampa bezcieniowa sufitowa jednoczaszowa	Podać/ model typ/	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji- fabrycznie nowe	TAK	
5.	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED	TAK	
6.	Diody LED w kolorze białym	TAK	
7.	Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy	TAK	
8.	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]	Tak, podać	60 - 80 klux – 0 pkt powyżej 80 klux – 10 pkt
9.	Lampa wyposażona w 20 (+/-5) 7 źródeł światła LED	TAK	
10.	Żywotność żarówki min. 50 000 godzin	TAK	
11.	Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100%	TAK	
12.	Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy.	TAK	
13.	Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]	TAK	
14.	Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 95 90	TAK	
15.	Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 95	TAK	
16.	Zużycie energii	TAK	
17.	Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm)	TAK	
18.	Montaż, instalacja w uzgodnieniu z zamawiającym	TAK	

I. LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt			
Lp.	CECHY APARATU		Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	Lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa	Podać/ model typ/	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji- fabrycznie nowe	TAK	
5.	Źródło światła w każdej z kopuł – czasza w kształcie okręgu. Wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”.		
6.	Regulacja średnicy Średnica plamy świetlnej d10 dla czaszy głównej i satelitarnej za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na czaszy. Zakres 18-29 cm +/-5cm czasza główna oraz 16-25 cm +/- 5cm czasza satelitarna: stała, 20 cm.	Tak, podać	
7.	Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy.	TAK	
8.	Kopuły o konstrukcji jednoczęściowej, przeznaczone do współpracy z nawiewem laminarnym.	TAK	
9.	Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantujące wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 +/-2 diod LED.	TAK	
10.	Ośłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła poliwęglanu bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego.	TAK	
11.	Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu w każdej kopule. Każda czasza wyposażona w min 3 2 uchwyty brudne.	TAK	
12.	Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 35 do 100%. Natężenie mierzone w odległości 1m od czoła czasz.	Tak, podać	Czasza główna: 140-160 klux – 0 pkt

	Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 140 [klux]. Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 120 [klux]. Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.		powyżej 160 klux – 10 pkt
13.	Lampa wyposażona w światło typu ENDO przystosowane do zabiegów endoskopowych.	TAK	
14.	Stała temperatura barwowa: 4500 4400° [K] Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej.	Tak, podać	
15.	Współczynnik barw CRI ≥ 95	Tak, podać	
16.	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 95 93	Tak, podać	
17.	Wgłębność oświetlenia czaszy głównej (L1+L2) ≥ 90 [cm]	Tak, podać	
18.	Wgłębność oświetlenia czaszy satelitarnej (L1+L2) ≥ 90 [cm]	TAK	
19.	Zużycie energii	Tak, podać	
20.	Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340 °	Tak, podać	
21.	Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340 °	Tak, podać	
22.	Możliwość podnoszenia lampy min. 30° na przegubie łączącym ramiona.	Tak, podać	
23.	Możliwość opuszczania lampy w zakresie min. 40° na przegubie łączącym ramiona.	Tak, podać	
24.	Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej: ponad 340 °	TAK	
25.	Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 ° każda.	Tak, podać	
26.	Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]	TAK	
27.	Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin.	Tak, podać	
28.	Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego.	TAK	
29.	Montaż, instalacja w uzgodnieniu z zamawiającym	TAK	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – dotyczy:

- lampa bezcieniowa sufitowa jednoczaszowa pozycji 9, 14,
- lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa poz. 6,9-12,14,16.

21. Pytanie

Dotyczy części nr 2 Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy lamp operacyjnych z 40 do 70 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

22. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – I. Wózek transportowy (szerszy) Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 81 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

23. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – I. Wózek transportowy (szerszy) Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek posiadający zakres regulacji pozycji Trendelenburga 14,5° i anty-Trendelenburga 13,5°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

24. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – I. Wózek transportowy (szerszy) Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 20 ze względu na to, że parametr ten nie wnosi żadnej wartości użytkowej dla wózka? W oferowanym wózku będzie możliwość wyboru koloru materaca (10 kolorów do wyboru).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

25. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – I. Wózek transportowy (szerszy) Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający hamulca opisanego w pkt. 21?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

26. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – I. Wózek transportowy (szerszy) Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w statyw infuzyjny bez możliwości zainstalowania pompy infuzyjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

27. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – I. Wózek transportowy (szerszy) Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac niepalny z wysokiej gęstości pianki, posiadający szwy, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

28. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – I. Wózek transportowy (szerszy) Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści wózek bez możliwości mycia maszynowego – ciśnieniowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

29. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – II. Wózek transportowy (węższy) Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek posiadający zakres regulacji pozycji Trendelenburga 14,5° i anty-Trendelenburga 13,5°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

30. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – II. Wózek transportowy (węższy) Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 20 ze względu na to, że parametr ten nie wnosi żadnej wartości użytkowej dla wózka? W oferowanym wózku będzie możliwość wyboru koloru materaca (10 kolorów do wyboru).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

31. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – II. Wózek transportowy (węższy) Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający hamulca opisanego w pkt. 21?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

32. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – II. Wózek transportowy (węższy) Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w statyw infuzyjny bez możliwości zainstalowania pompy infuzyjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

33. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – II. Wózek transportowy (węższy) Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac niepalny z wysokiej gęstości pianki, posiadający szwy, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

34. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – II. Wózek transportowy (węższy) Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści wózek bez możliwości mycia maszynowego – ciśnieniowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

35. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – V. Wózek prosty „kozetka” Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek posiadający hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 320 mm?

Odpowiedź: Tak

36. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – V. Wózek prosty „kozetka” Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek posiadający od strony głowy i nóg tworzywowe uchwyty do prowadzenia będące jednocześnie szczytami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

37. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – V. Wózek prosty „kozetka” Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w metalowe, lakierowane proszkowo bariery, zabezpieczające na 3/4 długości leża, składane wzdłuż ramy leża, nie poszerzające wózka po złożeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

38. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – VI. Łóżko podstawowe z materacem Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą 2160 mm bez możliwości przedłużania leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

39. Pytanie

Dotyczy: Zadanie 1 – VI. Łóżko podstawowe z materacem Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające segmenty leża wypełnione metalową siatką zdejmowaną pokrytą lakierem proszkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

40. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, ad. Pkt II, ppkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o przekątnej ekranu 11,6”? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymaganych parametrów, która nie wpłynie na jakość pracy dla użytkownika.

Odpowiedź: Tak

41. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, ad. Pkt II, ppkt. 36 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z klasycznym nierozłączanym kablem EKG 5 odprowadzeniowym?

Odpowiedź: Tak

42. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, ad. Pkt III, ppkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o przekątnej ekranu 11,6”. Jest to niewielka różnica od wymaganych parametrów, która nie wpłynie na jakość pracy dla użytkownika.

Odpowiedź: Tak

43. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, ad. Pkt III, ppkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z klasycznym nierozłączanym kablem EKG 5 odprowadzeniowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

44. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt12

Czy Zamawiający oczekuje, aby monitor funkcji życiowych wyposażony był w oprogramowanie pozwalające w prosty sposób, bez ingerencji serwisu rozbudować o moduł EKG 3 i/lub 5 odprowadzeniowego poprzez podłączenie typu plug&play?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

45. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 W związku z wymogiem integracji monitora funkcji życiowych ze szpitalnym systemem informatycznym ESKULAP w standardzie HL7 prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które pozwolą odpowiednio skonfigurować ofertę wg. oczekiwanej funkcjonalności.

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada na oddziale SOR instalację sieci Wi-Fi, której zasięg pokrywa przewidywany obszar pracy monitora funkcji życiowych?

Odpowiedź: Tak

46. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Czy urządzenie powinno mieć możliwość identyfikacji personelu po kodzie kreskowym?

Odpowiedź: Nie

47. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Prosimy o podanie czy Zamawiający korzysta z identyfikacji pacjenta za pomocą opasek z kodami kreskowymi typu 2D

Odpowiedź: Tak

48. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Czy Zamawiający wymaga wraz z dostawą monitorów skanerów kodów kreskowych w ilości 1 szt/ 1 monitor w celu identyfikacji pacjenta?

Odpowiedź: Tak

49. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Prosimy określić czy urządzenie powinno komunikować się z systemem HIS Zamawiającego dwukierunkowo tj. pobierać komunikat ADT skanowanego pacjenta z HIS i wysyłać zwrótnie dane ORU w formacie HL7?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

50. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Czy urządzenie powinno posiadać możliwość zapisu w pamięci i zautomatyzowanego wysłania do HIS wszystkich wyników badań wykonanych w sytuacji ewentualnej utraty komunikacji z siecią bezprzewodową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

51. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Czy Zamawiający oczekuje, aby w sytuacji ewentualnego braku komunikacji z siecią bezprzewodową, urządzenie zapewniało ustalenie ID pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych i przesłanie wyników pomiaru badanych parametrów do właściwej karty badanego pacjenta w HIS po odzyskaniu dostępu do sieci bezprzewodowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

52. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Czy Zamawiający posiada formularz elektronicznej karty pacjenta w systemie HIS ESKULAP i lub kartę TRIAGE?

Odpowiedź: Tak



53. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 W odniesieniu do poprzedniego pytania prosimy o wskazanie z niżej wymieniony parametrów, które Zamawiający chce wysyłać z urządzenia do systemu HIS ESKULAP

Parametry mierzalne:

- Ciśnienie tętnicze skurczowe
- Ciśnienie tętnicze rozkurczowe
- Puls
- Temperatura
- Saturacja
- EWS
- Parametry wprowadzane ręcznie do monitora
- Poziom ból
- Respiracja
- Wzrost
- Waga
- AVPU
- Poziom glukozy
- CRP
- Zbiórka moczu

Odpowiedź: Tylko dla parametrów: ciśnienie tętnicze skurczowe, ciśnienie tętnicze rozkurczowe, puls, temperatura, saturacja.

54. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Prosimy Zamawiającego o informację, czy udostępni miejsce na własnym wirtualnym serwerze, aby zainstalować oprogramowanie służące bezpiecznej wymianie danych między systemami o poniższych minimalnych parametrach:

Procesor: Minimum Intel Xeon 3.1 GHz, quad core, 64 bit

Pamięć RAM: Minimum 8GB DDR3 SDRAM / 1600Mhz

Dysk: Minimum 100GB wolnej przestrzeni

Karta sieciowa 100/1000 MB Ethernet

Karta graficzna: rozdzielczość min. 1024x768

TCP/IP: Statyczny adres IP. Adresy dynamiczne nie są obsługiwane

Port USB

Odpowiedź: Tak

55. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stawki VAT 8% (dla wyrobu medycznego) i 23% (dla wyposażenia) w zakresie elementów tej samej pozycji?

Odpowiedź: Tak

56. Pytanie

Dot. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3, Pytania do pkt. IV Monitor TRIAGE, ad pkt 38 Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT?

Odpowiedź: Tak

57. Pytanie

ZADANIE NR 1

- I. Wózek transportowy (szerszy) – 5 szt.



1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający szerokość całkowitą 820 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający wysokość barierki 290 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniem 230 kg?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający osłonę podwozia (zderzak) w kolorze szarym?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy nie posiadający aktywnego hamulca ręcznego ?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający statyw infuzyjny jednak bez możliwości zainstalowania pompy infuzyjnej?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z materacem wykonanym z pianki poliuretanowej i pokryty skajem?

II. Wózek transportowy (wąwszy) – 3 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający wysokość barierki 290 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniem 230 kg?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający osłonę podwozia (zderzak) w kolorze szarym?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy nie posiadający aktywnego hamulca ręcznego ?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający statyw infuzyjny jednak bez możliwości zainstalowania pompy infuzyjnej?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z materacem wykonanym z pianki poliuretanowej i pokryty skajem?

V. Wózek prosty (kozetka) – 13 szt.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o całkowitej długości 2040 mm?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania transportowy i indywidualna blokadą kół ?
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z centralną blokadą kół z jedną dźwignią zlokalizowaną w podstawie?

VI. Łóżko podstawowe z materacem – 6 szt.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o całkowitej długości 2180 mm?
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością z wyboru wklejek do wypełnienia szczytu zamiast koloru szczytu?
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem nie będące od jednego producenta?

ZADANIE NR 2

I. Lampa bezcieniowa sufitowa jednoczasowa – 1 szt.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w 57 źródeł światła LED?
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Lampe posiadającą panel do regulacji funkcjami lampy umieszczony na ramieniu przy kopule lampy?
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z temperaturą barwową 4300 K?
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą średnicę płamy świetlnej w odległości 1m od czoła lampy 160-280 mm?

II. Lampa bezcieniowa sufitowa dwuczczasowa – 1 szt.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o konstrukcji kopuły głównej zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o konstrukcji kopuły satelitarnej zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o konstrukcji kopuły satelitarnej zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Lampe posiadającą panel do regulacji funkcjami lampy umieszczony na ramieniu przy kopule lampy?
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w której kopuła satelitarna wyposażona jest w 6 modułów świetlnych: po 16 diod LED w pięciu segmentach zewnętrznych oraz w jednym module środkowym 9 diod LED i poborze mocy 110 W?
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w której kopuła satelitarne wyposażona jest w 4 moduły świetlne: po 16 diod LED w trzech segmentach zewnętrznych oraz w jednym module środkowym 9 diod LED i poborze mocy 80 W?
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę nie posiadającą odbłyśników?
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stałą temperaturą barwowa wynoszącą 4 300 K?
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez możliwości zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego?
26. Prasimu
27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z terminem dostawy do 56 dni?

Odpowiedź: Pytania nie odnoszą się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabelach w załączniku nr 2 a-c. Niezastosowanie się do danego wymogu, zawartego w SIWZ, skutkuje brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

58. Pytanie

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt, aby potwierdzić

możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych i sufitowych jednostek zasilających oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej. Ekspertyza winna być uwzględniona w kosztach Wykonawcy.

59. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt?

Odpowiedź: Ewentualna konieczność wykonania wzmocnienia winna być wykonana na koszt Wykonawcy

60. Pytanie

Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lamp operacyjnych?

Odpowiedź: W chwili obecnej wykonano remont pomieszczeń. W miejscu montażu lamp na belkach konstrukcyjnych w układzie H jest wylany strop żelbetonowy. Pod stropem zastosowano sufit podwieszany restrowy SANTECH bakteriobójczy, zmywalny.

61. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odpowiedź: Dopuszcza się montowanie płyt stropowych montowanych śrubami na wylot. W kalkulacji należy przewidzieć odtwarzanie posadzki – piętro wyżej, która wyłożona jest płytkami podłogowymi antypoślizgowymi.

62. Pytanie

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp operacyjnych jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odpowiedź: Sufit podwieszany jest zamontowany

63. Pytanie

Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będą instalowane lampy operacyjne?

Odpowiedź: Wysokość Sali 3,0 m do sufitu żelbetonowego, wysokość do sufitu restrowego 2,60 m

64. Pytanie

Jeśli jest planowany nawiew laminarny prosimy o określenie wielkości otworu montażowego przeznaczonego na lampę operacyjną?

Odpowiedź: Nie przewidziano nawiewu lampy

65. Pytanie

Czy zamawiający posiada zasilacze do lamp operacyjnych przetwarzające napięcie z 230V na 24V umieszczone w obrębie sali operacyjnej z wyłącznikiem do każdej kopuły lampy?

Odpowiedź: Zasilanie 24 V zabezpieczono w szachcie 10-12 m od instalacji lamp.

66. Pytanie

Czy zamawiający posiada zasilanie po UPS gwarantowane przeprowadzone linią zasilającą po której płynie napięcie 230V z instalacji miejskiej, a w przypadku braku zasilania przełącza automatycznie na zasilanie awaryjne 230V z UPS?

Odpowiedź: Tak

67. Pytanie

Czy zamawiający posiada zasilanie awaryjne w postaci centrali akumulatorów 24V doprowadzonych do zasilaczy lub miejsca montażu lampy?

Odpowiedź: Tak

68. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o określenie jaka jest różnica pomiędzy sufitem właściwym zamocowanej lampy do demontaż a miejscem docelowym montażu lampy?

Odpowiedź: *opisano wyżej*

69. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o określenie jaka jest różnica pomiędzy sufitem podwieszanym zamocowanej lampy do demontaż a miejscem docelowym montażu lampy?

Odpowiedź: *opisano wyżej*

70. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o określenie jaka jest różnica (wysokość) pomiędzy sufitem właściwym a podwieszanym?

Odpowiedź: *opisano wyżej*

71. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada zasilacze ściennie czy sufitowe do istniejących już lamp?

Odpowiedź: *opisano wyżej*

72. Pytanie

Czy dla zadania nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie wykazu i potwierdzenia realizacji dostaw systemów diagnostycznych? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

73. Pytanie

Czy dla zadania nr 3, w związku z wymogiem integracji monitorów Triage z systemem informatycznym HIS ESKULAP-HL7, Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie i podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych w wymaganym terminie 30 dni od podpisania umowy oraz dokończenie prac integracyjnych w ciągu kolejnych 30 dni od odbioru przedmiotu zamówienia?

Proces integracji jest działaniem złożonym, wymagającym dostosowania integracji do wymagań użytkowników, które zostaną określone dopiero po rozpoczęciu pracy z urządzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

74. Pytanie

Dot. Zadanie 1, poz. I Wózek transportowy (szerszy) – 5 szt., pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki o długości całkowitej 119,4 cm? Minimalna różnica nie ma znaczenia klinicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

75. Pytanie

Dot. Zadanie 1, poz. II Wózek transportowy (węższy) – 3 szt., pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki o długości całkowitej 119,4 cm?

Minimalna różnica nie ma znaczenia klinicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



76. Pytanie

Dot. Zadanie 1, poz. V Wózek prosty „kozetka” - 13 szt., pkt. 10:

Czy Zamawiający dopuści wózek prosty „kozetka” z hydrauliczną regulacją wysokości 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

77. Pytanie

Dot. Zadanie 1, poz. V Wózek prosty „kozetka” - 13 szt., pkt. 17:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w metalowe barierki, lakierowane proszkowo, zabezpieczające na $\frac{3}{4}$ długości leża, składane wzdłuż ramy, nie poszerzające wózka po złożeniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

78. Pytanie

Czy z uwagi na fakt, że oficjalne materiały informacyjne (broszury, foldery itp) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych wyłącznego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie o udokumentowanie szczegółowe bądź zaprezentowanie oferowanego produktu.

79. Pytanie

LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt

1. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 6 wysokowydajnych źródeł światła LED dającą efekt parametrów lampy z ilością 20 źródeł światła LED?
2. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w pięciu krokach w zakresie szerszym niż wymagany i równy 10-100%, pragniemy zaważyć, że parametr jest lepszy od wymaganego?
3. Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową 4350K które sprawia, że lampa świeci naturalnym, białym światłem dzięki czemu parametr odwzorowania barw związany z temperaturą barwową jest znacznie lepszy od wymaganego i jest równy 96?

LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt

1. Czy Zamawiający dopuści lampę o nowoczesnej konstrukcji z diodami bez podziałów na moduły z odbłyśnikami co daje wymierne korzyści w postaci jednorodnej wiązki światła oraz obniża koszt eksploatacji i pozwala na wymianę pojedynczych punktów świetlnych w przypadku ich uszkodzeniu?
2. Czy Zamawiający dopuści lampę z osłoną jednoczęściową, wykonaną z odpornego na zarysowania szkła akrylowego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego?
3. Czy Zamawiający dopuści lampę o konstrukcji nie wymagającej oddzielnego uchwytu brudnego który utrudnia mycie urządzenia, dającą możliwość łatwego pozycjonowania i pewnego chwytu ze względu na unikatową konstrukcję lampy co jest parametrem lepszym od wymaganego?
4. Czy Zamawiający dopuści lampę w której podczas zmiany natężenia, diody zmieniają jasność świecenia co pozwala na utrzymanie bardzo wysokiej bezcieniowości w całym przedziale roboczym i jest korzystniejsze dla Użytkowników?
5. Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową 4350K które sprawia, że lampa świeci naturalnym, białym światłem dzięki czemu parametr odwzorowania barw związany z temperaturą barwową jest znacznie lepszy od wymaganego i jest równy 96?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy lamp do 60 dni co pozwoli na zmniejszenie kosztów transportu i w rezultacie obniżenie ceny oferty przetargowej?

Odpowiedź: Pytania nie odnoszą się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabelach OPZ w załączniku nr 2 a-c. Niezastosowanie się do danego wymogu, zawartego w SIWZ, skutkuje brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

80. Pytanie

Pytanie 1 – dotyczy SIWZ, pkt 11, tiret 7

W związku z tym, iż dokument JEDZ składany jest w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, prosimy o potwierdzenie, że złożenie pełnomocnictwa również w takiej samej formie, wysłanego razem z dokumentem JEDZ będzie uznane za wystarczające.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 78(1) par. 2 k.c. (Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej), wobec brzmienia art. 99 par. 1 k.c. (jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie), wydaje się (co potwierdza liczne orzecznictwo), że w przypadku kiedy dokument JEDZ jest składany w formie szczególnej (elektronicznej z podpisem kwalifikowanym) to również pełnomocnictwo dla osoby podpisującej JEDZ powinno być podpisywane przez osoby posiadające pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Z uwagi na powyższe zwykła forma pisemna pełnomocnictwa może być bowiem uznana za niewystarczającą.

Odpowiedź: Złożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej do oferty, które to **umocowuje osobę do podpisania JEDZ** w imieniu Wykonawcy będzie spełnieniem wymagań. Wykonawca może także złożyć takie pełnomocnictwo podpisane kwalifikowany podpisem elektronicznym.

81. Pytanie

Pytanie 2 – dotyczy §3 ust. 6 wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Lampy operacyjne nie mogą być w swobodny sposób zastąpione przy użyciu „urządzenia zastępczego”, gdyż jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na to pozostawienie w umowie zapisu o możliwości ich zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis §3 ust. 6 wzoru umowy poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy lamp”

82. Pytanie

Pytanie 3 – dotyczy §3 ust. 9 wzoru umowy

Prosimy o zmodyfikowanie w/w ustępu w sposób następujący:

„Po trzykrotnej naprawie tego samego istotnego elementu, Wykonawca wymieni ten element sprzętu na wolny od wad”.

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

83. Pytanie

Pytanie 4 – dotyczy §3 ust. 11 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin od zgłoszenia (w dni robocze)?

Termin jaki ustalił Zamawiający na reakcję serwisu może być zbyt krótki. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest bardzo trudne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

84. Pytanie

dotyczy: Pakiet 1

WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY)

1. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja oparta jest na kolumnach elektrycznych?
2. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pedały hamulca umieszczone przy kołach od strony nóg?
3. Czy Zamawiający dopuści wózek z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga dostępną za pomocą panelu centralnego?



4. Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250kg?
5. Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150mm?
6. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zderzaki jednego koloru?
7. Czy Zamawiający dopuści wózek bez aktywnego hamulca ręcznego?
8. Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości mycia maszynowego-ciśnieniowego?
9. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 780mm?
10. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga do 15° obustronnie?
11. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 8cm?
12. Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 240kg?

WÓZEK TRANSPORTOWY (WEŹSZY)

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 955mm?
2. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem 2segmentowym, z regulowanym segmentem pleców?
3. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga do 12° obustronnie?
4. Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 230kg?
5. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zderzaki jednego koloru?
6. Czy Zamawiający dopuści wózek bez aktywnego hamulca ręcznego?
7. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 6cm?
8. Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości mycia maszynowego-ciśnieniowego?

WÓZEK PROSTY „KOZETKA”

1. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie -27° do +65°?
2. Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 240kg oraz przyznana tym samym 5 pkt w ramach opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Pytania niezgodne z zapisami SIWZ. Pytania nie odnoszą się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabelach OPZ w załączniku nr 2 a-c do SIWZ. Niezastosowanie się do danego wymogu, skutkuje brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

85. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa jednoczaszowa – 1 szt Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 6 wysokowydajnych źródeł światła LED dającą efekt parametrów lampy z ilością 20 źródeł światła LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

86. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa jednoczaszowa – 1 szt Dotyczy pkt.11: Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w pięciu krokach w zakresie szerszym niż wymagany i równy 10-100%, pragniemy zaważyć, że parametr jest lepszy od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

87. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa jednoczaszowa – 1 szt Dotyczy pkt.13: Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową 4350K które sprawia, że lampa świeci naturalnym, białym światłem dzięki czemu parametr odwzorowania barw związany z temperaturą barwową jest znacznie lepszy od wymaganego i jest równy 96?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

88. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa dwuczyszowa – 1 szt Dotyczy pkt.9: Czy Zamawiający dopuści lampę o nowoczesnej konstrukcji z diodami bez podziałów na moduły z odbłyśnikami co daje wymierne korzyści w postaci jednorodnej wiązki światła oraz obniża koszt eksploatacji i pozwala na wymianę pojedynczych punktów świetlnych w przypadku ich uszkodzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



89. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa – 1 szt Dotyczy pkt.10: Czy Zamawiający dopuści lampę z osłoną jednoczęściową, wykonaną z odpornego na zarysowania szkła akrylowego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

90. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa – 1 szt Dotyczy pkt.11: Czy Zamawiający dopuści lampę o konstrukcji nie wymagającej oddzielnego uchwytu brudnego który utrudnia mycie urządzenia, dającą możliwość łatwego pozycjonowania i pewnego chwytu ze względu na unikatową konstrukcję lampy co jest parametrem lepszym od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

91. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa – 1 szt Dotyczy pkt.12: Czy Zamawiający dopuści lampę w której podczas zmiany natężenia, diody zmieniają jasność świecenia co pozwala na utrzymanie bardzo wysokiej bezcieniowości w całym przedziale roboczym i jest korzystniejsze dla Użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

92. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa – 1 szt Dotyczy pkt.14: Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową 4350K które sprawia, że lampa świeci naturalnym, białym światłem dzięki czemu parametr odwzorowania barw związany z temperaturą barwową jest znacznie lepszy od wymaganego i jest równy 96?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

93. Pytanie

zadanie 2 lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa – 1 szt Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy lamp do 60 dni co pozwoli na zmniejszenie kosztów transportu i w rezultacie obniżenie ceny oferty przetargowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

94. Pytanie

Zapytania do Zadania 1 I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt Dotyczy pkt 6 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 780mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

95. Pytanie

Zapytania do Zadania 1 I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt Dotyczy pkt 15 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga do $\pm 15^\circ$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

96. Pytanie

Zapytania do Zadania 1 I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt Dotyczy pkt 16 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 240kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



97. Pytanie

Zapytania do Zadania 1 I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt Dotyczy pkt 17 tabeli;
Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

98. Pytanie

Zapytania do Zadania 1 I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt Dotyczy pkt 20 tabeli;
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zderzaki jednego koloru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

99. Pytanie

Zapytania do Zadania 1 I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt Dotyczy pkt 21 tabeli;
Czy Zamawiający dopuści wózek bez aktywnego hamulca ręcznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

100. Pytanie

Zapytania do Zadania 1 I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt Dotyczy pkt 26 tabeli;
Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

101. Pytanie

II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WĘŻSZY) - 3szt Dotyczy pkt 6 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 755mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

102. Pytanie

II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WĘŻSZY) - 3szt 2. Dotyczy pkt 10 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem 2segmentowym, z regulowanym segmentem pleców?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

103. Pytanie

II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WĘŻSZY) - 3szt 3. Dotyczy pkt 15 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga do $\pm 15^\circ$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

104. Pytanie

II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WĘŻSZY) - 3szt 4. Dotyczy pkt 16 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 230kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

105. Pytanie

II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WĘŻSZY) - 3szt Dotyczy pkt 20 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zderzaki jednego koloru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

106. Pytanie

II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WĘŻSZY) - 3szt Czy Zamawiający dopuści wózek bez aktywnego hamulca ręcznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



107. Pytanie

II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WĘŻSZY) - 3szt Czy Zamawiający dopuści wózek z matercem o grubości 6cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

108. Pytanie

V. WÓZEK PROSTY „KOZETKA” - 13szt Dotyczy pkt 8 tabeli; Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie -27° do $+65^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

109. Pytanie

V. WÓZEK PROSTY „KOZETKA” - 13szt Dotyczy pkt 16 tabeli;
Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 240kg oraz przyzna tym samym 5 pkt w ramach opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.