

„WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (CZĘŚĆ 1)”

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
64-920 Piła

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

NUMER OFERTY	NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY	Parametry oceniane			OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	
		OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO [zł]	OKRES GWARANCJI			
1	Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a; 85-655 Bydgoszcz	Zadanie 2	49 817,16 zł	48 m-cy	LAMPY BEZCIENIOWE SUFITOWE JEDNOCZASZOWE – 1 szt	
					Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy 60 [klux]
2	BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58; 15-620 Białystok	Zadanie 1	269 568,00 zł	36 m-cy	LAMPY BEZCIENIOWE SUFITOWE DWUCZASZOWE – 1 szt	
					Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. Natężenie mierzone w odległości 1m od czoła czasz. Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 140 [klux]. Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 120 [klux]. Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.	Czasza główna: Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – 160 [klux]
2	BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58; 15-620 Białystok	Zadanie 1	269 568,00 zł	36 m-cy	I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt.	
					Bezpieczne obciążenie robocze min. 270 kg (10 kg – 1 pkt)	318 kg
					Przezierny dla promieni rtg segment wraz z uchwytem na kasety	Nie
					II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WEŻSZY) – 3 szt	
					Bezpieczne obciążenie robocze min. 270 kg (10 kg- 1 pkt)	318 kg
					IV. WÓZKI INWALIDZKIE DO TRANSPORTU CHORYCH W POZYCJI SIEDZĄCEJ 200kg	
		Udźwig wózka min. 200 kg. (10 kg- 1 pkt)	227 kg			
		Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie ciśnieniowe fotela	Tak			
		V. WÓZEK PROSTY „KOZETKA”				
		Bezpieczne obciążenie robocze min 200kg (10 kg- 1 pkt)	250 kg			
		VI. ŁÓŻKO PODSTAWOWE Z MATERACEM				
		Udźwig łóżka min. 170 kg (10 kg –1 pkt)	220 kg			
3	257 796,00 zł	48 m-cy	KARDIOMONITORY ZAAWANSOWANE Z OPCJĄ CO2 I INWAZYJNYM CIŚNIENIEM			
			Przekątna ekranu min. 12”	Ekran 12”		
			Obsługa kardiomonitora wyłącznie poprzez ekran dotykowy	Ekran obsługiwany tylko dotykowo		
			KARDIOMONITORY PODSTAWOWE			
			Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy	Ekran obsługiwany dotykowo i równolegle poprzez przyciski funkcyjne i pokrętło		
			MONITOR TRIAGE			
Zakres pomiaru temperatury: min. 33°C do 42°C	Od 33°C do 42°C					



3	KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. Jawna, ul. Dworcowa 15A; 86-200 Chełmno	Zadanie 2	64 998,72 zł	48 m-cy	LAMPY BEZCIENIOWE SUFITOWE JEDNOCZASZOWE – 1 szt	
					Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]	60 [klux]
4	PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa	Zadanie 2	59 191,56 zł	48 m-cy	LAMPY BEZCIENIOWE SUFITOWE DWUCZASZOWE – 1 szt	
					Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. Natężenie mierzone w odległości 1m od czoła czasz. Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 140 [klux]. Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 120 [klux]. Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.	Czasza główna: 140 [klux]
5	MDS Cardio Sp. z o.o., ul. Transportowców 11; 02-858 Warszawa	Zadanie 3	531 639,00 zł	60 m-cy	KARDIOMONITORY ZAAWANSOWANE Z OPCJĄ CO2 I INWAZYJNYM CIŚNIENIEM	
					Przekątna ekranu min. 12"	Ekran 12"
					Obsługa kardiomonitora wyłącznie poprzez ekran dotykowy	Ekran obsługiwany tylko dotykowo
					KARDIOMONITORY PODSTAWOWE	
6	PARAMEDICA Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żoły 11, 02-815 Warszawa	Zadanie 1	385 484,08 zł	48 m-cy	MONITOR TRIAGE	
					Zakres pomiaru temperatury: min. 33°C do 42°C	Od 20°C do 42°C
					I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt.	
					Bezpieczne obciążenie robocze min. 270 kg (10 kg – 1 pkt)	317,50 kg
Przezierny dla promieni rtg segment wraz z uchwytem na kasety		Tak				
II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WEŻSZY) – 3 szt.						
Bezpieczne obciążenie robocze min. 270 kg (10 kg- 1 pkt)		317,5 kg				
IV. WÓZKI INWALIDZKIE DO TRANSPORTU CHORYCH W POZYCJI SIEDZĄCEJ 200kg						
Udźwig wózka min. 200 kg. (10 kg- 1 pkt)		200 kg				
Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie ciśnieniowe fotela		Tak				
V. WÓZEK PROSTY „KOZETKA”						
Bezpieczne obciążenie robocze min 200kg (10 kg- 1 pkt)		250 kg				
VI. ŁÓŻKO PODSTAWOWE Z MATERACEM						
Udźwig łóżka min. 170 kg (10 kg –1 pkt)		200 kg				

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia łącznie na trzy zadania kwotę 933 452,00 zł brutto

Wymagane terminy realizacji zamówienia: dostawa, montaż, przekazanie stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku w terminie 40 dni (dot. zadania nr 1 i 2) / 30 dni (dot. zadania nr 3) od dnia podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni

Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.