



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013

www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 06.07.2018 roku

NO-ZP.X-240/45/18

## ***Wszyscy uczestnicy postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: **DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (II)**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

### **1. Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### **2. Pytanie**

Pytanie nr 1 dotyczy: zadanie nr 18 Czy zamawiający dopuści cewnik permanentny wykonany z materiału Durathane w rozmiarze 15,5Fr (14,5Fr rozmiar cewnika + dodatkowy kanał dla przewodnicy)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### **3. Pytanie**

Czy Zamawiający w zadaniu 21 w pozycji 1 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego rurki intubacyjne z mankietem o zwiększonych właściwościach termoplastycznych, przezroczyste, wykonane PCW, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### **4. Pytanie**

Prosimy o doprecyzowanie czy w zadaniu 21 w pozycji 1 w rozmiarach od 5,0 Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek intubacyjnych z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### **5. Pytanie**

Zadanie nr 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp o średnicy wew. drenu 1,2 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## 6. Pytanie

Zadanie 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej o średnicy wewn. 1,24 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## 7. Pytanie

Zadanie 19, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kompresy z gazy 13N 8W 5cm x 5cm w ilości 4 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## 8. Pytanie

Zadanie 19, pozycja 2 W razie negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## 9. Pytanie

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## 10. Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy poprzez wprowadzenie następujących zapisów w § 8 ust. 1: 1.W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w § 6 ust. 5 i 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto faktury za daną dostawę.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## 11. Pytanie

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 11 ust. 3-4).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## 12. Pytanie

Zadanie 2

Czy Zamawiający oczekuje osłonki hydrożelowej, rozmiar S/M typu Care-for-me, jednorazowego użytku, w kolorze złotym, odporne na wilgoć i temperaturę, w kształcie „ludzika”, pakowane po 100 szt. ?

Jednocześnie prosimy o zmianę ilości w zamówieniu na 50p. Czujniki są w opakowaniach niepodzielnych i możemy zrealizować tylko wielokrotność opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*