

Piła, dnia 26 lipiec 2018 roku

NO-ZP.X-240/37/18

## OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

### 1. ZAMAWIAJĄCY:

**Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła**  
REGON: 001261820, NIP: 764-20-88-098  
Telefon: (067) 210 62 07  
[www.szpital-pila.4bip.pl](http://www.szpital-pila.4bip.pl)

### 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**„WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (CZĘŚĆ 1)”**

**Liczba zadań: 3**

### 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA:

#### a) Dane o ofertach:

	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 3
liczba złożonych ofert:	2	3	2
liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:	0	0	0
liczba ofert wykluczonych:	0	0	0

#### b) Kryteria oceny:

##### Zadanie 1:

Kryteria	Waga	Punktacja
CENA BRUTTO	60%	skala 0 – 60 pkt
OCENA TECHNICZNE	25%	skala 0 – 25 pkt
GWARANCJA	15%	skala 0 – 15 pkt

##### Zadanie 2:

Kryteria	Waga	Punktacja
CENA BRUTTO	60%	skala 0 – 60 pkt
OCENA TECHNICZNE	20%	skala 0 – 20 pkt
GWARANCJA	20%	skala 0 – 20 pkt

##### Zadanie 3:

Kryteria	Waga	Punktacja
CENA BRUTTO	60%	skala 0 – 60 pkt
OCENA TECHNICZNE	20%	skala 0 – 20 pkt
GWARANCJA	20%	skala 0 – 20 pkt

### 4. Najkorzystniejsze oferty wybrano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579):

Numer zadania	Numer oferty	Nazwa oferenta, adres	Wartość brutto
1	1	BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58; 15-620 Białystok	269 568,00 zł
2	2	Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a; 85-655 Bydgoszcz	49 817,16 zł
3	1	BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58; 15-620 Białystok	257 796,00 zł

1





## 5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

NUMER OFERTY	NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY	PARAMETRY OCENIANE					
		OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO [zł]	OKRES GWARANCJI	OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH			
1	Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a; 85-655 Bydgoszcz	Zadanie 2	49 817,16 zł	48 m-cy	LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy 60 [klux]
					LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt	Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. Natężenie mierzone w odległości 1m od czoła czas. Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 140 [klux]. Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 120 [klux]. Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.	Czasza główna: Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – 160 [klux]
2	BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58; 15-620 Białystok	Zadanie 1	269 568,00 zł	36 m-cy	I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt.	Bezpieczne obciążenie robocze min. 270 kg (10 kg – 1 pkt)	318 kg
					Przezierny dla promieni rtg segment wraz z uchwytem na kasety	Nie	
					II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WEŻSZY) – 3 szt	Bezpieczne obciążenie robocze min. 270 kg (10 kg- 1 pkt)	318 kg
					IV. WÓZKI INWALIDZKIE DO TRANSPORTU CHORYCH W POZYCJI SIEDZĄCEJ	200kg	
					Udźwig wózka min. 200 kg. (10 kg- 1 pkt)	227 kg	
		Zadanie 3	257 796,00 zł	48 m-cy	Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie ciśnieniowe fotela	Tak	
					V. WÓZEK PROSTY „KOZETKA”	Bezpieczne obciążenie robocze min 200kg (10 kg- 1 pkt)	250 kg
					VI. ŁÓŻKO PODSTAWOWE Z MATERACEM	Udźwig łóżka min. 170 kg (10 kg –1 pkt)	220 kg
					KARDIOMONITORY ZAAWANSOWANE Z OPCJĄ CO2 I INWAZYJNYM CIŚNIENIEM	Przekątna ekranu min. 12”	Ekran 12”
					Obsługa kardiomonitora wyłącznie poprzez ekran dotykowy	Ekran obsługiwany tylko dotykowo	
3	KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. Jawna, ul. Dworcowa 15A; 86-200 Chełmno	Zadanie 2	64 998,72 zł	48 m-cy	LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]	60 [klux]
					LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt	Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. Natężenie mierzone w odległości 1m od czoła czas. Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 140 [klux]. Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 120 [klux]. Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.	Czasza główna: 140 [klux]





4	PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa	Zadanie 2	59 191,56 zł	48 m-cy	LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOCZASZOWA – 1 szt	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]	70 [klux]
					LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA DWUCZASZOWA – 1 szt	Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. Natężenie mierzone w odległości 1m od czoła czasz. Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 140 [klux]. Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 120 [klux]. Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.	Czasza główna: 160 [klux]
5	MDS Cardio Sp. z o.o., ul. Transportowców 11; 02-858 Warszawa	Zadanie 3	531 639,00 zł	60 m-cy	KARDIOMONITORY ZAAWANSOWANE Z OPCJĄ CO2 I INWAZYJNYM CIŚNIENIEM	Przekątna ekranu min. 12"	Ekran 12"
					Obsługa kardiomonitora wyłącznie poprzez ekran dotykowy	Ekran obsługiwany tylko dotykowo	
					KARDIOMONITORY PODSTAWOWE	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy	Ekran obsługiwany tylko dotykowo
					MONITOR TRIAGE	Zakres pomiaru temperatury: min. 33°C do 42°C	Od 20°C do 42°C
6	PARAMEDICA Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołąty 11, 02-815 Warszawa	Zadanie 1	385 484,08 zł	48 m-cy	I. WÓZEK TRANSPORTOWY (SZERSZY) – 5 szt.	Bezpieczne obciążenie robocze min. 270 kg (10 kg – 1 pkt)	317,50 kg
					Przezierny dla promieni rtg segment wraz z uchwytem na kasety	Tak	
					II. WÓZEK TRANSPORTOWY (WEŻSZY) – 3 szt	Bezpieczne obciążenie robocze min. 270 kg (10 kg- 1 pkt)	317,5 kg
					IV. WÓZKI INWALIDZKIE DO TRANSPORTU CHORYCH W POZYCJI SIEDZĄCEJ 200kg	Udźwig wózka min. 200 kg. (10 kg- 1 pkt)	200 kg
					Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie ciśnieniowe fotela	Tak	
					V. WÓZEK PROSTY „KOZETKA”	Bezpieczne obciążenie robocze min 200kg (10 kg- 1 pkt)	250 kg
					VI. ŁÓŻKO PODSTAWOWE Z MATERACEM	Udźwig łóżka min. 170 kg (10 kg –1 pkt)	200 kg

ZADANIE	NUMER OFERTY	NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY	PUNKTACJA [pkt]:			
			OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO [zł]	OKRES GWARANCJI	PARAMETRY TECHNICZNE	RAZEM
Zadanie 1	2	BIAMEDITEK Sp. z o.o.,	60,00	11,25	21,00	92,25
	6	PARAMEDICA Polska Sp. z o.o. Sp. k.,	41,96	15,00	19,00	75,96
Zadanie 2	1	Dräger Polska Sp. z o.o.,	60,00	20,00	0,00	80,00
	4	PROMED S.A.,	45,99	20,00	0,00	65,99
	3	KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. Jawna,	50,50	20,00	0,00	70,50
Zadanie 3	2	BIAMEDITEK Sp. z o.o.,	60,00	16,00	3,00	79,00
	5	MDS Cardio Sp. z o.o.,	29,09	20,00	9,00	58,09



6. Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

*Dziękuję za udział w postępowaniu.*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
*mgr Bogusława Ryzner*

INSPEKTOR  
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

  
*mgr Klaudia Klejc*