

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Piła, lipiec 2018 r.

Nr sprawy: NO-ZP.X-240/49/18

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (CZĘŚĆ 2)”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33100000-1 Urządzenia medyczne

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne
33182100-0 Defibrylatory
33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa
33172000-6 Urządzenia do anestezji i resuscytacji
33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
33192000-2 Meble medyczne
39100000-3 Meble

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej:
<http://www.szpital-pila.4bip.pl/> i w siedzibie Zamawiającego - tablica ogłoszeń.

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

telefon: (067) 210 62 98

REGON 001261820

NIP 764-20-88-098

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ: www.szpital-pila.4bip.pl

Godziny urzędowania administracji: 7:30 – 15:05.

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, o wartości zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Pile, w szczególności:

1. Aparat USG (1 szt.) – szczegóły załącznik nr 2a
2. Aparat do znieczulenia (1 szt.) – szczegóły załącznik nr 2b



3. **Respiratory:** – *szczegóły załącznik nr 2c*
 - a) **Respirator transportowy (zestaw, 2 szt.)**
 - b) **Respirator transportowy pediatryczny (zestaw, 1 szt.)**
 - c) **Respirator stacjonarny (1 szt.)**
4. **Sprzęt reanimacyjny:** – *szczegóły załącznik nr 2d*
 - a) **Platforma do mechanicznego ucisku klatki piersiowej (1 szt.)**
 - b) **Defibrylator z SpO2 (2 szt.)**
 - c) **Defibrylator EtCO2, NIBP, SpO2, uchwytem ściennym (3 szt.)**
5. **Aparat EKG (4 szt.)** – *szczegóły załącznik nr 2e*
6. **Waga ze wzrostomierzem (1 szt.)** – *szczegóły załącznik nr 2f*
7. **Ssak elektryczny (2 szt.)** – *szczegóły załącznik nr 2g*
8. **Wypożyczenie dodatkowe 1:** – *szczegóły załącznik nr 2h*
 - a) **Torba na kółkach reanimacyjna (1 szt.)**
 - b) **Wózek reanimacyjny (3 szt.)**
 - c) **Stolik medyczny na kółkach, zabiegowy (3 szt.)**
9. **Wypożyczenie dodatkowe 2:** – *szczegóły załącznik nr 2i*
 - a) **Kosz na śmieci (52 szt.)**
 - b) **Euro kosz (22 szt.)**
 - c) **Pojemnik na brudną bieliznę (1 szt.)**
10. **Wypożyczenie dodatkowe 3:** – *szczegóły załącznik nr 2j*
 - a) **Krzesełko dla pacjenta (poczekalnia - łączone po 4 szt., 10 szt.)**
 - b) **Wieszak stojący (2 szt.)**
 - c) **Fotel medyczny (10 szt.)**
 - d) **Fotel (7 szt.)**
 - e) **Stół i 6 krzesła (1 szt.)**
 - f) **Krzesełko dla pacjenta (2 szt.)**
 - g) **Taboret (2 szt.)**
 - h) **Taca jezdna (5 szt.)**
 - i) **Stoliki przyłóżkowe dla pacjenta (6 szt.)**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) oraz wymagania Zamawiającego są zawarte w załączniku do SIWZ od nr 2a do nr 2j.

- 3.2. Parametry opisane w załącznikach nr 2a – 2j do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametru ocenianego - punktowanego:
 - w zadaniu nr 1: pkt. I. ppkt. 16 oraz pkt. II ppkt. 9 i 13
 - w zadaniu nr 2: pkt. I. ppkt. 23, 43, 44 i 45
 - w zadaniu nr 7: pkt. 13)
- 3.3. **Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetka oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.**
- 3.4. Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyrób, który został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) - dotyczy zadań 1-8
- 3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **10 zadań**.
- 3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość zadań. W danym zadaniu należy zaoferować cały asortyment w nim zawarty.

- 3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 3.8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.
- 3.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
- 3.10. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- 3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7 ustawy
- 3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 3.13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
- 3.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.15. **PODWYKONAWSTWO:**
 - a) Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom.
 - b) W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 - c) Brak informacji w formularzu oferty ws. zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
 - d) W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
 - e) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
- 3.16. **WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
 - a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 6.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 - b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika (dalej: „Pełnomocnik”) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, musi też wliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 - c) Od momentu złożenia oferty do dnia zawarcia umowy w postępowaniu, wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Pełnomocnika. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiegokolwiek sprawie przez Zamawiającego Pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem Konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z Konsorcjantów.
 - d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu pisemną Umowę (dalej: „Umowa Konsorcjum”)



regulującą ich współpracę w przedmiocie zamówienia, zawierającą w swej treści minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego, dla którego zostaje zwarta (m.in. przedmiot, nazwa zadania, nr postępowania),
- sposób współdziałania Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,
- zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
- oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmi (Umowa Konsorcjum musi zostać zawarta na czas nie krótszy, niż czas trwania Umowy w sprawie zamówienia, z uwzględnieniem okresu gwarancji).

4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności

4.1. Wymagane terminy realizacji zamówienia:

- dla zadań od 1-8: dostawa wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem oraz przekazaniem stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku w terminie **30 dni** od dnia podpisania umowy.
- dla zadania nr 9 i 10 dostawa w terminie maksymalnie **30 dni** od dnia podpisania umowy (termin realizacji jest kryterium punktowanym).
- faktura - po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia;
- Wykonawca dokona przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia (termin wcześniej ustalony z Zamawiającym) – dotyczy zad. 1-7

4.2. Dokładny termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

4.3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego, przelewem, w terminie **60 dni** od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

5. Warunki udziału w postępowaniu

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**
 - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**
 - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - c) **zdolności technicznej lub zawodowej.**
 - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 5. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1-6 ustawy.

5.3. **W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 4 ustawy.**



6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- 6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)**, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
- 6.2. **JEDZ należy przestać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.** Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- 6.3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. ***UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*** **JEDZ należy przestać na adres email: klaudia.klejc@szpital.pila.pl**
- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.
 - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia **ESPD** (dostępne na stronie: <https://ec.europa.eu/tools/espdl>) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
 - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.¹
 - Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzonej hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
 - Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
 - Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. *JEDZ do oferty NO-ZP.X-240/37/18*).
 - Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
 - Data przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.
 - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie

¹ Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)



w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

6.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające przesłanie JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

- a) dostęp do sieci internet oraz urządzenie umożliwiające obsługę poczty elektronicznej,
- b) łączny rozmiar wiadomości wraz z wszystkimi załącznikami przesyłanej przy użyciu poczty elektronicznej nie może przekraczać 40MB,
- c) datą odbioru danych przez Zamawiającego będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.

6.6. Zamawiający, na podstawie **art. 24aa ustawy PZP**, przewiduje zastosowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego procedury, w której najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży w terminie lub złoży nieprawidłowe dokumenty na wezwanie Zamawiającego to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert (bez ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy).

6.7. Jeżeli **Wykonawca (w tym osoby fizyczne i prawne) posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej** zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1126).

6.8. Wykonawca w **terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku **przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6.10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2	Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3	Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne



	Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia również braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5	Dokument obowiązujący zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 211) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP zaferowanego przedmiotu zamówienia – wpis do rejestru Wyrobów Medycznych
6	Materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim; <u>Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach dotyczących oferowanego asortymentu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego zadania dokument dotyczy.</u>

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.	Wymagany dokument
1	Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2	Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

1	Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
---	--

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem postańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w SIWZ.
- 8.2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 38). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 8.3. **Pytania dotyczące parametrów i wymagań zawartych w OPZ (załącznik nr 2a- 2j do SIWZ) muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabelach i przedmiotu zamówienia. Niezastosowanie się przez Wykonawcy do danego wymogu skutkować będzie brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.**
- 8.4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
- 8.5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ.
- 8.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.7. **Oryginał dokumentu przesłanego drogą elektroniczną należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście (nie dotyczy dokumentu JEDZ).**
- 8.8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica; 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1 – Zamówienia Publiczne
- 8.9. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: *kklejc@szpitalpila.pl*
- 8.10. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Inspektor ds. zamówień publicznych - Klaudia Klejc - tel. (67) 2106 298, e-mail: *kklejc@szpitalpila.pl*, w godz. 7:30– 15.00 (pok. nr D56) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).
W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Kierownik Działu Techniki Medycznej – Marek Zdrenka
- 8.11. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości porozumiewania się za pomocą faksu.
- 8.12. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 8.13. W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania.

9. Wadium

- 9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

Zadanie:	Wysokość wadium:	Słownie:
1	3 500,00 zł	trzy tysiące pięćset złotych 00/100
2	4 000,00 zł	cztery tysiące złotych 00/100
3	5 000,00 zł	pięć tysięcy złotych 00/100



4	13 000,00 zł	trzydzieści tysięcy złotych 00/100
5	900,00 zł	dziewięćset złotych 00/100
6	150,00 zł	sto pięćdziesiąt złotych 00/100
7	700,00 zł	siedemset złotych 00/100
8	2 000,00 zł	dwa tysiące złotych 00/100
9	500,00 zł	pięćset złotych 00/100
10	500,00 zł	pięćset złotych 00/100
Razem:	30 250,00 zł	trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100

9.2. Wadium może być wniesione w:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

9.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku **PKO BP Oddział Piła** nr rachunku **52 1020 3844 0000 1602 0064 7545**, z dopiskiem na przelewie: „**Wadium - Wyposażenie SOR 2**”.

9.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

9.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
- 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

9.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

9.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

10. Termin związania ofertą

10.1. Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta o treści niezgodnej z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP, zostanie odrzucona.

11.2. **Oferta** musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

- wypełniony odpowiedni **załącznik do SIWZ:**

– dla zadania nr 1	– załącznik 2a
– dla zadania nr 2	– załącznik 2b
– dla zadania nr 3	– załącznik 2c
– dla zadania nr 4	– załącznik 2d
– dla zadania nr 5	– załącznik 2e
– dla zadania nr 6	– załącznik 2f
– dla zadania nr 7	– załącznik 2g
– dla zadania nr 8	– załącznik 2h
– dla zadania nr 9	– załącznik 2i
– dla zadania nr 10	– załącznik 2j

- **materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi** lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, **potwierdzające parametry oceniane przez Zamawiającego** określone w OPZ - załącznik nr 2a-h oraz wskazane w formularzu ofertowym.
- sporządzony przez Wykonawcę **formularz cenowy** z wyodrębnionymi pozycjami: cana netto, brutto - uwzględniający wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia
- **wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – w postaci elektronicznej zgodnie z pkt. 6 SIWZ**
- **potwierdzenie wniesienia wadium**
- w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo** w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
- **uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa** - jeżeli dotyczy.

11.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.4. **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)**, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ, składa się pod rygorem nieważności, zgodnie ze wzorem standardowego formularza, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 2018-09-10 do godz. 09:30.

11.5. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz oświadczenia podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

11.6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona ściśle według postanowień Specyfikacji.

11.9. Oferta musi być napisana czytelnie - wskazany wydruk komputerowy.

- 11.10. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.
- 11.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
- 11.12. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 11.13. **W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego wymagane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą.**

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- 12.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
Oferta w postępowaniu: „Wyposażenie SOR (2)”
nr sprawy: NO-ZP.X-240/49/18
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 10.09.2018 roku godz. 10⁰⁰

- 12.2. Ofertę należy złożyć w kancelarii Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1, nie później niż do dnia **10 września 2018 roku do godz. 09³⁰**.
- 12.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia **10 września 2018 roku o godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1 w sali konferencyjnej (niski parter). Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 12.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po ustalonym terminie, będą odsyłane bez otwierania.
- 12.5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 12.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 12.7. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”.
- 12.8. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
- 12.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpital-pila.4bip.pl informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

- 13.1. Cenę oferty należy ująć w formularzu ofertowym podając ją cyframi i słowem w złotych polskich.
- 13.2. Cena brutto przedstawiona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- 13.3. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Cena podana w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w czasie trwania umowy. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
- 13.4. Rozliczenie za wykonane zamówienie odbywać się będzie w walucie PLN.
- 13.5. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14. Kryteria i ocena ofert

- 14.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadania nr 1 - 8:

<i>Kryteria</i>	<i>Waga</i>	<i>Punktacja</i>
CENA BRUTTO	60%	skala 0 – 60 pkt
OCENA TECHNICZNE	20%	skala 0 – 20 pkt
GWARANCJA	20%	skala 0 – 20 pkt

Zadania nr 9 - 10:

<i>Kryteria</i>	<i>Waga</i>	<i>Punktacja</i>
CENA BRUTTO	60%	skala 0 – 60 pkt
TERMIN DOSTAWY	20%	skala 0 – 20 pkt
GWARANCJA	20%	skala 0 – 20 pkt

- 14.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
- 14.3. Punktacja w kryterium **CENA** zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób (dotyczy wszystkich zadań):

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród ocenianych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 \text{ pkt}$$

Gdzie: C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

- 14.4. Punktacja w kryterium **OCENA TECHNICZNA**:

Zadanie 1: waga = 20% (20 pkt), wg punktacji przedstawionej w tabeli (poszczególne punkty zostaną zsumowane):

I PODSTAWOWE PARAMETRY		
9.	Zakres stosowanych częstotliwości pracy min. 2-12Mhz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem)	2-12 MHz – 0 pkt 2-15 MHz - 2 pkt
16.	Pulpit – wodoodporny ceramiczny lub szklany panel operatora jako jednolity element na sensorach dotykowych, odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadający się do dezynfekcji środkami w postaci płynnej w tym również preparatami na bazie alkoholu izopropylowego. Panel pozbawiony potencjometrów, przycisków, przełączników, manipulatora kulkowego typu trackball.	NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
19.	Wbudowany akumulator do zasilania awaryjnego; czas pracy po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 1 godzina.	do 1 godz. włącznie – 0 pkt powyżej 1 godz. – 2 pkt
II FUNKCJE UŻYTKOWE		
9.	Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym	NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt
13.	Dostępna siatka na obrazie w trybie 2D pozwalająca ocenić wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających wprowadzenia igły	NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt
III TRYBY UŻYTKOWANIA		
10.	Zakres prędkości dla Dopplera CW przy zerowej korekcji kąta bramki min. 10m/s	10 – 20 m/s – 0 pkt powyżej 20 m/s – 2 pkt

Zadanie 2: waga = 20% (20 pkt), wg punktacji przedstawionej w tabeli (poszczególne punkty zostaną zsumowane):

I PODSTAWOWE PARAMETRY		
10.	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu w warunkach standardowych przez min. 30 minut	30 min - 0 pkt 31-40 min – 2 pkt 41-50 min – 3 pkt 51-60 min – 4 pkt powyżej 60 min- 5 pkt
Respirator anestetyczny		
22.	Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 6,5”	6,5 – 10” – 0 pkt powyżej 10” – 5 pkt
23.	Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach	TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt
Funkcje i parametry dodatkowo punktowane		
43.	System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
44.	Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
45.	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli rezerwowych), opisać	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt

Zadanie 3: waga = 20% (20 pkt), wg punktacji przedstawionej w tabeli:

I PODSTAWOWE PARAMETRY - RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt.		
9.	Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz i akumulatorowe – czas pracy min. 30 min.	30 min - 0 pkt 31 - 40 min – 2 pkt 41 - 50 min – 3 pkt 51 - 60 min – 4 pkt powyżej 60 min- 5 pkt
VI Inne wymagania		
53.	Waga respiratora (jednostki podstawowej) ułatwiająca przenoszenie	powyżej 10 kg – 0 pkt 9,1 - 10,0 kg - 2 pkt 8,1 - 9,0 kg – 3 pkt 7,1 - 8,0 kg – 4 pkt do 7,00 kg – 5 pkt

Wartość punktowa kryterium „OCENA TECHNICZNA” w danym zadaniu będzie obliczona wg wzoru:

$$\frac{\text{liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną w danym zadaniu}}{\text{liczba punktów zdobytych przez ofertę z najwyższą ilością punktów w danym zadaniu}} \times 20 = \text{liczba punktów}$$

Zadanie 4: waga = 20% (20 pkt), wg punktacji przedstawionej w tabeli:

PLATFORMA DO MECHANICZNEGO UCISKU KLATKI PIERSIOWEJ – 1szt.		
6.	Urządzenie przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych o wadze do min. 130 kg za pomocą pasa piersiowego lub bez ograniczeń wagowych za pomocą mechanizmu tłoka zakończonego ssawką	do 130 kg – 0 pkt 131 – 150 kg – 1 pkt 151-170 kg – 2 pkt 171-190 kg – 3 pkt 191-210 kg – 4 pkt Powyżej 210 kg lub bez limitu wagi – 5 pkt
DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt.		
6.	Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 10 kg z kpl akumulatorów	Do 6 kg – 5 pkt 6,1 - 7 kg – 4 pkt 7,1 - 8 kg – 3 pkt 8,1 - 9 kg – 2 pkt Do 10 kg – 0 pkt
DEFIBRYLATOR Z EtCO2, NIBP, SpO2, UCHWYTEM ŚCIENNYM -3szt.		
6.	Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 10 kg z kpl akumulatorów	Do 6 kg – 5 pkt 6,1 - 7 kg – 4 pkt 7,1 - 8 kg – 3 pkt 8,1 - 9 kg – 2 pkt Do 10 kg – 0 pkt

Wartość punktowa kryterium „OCENA TECHNICZNA” w danym zadaniu będzie obliczona wg wzoru:

$$\frac{\text{liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną w danym zadaniu}}{\text{liczba punktów zdobytych przez ofertę z najwyższą ilością punktów w danym zadaniu}} \times 20 = \text{liczba punktów}$$

Zadanie 5: waga = 20% (20 pkt), wg punktacji przedstawionej w tabeli:

7.	Kolorowy ekran graficzny LCD min. 5” z możliwością podglądu 12 lub 8 odprowadzeń EKG jednocześnie lub w grupach po 3	5” – 0 pkt 5,1” - 5,9” – 2 pkt 6,0” - 6,9” – 3 pkt 7,0” – 7,9” – 4 pkt 8” i powyżej – 5 pkt
38	Akumulator na min.1h ciągłej pracy	Do 1 h – 0 pkt Do 2 h – 1,5 pkt Do 3 h – 2,5 pkt Powyżej 3 h- 5 pkt

Wartość punktowa kryterium „OCENA TECHNICZNA” w danym zadaniu będzie obliczona wg wzoru:

$$\frac{\text{liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną w danym zadaniu}}{\text{liczba punktów zdobytych przez ofertę z najwyższą ilością punktów w danym zadaniu}} \times 20 = \text{liczba punktów}$$

Zadanie 6: waga = 20% (20 pkt), wg punktacji przedstawionej w tabeli:

6.	Maksymalne obciążenie min. 250 kg	250 kg – 0 pkt 251 – 270 kg – 5 pkt 271 – 280 kg – 10 pkt 281 – 299 kg – 15 pkt 300 kg i powyżej - 20 pkt
----	-----------------------------------	---

Zadanie 7: waga = 20% (20 pkt), wg punktacji przedstawionej w tabeli:

13.	Zasilanie 230V – opcja dodatkowa	NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt
14.	Czas pracy z akumulatora – min.30 min	30 min - 0 pkt 31 - 40 min – 2 pkt 41 - 50 min – 3 pkt 51 - 69 min – 4 pkt 60 min. i powyżej - 5 pkt

Wartość punktowa kryterium „OCENA TECHNICZNA” w danym zadaniu będzie obliczona wg wzoru:

$$\frac{\text{liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną w danym zadaniu}}{\text{liczba punktów zdobytych przez ofertę z najwyższą ilością punktów w danym zadaniu}} \times 20 = \text{liczba punktów}$$

Zadanie 8: waga = 20% (20 pkt), wg punktacji przedstawionej w tabeli:

WÓZEK REANIMACYJNY – 3 szt.		
17.	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia na klucz wszystkich szuflad lub poszczególne szuflady kluczowane niezależnie	Szuflady kluczowane niezależnie każda – 0 pkt Centralny system kluczenia – 20 pkt

Wykonawca w formularzu ofertowym (zał. 1) oraz odpowiednio w załączniku, zaznacza odpowiednio parametry zaofertowanego sprzętu:

– dla zadania nr 1	– załącznik 2a
– dla zadania nr 2	– załącznik 2b
– dla zadania nr 3	– załącznik 2c
– dla zadania nr 4	– załącznik 2d
– dla zadania nr 5	– załącznik 2e



– dla zadania nr 6	– załącznik 2f
– dla zadania nr 7	– załącznik 2g
– dla zadania nr 8	– załącznik 2h

Poszczególne punkty przyznawane będą wg zasad podanych powyżej.

W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu specyfikacji technicznej wartości parametru ocenianego lub nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr.

- 14.5. Punktacja w kryterium **TERMIN DOSTAWY – dotyczy zadania nr 9 i 10**, (max 30 dni), waga = 20% (20 pkt), sposób oceny:

TERMIN DOSTAWY	
10 dni	20 pkt
20 dni	10 pkt
30 dni	0 pkt

Wykonawca w formularzu ofertowym (zał. 1) zaznacza termin dostaw, który może wynosić od 10 do 30 dni. Oferta z zaoferowanym tylko wymaganym terminem dostawy (30 dni) otrzyma 0 punktów za to kryterium. **Zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 30 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty** natomiast termin krótszy niż 10 dni skutkować będzie przyznaniem z góry 20 pkt.

- 14.6. Punktacja w kryterium **GWARANCJA** na dostarczone wyposażenie (dotyczy wszystkich zadań), waga = 20% (20 pkt), sposób oceny:

$$W = \frac{\text{okres gwarancji oferty badanej [miesiąc]}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert [miesiąc]}} \times 20 \text{ pkt}$$

Wykonawca w formularzu ofertowym (zał. 1) zaznacza okres gwarancji na dostarczone wyposażenie/sprzęt który może wynosić minimum 24 miesiące a maksymalnie 48 miesięcy.

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące - skutkować będzie odrzuceniem oferty, natomiast zaoferowanie terminu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy – skutkować będzie przyznaniem z góry 20 pkt.

W przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił wymaganego okresu tj. 24 miesiące.

- 14.7. Każde zadanie podlegać będzie odrębnej ocenie.
14.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
14.9. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.
14.10. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 1 – 3 ustawy.
14.11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Zawarcie umowy

- 16.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
16.2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
16.3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od stron umowy oraz na warunkach określonych w umowie, zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia

- 16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez wprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

17. Środki ochrony prawnej

- 17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
- 17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP

18. Uwagi końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

19. Informacyjna z art. 13 RODO

- 19.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1; 64-920 Piła**
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Pan Piotr Musiał, kontakt: tel. 67 2106295, e-mail: iod@szpitalpila.pl, siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku „H”;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, umowy 10 lat od dnia rozwiązania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;

² Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

³ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

20. Załączniki

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 2a – 2j (stanowi odrębny dokument)
3. Oświadczenie – załącznik nr 3 (stanowi odrębny dokument)
4. Projekt umowy – załącznik nr 4
5. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

SIWZ ZATWIERDZIŁ:



FORMULARZ OFERTOWY	
do postępowania NO-ZP.X-240/49/18	
Przedmiot zamówienia	„WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (część 2)”
Zamawiający	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64–920 Piła, ul. Rydygiera 1
Oferent – pełna nazwa Oferenta, adres, NIP REGON	
tel., fax.	
e-mail	
Numer KRS <i>(jeżeli dotyczy)</i>	
Adres do korespondencji <i>(jeżeli jest inny niż adres siedziby):</i>	
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 1 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 2 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 3 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 4 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 5 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 6 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 7 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 8 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 9 <i>(podlega ocenie)</i>	wartość brutto:..... słownie:.....



OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA 10 <i>(podlega ocenie)</i>		wartość brutto:..... słownie:.....
OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZADANIE NR 1 (podlega ocenie)		Nieprawidłowe skreślić
I	PODSTAWOWE PARAMETRY	
9.	Zakres stosowanych częstotliwości pracy min. 2-12Mhz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem)	2-12 MHz 2-15 MHz
16.	Pulpit – wodoodporny ceramiczny lub szklany panel operatora jako jednolity element na sensorach dotykowych, odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadający się do dezynfekcji środkami w postaci płynnej w tym również preparatami na bazie alkoholu izopropylowego. Panel pozbawiony potencjometrów, przycisków, przełączników, manipulatora kulkowego typu trackball.	NIE TAK
19.	Wbudowany akumulator do zasilania awaryjnego; czas pracy po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 1 godzina.	do 1 godz. włącznie powyżej 1 godz.
II	FUNKCJE UŻYTKOWE	
9.	Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym	NIE TAK
13.	Dostępna siatka na obrazie w trybie 2D pozwalająca ocenić wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających wprowadzenia igły	NIE TAK
III	TRYBY UŻYTKOWANIA	
10.	Zakres prędkości dla Dopplera CW przy zerowej korekcji kąta bramki min. 10m/s	NIE TAK
OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZADANIE NR 2 (podlega ocenie)		Nieprawidłowe skreślić
I	PODSTAWOWE PARAMETRY	
10.	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu w warunkach standardowych przez min. 30 minut	30 min 31-40 min 41-50 min 51-60 min powyżej 60 min
	Respirator anestetyczny	
22.	Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 6,5"	6,5 – 10" powyżej 10"
23.	Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach	TAK NIE
	Funkcje i parametry dodatkowo punktowane	
43.	System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie	TAK NIE
44.	Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać	TAK NIE
45.	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli rezerwowych), opisać	TAK NIE
OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZADANIE NR 3 (podlega ocenie)		Nieprawidłowe skreślić
I	PODSTAWOWE PARAMETRY - RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt.	
9.	Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz i akumulatorowe – czas pracy min. 30 min.	30 min 31-40 min 41-50 min 51-60 min powyżej 60 min
VI	Inne wymagania	
53.	Waga respiratora (jednostki podstawowej) ułatwiająca przenoszenie	powyżej 10 kg 9,1 – 10,0 kg 8,1 – 9,0 kg 7,1 – 8,0 kg do 7,00 kg



OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZADANIE NR 4 (podlega ocenie)		Nieprawidłowe skreślić
PLATFORMA DO MECHANICZNEGO UCISKU KLATKI PIERSIOWEJ – 1szt.		
6.	Urządzenie przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych o wadze do min. 130 kg za pomocą pasa piersiowego lub bez ograniczeń wagowych za pomocą mechanizmu tłoka zakończonego ssawką	do 130 kg 131 – 150 kg 151-170 kg 171-190 kg 191-210 kg Powyżej 210 kg lub bez limitu wagi
DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt.		
6.	Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 10 kg z kpl akumulatorów	Do 6 kg 6,1 - 7 kg 7,1 - 8 kg 8,1 - 9 kg Do 10 kg
DEFIBRYLATOR z EtCO2, NIBP, SpO2, UCHWYTEM ŚCIENNYM -3szt.		
6.	Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 10 kg z kpl akumulatorów	Do 6 kg 6,1 - 7 kg 7,1 - 8 kg 8,1 - 9 kg Do 10 kg
OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZADANIE NR 5 (podlega ocenie)		Nieprawidłowe skreślić
7.	Kolorowy ekran graficzny LCD min. 5" z możliwością podglądu 12 lub 8 odprowadzeń EKG jednocześnie lub w grupach po 3	5" 5,1" - 5,9" 6,0" - 6,9" 7,0" – 7,9" 8" i powyżej
38	Akumulator na min.1h ciągłej pracy	Do 1 h Do 2 h Do 3 h Powyżej 3 h
OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZADANIE NR 6 (podlega ocenie)		Nieprawidłowe skreślić
6.	Maksymalne obciążenie min. 250 kg	250 kg 251 – 270 kg 271 – 280 kg 281 – 299 kg 300 kg i powyżej
OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZADANIE NR 7 (podlega ocenie)		Nieprawidłowe skreślić
13.	Zasilanie 230V – opcja dodatkowa	NIE TAK
14.	Czas pracy z akumulatora – min.30 min	30 min 31 - 40 min 41 - 50 min 51 - 69 min 60 min. i powyżej
OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZADANIE NR 8 (podlega ocenie)		Nieprawidłowe skreślić
WÓZEK REANIMACYJNY – 3 szt.		
17.	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia na klucz wszystkich szuflad lub poszczególne szuflady kluczowane niezależnie	Szuflady kluczowane niezależnie każda – 0 pkt Centralny system kluczenia – 20 pkt
TERMIN DOSTAWY – DOT. ZADANIA NR 9 I 10 (podlega ocenie)	
GWARANCJA Zadanie 1 (podlega ocenie)	
GWARANCJA Zadanie 2 (podlega ocenie)	



GWARANCJA Zadanie 3 (podlega ocenie)
GWARANCJA Zadanie 4 (podlega ocenie)
GWARANCJA Zadanie 5 (podlega ocenie)
GWARANCJA Zadanie 6 (podlega ocenie)
GWARANCJA Zadanie 7 (podlega ocenie)
GWARANCJA Zadanie 8 (podlega ocenie)
GWARANCJA Zadanie 9 (podlega ocenie)
GWARANCJA Zadanie 10 (podlega ocenie)
Termin płatności	60 dni
Termin realizacji zamówienia	30 dni od dnia podpisania umowy (zad. nr 1-8) / maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy (zad. nr 9-10) - kryterium oceniane
OŚWIADCZENIA:	
<ol style="list-style-type: none"> zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą; w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszty transportu, rozładunku, montażu. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności uprawniające do obrotu produktami medycznymi, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, proponowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 	
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:	
<ol style="list-style-type: none"> zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest: e-mail:.....tel./fax: osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: e-mail:.....tel./fax: 	
PODWYKONAWCY:	
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia, (należy podać dane proponowanych podwykonawców i zakres prac - wartość procentowa)	
1)	
.....	
Oświadczamy, że oferta: zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str. oferty informacje, które stanowią TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.	



WADIUM w wysokości _____ PLN, zostało wniesione w dniu:, w formie:

.....;

prosimy o zwrot wadium (dot. wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek:

.....;

JEDZ: *(hasło do przesłanego drogą elektroniczną dokumentu)*

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. str.
2. str.
3. str.
4. str.

Oferta została złożona na zapisanych i kolejno ponumerowanych oraz podpisanych stronach.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy



.....
(Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Pile, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

Zadanie 3

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Jedn. cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	Respirator transportowy (zestaw)	2 szt.				
2	Respirator transportowy pediatryczny (zestaw)	1 szt.				
3	Respirator stacjonarny	1 szt.				
RAZEM						

Zadanie 4

L.p.	Nazwa handlowa model / producent	Ilość	Jedn. cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	Platforma do mechanicznego ucisku klatki piersiowej	1 szt.				
2	Defibrylator z SpO2	2 szt.				
3	Defibrylator EtCO2, NIBP, SpO2, uchwytem ściennym	3 szt.				
RAZEM						

Zadanie 8

L.p.	Nazwa handlowa model / producent	Ilość	Jedn. cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	Torba na kółkach reanimacyjna	1 szt.				
2	Wózek reanimacyjny	3 szt.				
3	Stolik medyczny na kółkach, zabiegowy	3 szt.				
RAZEM						

Zadanie 9

L.p.	Nazwa handlowa model / producent	Ilość	Jedn. cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	Kosz na śmieci	52 szt.				
2	Euro kosz	22 szt.				
3	Pojemnik na brudną bieliznę	1 szt.				
RAZEM						

Zadanie 10

L.p.	Nazwa handlowa model / producent	Ilość	Jedn. cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	Krzesło dla pacjenta (poczekalnia - łączone po 4 szt.)	10 szt.				
2	Wieszak stojący	2 szt.				
3	Fotel medyczny	10 szt.				
4	Fotel	7 szt.				
5	Stół i 6 krzeseł	1 szt.				
6	Krzesło dla pacjenta	2 szt.				
7	Taboret	2 szt.				
8	Taca jezdna	5 szt.				
9	Stoliki przyłóżkowe dla pacjenta	6 szt.				
RAZEM						

.....
(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

**UMOWA Nr2018/ZP
zawarta w Pile w dniu 2018 roku**

pomiędzy:

**Szpitałem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1**

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000008246 - Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 001261820 NIP: 764-20-88-098

który reprezentuje:

lek. Rafał Szuca – Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

.....

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS – Sąd Rejonowy w, Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości zł

REGON: NIP:

który reprezentuje:

.....

wpisanym do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG)

REGON: NIP:

który reprezentuje:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „**WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (część 1)**” (nr sprawy: NO-ZP.X-240/49/18), przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa:**

1. **Aparatu USG (1 szt.) – zadanie 1**
2. **Aparatu do znieczulenia (1 szt.) – zadanie 2**
3. **Respiratorów: – zadanie 3**
 - a) **Respiratora transportowego (zestaw, 2 szt.)**
 - b) **Respiratora transportowego pediatrycznego (zestaw, 1 szt.)**
 - c) **Respiratora stacjonarnego (1 szt.)**
4. **Sprzętu reanimacyjnego: – zadanie 4**
 - a) **Platformy do mechanicznego ucisku klatki piersiowej (1 szt.)**
 - b) **Defibrylatora z SpO2 (2 szt.)**
 - c) **Defibrylatora EtCO2, NIBP, SpO2, uchwytem ściennym (3 szt.)**
5. **Aparatu EKG (4 szt.) – zadanie 5**
6. **Wagi ze wzrostomierzem (1 szt.) – zadanie 6**
7. **Ssaka elektrycznego (2 szt.) – zadanie 7**
8. **Wypożyczenia dodatkowego: – zadanie 8**
 - a) **Torby na kółkach reanimacyjna (1 szt.)**
 - b) **Wózka reanimacyjnego (3 szt.)**
 - c) **Stolika medycznego na kółkach, zabiegowego (3 szt.)**
9. **Wypożyczenia dodatkowego: – zadanie 9**
 - a) **Kosza na śmieci (52 szt.)**
 - b) **Euro kosza (22 szt.)**
 - c) **Pojemnika na brudną bieliznę (1 szt.)**
10. **Wypożyczenia dodatkowego: – zadanie 10**

- j) Krzesła dla pacjenta (poczekalnia - łączone po 4 szt., 10 szt.)
- k) Wieszaka stojącego (2 szt.)
- l) Fotela medycznego (10 szt.)
- m) Fotela (7 szt.)
- n) Stołu i 6 krzesel (1 szt.)
- o) Krzesła dla pacjenta (2 szt.)
- p) Taboretu (2 szt.)
- q) Tacy jezdnej (5 szt.)
- r) Stolika przyłóżkowego dla pacjenta (6 szt.)⁴

o parametrach opisanych w SIWZ oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy (zał. nr 1 do niniejszej umowy).

2. **Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karettek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.**
3. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) – *dotyczy zadań nr 1-8.*
4. Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, CE Wykonawca dostarczy wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i stosowania urządzenia zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy również wszystkie dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – *dotyczy zadań nr 1-8.*

§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
 - dla zadań od 1-8: dostawa wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem (jeżeli dotyczy - zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2a-h) oraz przekazaniem stosownej dokumentacji, certyfikatów i dopuszczeń do użytku w terminie **30 dni** od dnia podpisania umowy.
 - dla zadania nr 9 i 10: dostawa w terminie **maksymalnie 30 dni** od dnia podpisania umowy (*termin realizacji jest kryterium punktowanym*).
 - faktura - po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia;
 - przeszkolenie/instruktaż personelu Zamawiającego po odbiorze przedmiotu umowy, w ustalonym wcześniej z Zamawiającym terminie – dotyczy zadań nr 1-7.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego i dokonaniu przeszkolenia personelu Zamawiającego.

§ 3

Gwarancja i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w czasie której w pełni zabezpiecza funkcje techniczne i użytkowe przedmiotu umowy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosim-cy. (*okres gwarancji jest kryterium punktowanym*).
2. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od bezusterkowego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z bezusterkowego testu sprawdzającego.
3. Wykonawca zapewnia, że sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużyty, nie ma defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas użytkowania. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas przestoju przedmiotu umowy od zgłoszenia naprawy uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu do dokonania tejże naprawy.

⁴ Każdy stanowi odrębne zadania

4. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu.
6. Wykonawca winien dokonać naprawy w terminie do **7 dni** (dot. zadań nr 6-10) / **3 dni** (dot. zadania nr 1-5). Przy naprawie powyżej 3 dni (dot. zadania nr 1-5) Wykonawca zapewni równoważny sprzęt zastępczy na czas naprawy lub pokryje koszty jakie poniósł Zamawiający w związku z koniecznością skorzystania ze sprzętu zastępczego.
7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną o ujawnionych wadach lub usterek, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez okres minimum 10 lat.
9. Po trzykrotnej naprawie tego samego istotnego elementu, Wykonawca wymieni sprzęt na wolny od wad.
10. Za działania firm serwisowych, działających na zlecenie Wykonawcy, wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada, jak za działania własne.
11. Czas reakcji serwisu technicznego **max. 48 godziny** (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od momentu otrzymania zgłoszenia.
12. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Gwarancją nie są objęte:
 - 1) Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe:
 - a) na skutek eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowaniem się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - b) na skutek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby,
 - 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, zalanie itp.
14. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi na zasadach ogólnych. Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio do rękojmi. Do Zamawiającego należy decyzja z których uprawnień skorzysta.

§ 4

Warunki dostawy i odbioru

1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt/wyposażenie będące przedmiotem umowy spełnia wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa, parametry techniczne i użytkowe, a także określone obowiązującymi przepisami prawa wymagania bezpieczeństwa i jakości.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1 na swój koszt i ryzyko.
3. Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy, nie później niż na 4 dni robocze przed tym terminem.
4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru przedmiotu umowy oraz po jego montażu i uruchomieniu.
5. Odpowiedzialność za przedmiot umowy przenosi się na Zamawiającego z chwilą podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo – odbiorczego.
6. Wykonawca oświadcza, że do przedmiotowego sprzętu nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
7. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania

z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusunięcia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądowego lub dokonać naprawy we własnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcę do usunięcia wady, w formie pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu racjonalnie poniesione i udokumentowane koszty usunięcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty ich poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawcę nie pozbawia innych uprawnień, przewidzianych prawem lub umową,

- b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi.
8. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada istotne wady, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub odbiorowych, lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru dostaw zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§ 5

Szkolenie pracowników Zamawiającego – dotyczy zadania nr 1-7

1. Strony zgodnie ustalają, że w ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniach.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia program szkolenia personelu.
3. Szkolenia winny być kompleksowe i obejmować wszelkie zagadnienia, które są niezbędne do prawidłowej obsługi i konserwacji sprzętu/wyposażenia. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia uczestnikom szkolenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem szkolenia.
4. Wykonawca zapewnia, że szkolenie będzie przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne do przeprowadzania szkolenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest także do udzielania telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników Szpitala po uruchomieniu sprzętu/wyposażenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy przedmiotowego urządzenia.

§ 6

Warunki płatności

1. Zamawiający, zgodnie z wybraną ofertą, zapłaci Wykonawcy:

Zadanie nr....

kwotę brutto zł, (słownie:)

kwotę nettozł (słownie.....)

VAT%

Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz ubezpieczeniem do chwili odbioru sprzętu przez Zamawiającego.- dotyczy zadań 1-7

Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, montażem (jeżeli dotyczy) oraz ubezpieczeniem do chwili odbioru sprzętu przez Zamawiającego.- dotyczy zadań 8-10

2. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury Zamawiającemu. W przypadku błędnie sporządzonej faktury VAT w tym braku na fakturze zapisów, o których mowa w § 12 niniejszej umowy, termin płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu o czas, w którym doręczono prawidłowo sporządzoną fakturę.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługiwać będą kary umowne:
 - 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem § 11 niniejszej umowy,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody jej naprawienie przez Wykonawcę obejmować będzie:
 - 1) rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego straty (z ograniczeniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu do 100% wartości brutto umowy),
 - 2) korzyści, jakich w sposób uzasadniony spodziewał się Zamawiający, ale których nie osiągnął z uwagi na to, że Wykonawca nie wykonał swego zobowiązania lub wykonał je wadliwie i przez to wyrządził Zamawiającemu szkodę uniemożliwiającą osiągnięcie tych korzyści (z ograniczeniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu do 100% wartości brutto umowy), w szczególności w następujących przypadkach:
 - a) gdy na skutek zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania zamówienia;
 - b) gdy na skutek zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania napraw gwarancyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania napraw gwarancyjnych;
3. Jeżeli w przypadku zwłoki wykonania przedmiotu umowy nastąpi odpowiednio utrata całości albo części dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację zamówienia objętego umową to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconej dotacji albo odpowiednio jej części, oprócz kar umownych zastrzeżonych powyżej.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach a nadto jeżeli:
 - a) nastąpi upadłość Wykonawcy lub ujawnią się inne, nie znane w chwili zawierania umowy okoliczności poddające w wątpliwość zdolność do wykonania umowy w terminie,
 - b) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt/wyposażenie nie posiada wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód właściwych organów, co powoduje, że nie może być używany,
 - c) Wykonawca nie podjął realizacji dostaw lub przerwał ich realizację przez okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje.
 - d) Wykonawca mimo wezwania nie usunął usterek lub przerwał ich usuwanie i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje działań.
5. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku określonym w ust. 4 wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia określonego w wezwaniu naruszenia umowy z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu wskazanego w wezwaniu na usunięcie naruszenia.

6. Niezależnie od nałożonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§8

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

Zamawiający wyznacza koordynatorów w osobie: Franciszek Tamas oraz Marek Zdrenka, którzy będą współpracować z przedstawicielem Wykonawcy, którym jest: w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem postanowień niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dopuszczalna. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy, a dla jej ważności wymagana jest forma pisemna.

§ 9

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykonana zamówienie⁵:
 - samodzielnie (bez udziału podwykonawców)
 - przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca:
 - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy,
 - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz za wykonane prace,
 - zapewni w formie pisemnej, iż Podwykonawca zostanie zobowiązany do spełniania warunków z tytułu gwarancji i rękojmi w sposób opisany w niniejszej umowie.
3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana podwykonawcy następuje za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonany co najmniej na 5 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy.

§ 11

Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą zmiany terminu dostawy przedmiotu umowy – możliwość przedłużenia terminu realizacji w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego bądź w przypadku opóźnienia się prac budowlanych, których Zamawiający na dzień podpisania umowy nie był w stanie przewidzieć.

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze zapis: „Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być przedmiotem ich dalszej sprzedaży, jak również cesji lub przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego” oraz zapis, że „Sprzedaż dotyczy wykonania umowy nr/2018/ZP z dnia”.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

⁵ Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie przez Wykonawcę



Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (część 2)**” prowadzonego przez **Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica**, oświadczam, co następuje:

Wykonawca, którego reprezentuję/jemy:

- **nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty***
- **należy do tej samej grupy kapitałowej następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty*:**

Lp.	Nazwa	Adres
1.		
2.		

Uwaga – niepotrzebne skreślić*

....., dnia,
(miejsowość)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.