

Piła, dnia 31.08.2018 roku

NO-ZP.X-240/49/18

### ***Wszyscy uczestnicy postępowania***

dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „**WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (CZĘŚĆ 2)**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

#### **1. Pytanie**

Zadanie nr 2 - APARAT DO ZNIECZULANIA

Lp.12, 16 Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z precyzyjnymi mechanicznymi przepływomierzami podwójnymi dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **2. Pytanie**

Zadanie nr 2 - APARAT DO ZNIECZULANIA

Lp.18. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z elementami systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadające się do dezynfekcji (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **3. Pytanie**

Zadanie nr 2 - APARAT DO ZNIECZULANIA

Wymagania ogólne Lp.3. Czy Zamawiający ma na myśli katalog/prospekt z parametrami technicznymi sprzętu?

**Odpowiedź:** Tak, prospekty z podstawowymi informacjami technicznymi dotyczącymi konserwacji, specyfikacji, parametrów technicznych

#### **4. Pytanie**

Dot. Zamówienie częściowe nr 4 poz. Nr 8 DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt.

Proszę o doprecyzowanie wymagań z punktu 8: „Na wyposażeniu ładowarka sieciowa - karetkowa 3 szt.”, czy Zamawiający wymaga 3 szt. ładowarek do każdego defibrylatora (łącznie 6 szt.), czy ma na myśli 3 szt. ładowarek do 2 szt. defibrylatorów?

**Odpowiedź:** Po jednej ładowarce do defibrylatora łącznie 2 szt.

#### **5. Pytanie**

Dot. Zamówienie częściowe nr 4 poz. Nr 17 DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza



## 6. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 4, DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności defibrylator z poniższymi parametrami (punkty odnoszą się do poszczególnych punktów tabeli Zamawiającego):

7.	Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - IP22
<b>ZASILANIE</b>	
8.	Bez zasilania karetkowego
9.	Czas pracy na jednym akumulatorze: 4 godzin ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z max energią
<b>REJESTRACJA</b>	
13.	Wyświetlanie na ekranie zapisu 3 lub 5-żyłowego EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych
14.	Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 90 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek.
15.	Pamięć wewnętrzna 350 epizodów lub 350 odcinków EKG
<b>EKG/ RESPIRACJA</b>	
16.	Monitorowanie zapisu 3 lub 5-żyłowego EKG z analizą, interpretacją słowną bez możliwości transmisji.
17.	Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min
18.	Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie 0,5 do 3,0 cm/mV25.
<b>PULSOKSYMETRIA</b>	
23.	Pomiar ciśnienia, typowy czas pomiaru 30 sekund, zakres pomiaru 20-260 mmHg
<b>WYPOSAŻENIE</b>	
26.	Bez kabla EKG 12-odporwadeniowego
31.	Torba na akcesoria bez paska naramiennego

Pozostałe punkty zgodne są z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza:

7. Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - IP22
9. Czas pracy na jednym akumulatorze: 4 godzin ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z max energią
13. Wyświetlanie na ekranie zapisu 3 lub 5-żyłowego EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych
14. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 90 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. max energią
17. Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min
18. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie 0,5 do 3,0 cm/mV25.
23. Pomiar ciśnienia, typowy czas pomiaru 30 sekund, zakres pomiaru 20-260 mmHg
26. Bez kabla EKG 12-odporwadeniowego
31. Torba na akcesoria bez paska naramiennego

## 8. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 4 poz. 16, DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt. Prosimy o wskazanie stacji odbiorczych do których Zamawiający chce transmitować zapis EKG z defibrylatorów?

**Odpowiedź:** Komputer PC na Oddziale Kardiologicznym

## 9. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 4 poz. Nr 8 DEFIBRYLATOR Z EtCO2, NIBP, SpO2, UCHWYTEM ŚCIENNYM -3szt Proszę o doprecyzowanie wymagań z punktu 8: „Na wyposażeniu ładowarka sieciowa - karetkowa

3 szt.”, czy Zamawiający wymaga 3 szt. ładowarek do każdego defibrylatora (łącznie 9 szt.), czy ma na myśli 3 szt. ładowarek do 3 szt. defibrylatorów?

**Odpowiedź:** 3 szt.

#### 10. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 4 poz. Nr 17 DEFIBRYLATOR Z EtCO<sub>2</sub>, NIBP, SpO<sub>2</sub>, UCHWYTEM ŚCIENNYM -3szt Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 11. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 4 poz. 16 DEFIBRYLATOR Z EtCO<sub>2</sub>, NIBP, SpO<sub>2</sub>, UCHWYTEM ŚCIENNYM - 3szt Prosimy o wskazanie stacji odbiorczych do których Zamawiający chce transmitować zapis EKG z defibrylatorów?

**Odpowiedź:** Komputer PC na Oddziale Kardiologicznym

#### 12. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 poz. 15 RESPIRATOR TRANSPORTOWY (zestaw) – 2 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby respirator transportowy posiadał możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 13. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 poz. 29 RESPIRATOR TRANSPORTOWY (zestaw) – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator transportowy z przepływem w trybie CPAP regulowanym w zakresie 0,5 – 35 l/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 14. Pytanie

Dotyczy Zał. 4 projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugoda lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:

(a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego,

(b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów

ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 15. Pytanie

Dotyczy Zał. 4 projekt umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękopisów za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 16. Pytanie

Dotyczy Zał. 4 projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje § 14 do projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) o brzmieniu:

#### § 14

##### Przetwarzanie danych osobowych

1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych pacjentów zgodnie z art. 28 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, zwanego dalej RODO, czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych wyłącznie w celu serwisu urządzeń medycznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do serwisu urządzeń medycznych do uzyskania od Zamawiającego stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla swoich pracowników mających wykonywać w/w serwis.
3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
4. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Udzielającego zamówienia w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO.

6. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z postanowieniami umowy przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów RODO oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego w ciągu 24 godzin o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.
8. Przyjmujący zamówienie po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.
9. Wykonawca podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy również po zakończeniu współpracy, chyba że informacje, których obowiązek ten dotyczy stały się nieaktualne, są publicznie znane lub ich ujawnienia zażądał w oparciu o obowiązujące przepisy uprawniony do tego organ.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców i/lub podmiotów zaangażowanych przez Przyjmującego zamówienie do realizacji niniejszej umowy.
11. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu skutkujących powstaniem szkody po stronie Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
12. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy Wykonawca:
  - a. wykorzystywał dane osobowe w sposób niezgodny z RODO,
  - b. powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Udzielającego zamówienie,
  - c. nie zaprzestaje niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

#### 17. Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 1, paragraf III -punkt 3, Aparat USG – Parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie czołowego producenta sprzętu medycznego bez obrazowania rombowego. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę na fakt, iż obrazowanie rombowe może być stosowane zamiennie z obrazowaniem trapezoidalnym.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę cenową.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 18. Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 1, paragraf IV -punkt 2.3, Aparat USG – Parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie czołowego producenta sprzętu medycznego w którym szerokość pola obrazowania głowicy liniowej wynosi 38,4 mm. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę na fakt, iż różnica pomiędzy wymaganą szerokością czoła głowicy a dopuszczaną w tym przypadku wynosi poniżej 5%. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę cenową.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 19. Pytanie

Dot. Załącznik nr 2a do SIWZ:

Czy Zamawiający zgodzi się na zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 20. Pytanie

Dot. Załącznik nr 2a do SIWZ, Wymagania ogólne, pkt. 10:

Prosimy o modyfikację poniższego zapisu: „Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max. 3 dni roboczych, który zostaje wydłużony do 7 dni roboczych w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z zagranicy.”

**Odpowiedź:** Zmawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikuje treść SIWZ w danym załączniku oraz § 3 pkt 6 projektu umowy (załącznik 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

*„ 6. Wykonawca winien dokonać naprawy w terminie do 7 dni (dot. zadań nr 6-10) / 3 dni (dot. zadania nr 1-5). Przy naprawie powyżej 3 dni (dot. zadania nr 1-5) Wykonawca zapewni równoważny sprzęt zastępczy na czas naprawy lub pokryje koszty jakie poniósł Zamawiający w związku z koniecznością skorzystania ze sprzętu zastępczego. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z zagranicy termin naprawy zostaje wydłużony do 7 dni roboczych (dot. zadań nr 1-5)”*

#### 21. Pytanie

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 3, pkt. 3:

Z uwagi na specyfikę pracy urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą musiały być wykonywane, co wynika z normalnej eksploatacji i zużycia urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas przestoju przedmiotu umowy, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w Załączniku nr 2a do SIWZ, Wymagania ogólne, pkt. 10. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisu: „Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas przestoju przedmiotu umowy od zgłoszenia naprawy uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu do dokonania tejże naprawy, pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona czynności serwisowej w czasie określonym w Załączniku nr 2a do SIWZ, Wymagania ogólne, pkt. 10.”

**Odpowiedź:** Zmawiający wyraża zgodę

#### 22. Pytanie

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 3, pkt. 6: Przy naprawie powyżej 3 dni (dot. zadania nr 1-5) Wykonawca zapewni równoważny sprzęt zastępczy na czas naprawy lub pokryje koszty jakie poniósł Zamawiający w związku z koniecznością skorzystania ze sprzętu zastępczego.

**Odpowiedź:** Wykonawca nie zastosował formy pytania.

#### 23. Pytanie

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 3, pkt. 9: Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić zapis „Po trzykrotnej naprawie tego samego istotnego elementu, Wykonawca wymieni sprzęt na wolny od wad.” na rzecz: „Niezwłoczna wymiana uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy powstaje po bezskutecznym podjęciu trzech prób usunięcia tej samej wady/usterki”?

Uzasadnienie: Nie znajduje uzasadnienia oczekiwaniu wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących błahych elementów. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 24. Pytanie

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 3, pkt. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "czas reakcji" uwzględnił zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

#### 25. Pytanie

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 3, pkt. 12: Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób: „W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wady.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ



#### 26. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt. 30 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez wbudowanego bufora zapisu do 5 minut?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 27. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt. 31 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez funkcji Best 10?

**Odpowiedź:** Zmawiający dopuszcza

#### 28. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt.35 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez modułu do bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG?

**Odpowiedź:** Zmawiający dopuszcza

#### 29. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z klawiszami funkcyjnymi? Wprowadzanie danych pacjenta odbywa się za pomocą ekranu dotykowego.

**Odpowiedź:** Wykonawca wskazał błędny punkt w tabeli. Zgodnie z SIWZ

#### 30. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt. 24 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z częstotliwością próbkowania 500 próbek/sekundę/kanal

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 31. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt. 25 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z przetwornikiem A/C 16 bit?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 32. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt. 33,34 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez możliwości z komunikacją z siecią internetową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 33. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt 35 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z papierem typu rolka?

**Odpowiedź:** Wykonawca wskazał błędny punkt w tabeli. Zgodnie z SIWZ

#### 34. Pytanie

dotyczy zadania nr 5, aparat EKG pkt 32 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez możliwości wydruku zapisu EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi parametrami?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### 35. Pytanie

Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ Par. 3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego ustępu umowy: „Po trzykrotnej naprawie tego samego elementu/podzespołu urządzenia, Wykonawca wymieni ten element/podzespół urządzenia na nowy wolny od wad.” ?

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### 36. Pytanie

Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ Par. 3 ust. 12 - Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękopmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc. Czy Zamawiający zgodziłby się na zmianę zapisu na „W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu autoryzowanemu serwisowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### 37. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania na podstawie jezdnej nieposiadający hamulca centralnego, z indywidualnymi hamulcami na czterech kołach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### 38. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 25%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### 39. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 22 Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 15”? Ekran 15” w istotny sposób poprawia czytelność wyświetlanych parametrów ułatwiając w ten sposób pracę personelu medycznego

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### 40. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 23 Czy Zamawiający przyzna także 4 punkty za respirator napędzany pneumatycznie lub zrezygnuje z punktacji tego parametru?. Napęd elektryczny jest jedynie rozwiązaniem konstrukcyjnym promującym konkretnego producenta i nie ma znaczenia klinicznego

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ



#### 41. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści bardziej nowoczesne tryby wentylacji SIMV-VC i SIMV-PC? Czy Zamawiający przyzna za zaoferowanie trybów wentylacji SIMV-VC i SIMV-PC 5 pkt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Punktacja zgodnie z SIWZ.

#### 42. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 29 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „ Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora”? Jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko dla jednego producenta

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

#### 43. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 44 Czy Zamawiający przyzna także 2 pkt. za zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcanie zastawki do minimum?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 44. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 50 Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za kondensator wody wbudowany w zbiornik na wapno, (rezerwar na dole pochłaniacza i w uchwycie)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 45. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 69 Czy Zamawiający przyzna 5 pkt za Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca – Dinamap SUPERSTAT

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 46. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 71 Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za zaoferowanie mankietów na przedramię dla pacjentów otyłych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 47. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 73 Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres pomiaru saturacji SpO2 0-100%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 48. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 74 Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe, bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 49. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Pkt. 75 Czy Zamawiający przyzna 5 pkt za monitorowanie NMT także metodą EMG z wykorzystaniem elektrosensora?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 50. Pytanie

Załącznik nr 2b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 2 Wzmaganie ogólne, pkt. 9 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikuje treść SIWZ w danym załączniku oraz § 3 pkt 6 projektu umowy (załącznik 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

*„ 6. Wykonawca winien dokonać naprawy w terminie do 7 dni (dot. zadań nr 6-10) / 3 dni (dot. zadania nr 1-5). Przy naprawie powyżej 3 dni (dot. zadania nr 1-5) Wykonawca zapewni równoważny sprzęt zastępczy na czas naprawy lub pokryje koszty jakie poniósł Zamawiający w związku z koniecznością skorzystania ze sprzętu zastępczego. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z zagranicy termin naprawy zostaje wydłużony do 7 dni roboczych (dot. zadań nr 1-5)”*

#### 51. Pytanie

Dotyczy zad. 4. DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt. Ad. 8. Zamawiający wymaga do 2 defibrylatorów 3 ładowarek sieciowych – karetkowych. Czy Zamawiający potwierdza podaną w SIWZ ilość ładowarek? Czy Zamawiający dopuści ładowarkę karetkową dwustanowiskową zawierającą kabel AC i DC, w której jednocześnie mogą być ładowane dwa akumulatory?

**Odpowiedź:** 2 szt. ładowarek

#### 52. Pytanie

Dotyczy zad. 4. DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt. Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści ładowarkę karetkową dwustanowiskową zawierającą kabel AC i DC, w której jednocześnie mogą być ładowane dwa akumulatory?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 53. Pytanie

Dotyczy zad. 4. DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt. Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści defibrylator posiadający możliwość wyświetlania na ekranie 12 odprowadzeń EKG w 3 kanałach z drukowaniem na zapisach EKG stwierdzenia interpretacyjnego dotyczącego uszkodzenia mięśnia sercowego, zawału i niedokrwienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 54. Pytanie

Dotyczy zad. 4. DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt. Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z funkcją monitorowania 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją EKG i możliwością transmisji poprzez zewnętrzny modem na wskazaną komputerową stację odbiorczą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 55. Pytanie

Dotyczy zad. 4. DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt. Ad. 20.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp/min , prąd stymulacji w zakresie 0-200 mA?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



#### 56. Pytanie

Dotyczy zad. 4. DEFIBRYLATOR z SPO2 – 2 szt. Ad. 20.

Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator możliwość pomiaru NIBP?

W pkt. 30. Zamawiający wymaga mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych w trzech rozmiarach po 1 szt. i dzieci 1 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby defibrylator miał możliwość pomiaru NIBP

#### 57. Pytanie

Dotyczy zad. 4. DEFIBRYLATOR Z EtCO<sub>2</sub>, NIBP, SpO<sub>2</sub>, UCHWYTEM ŚCIENNYM -3szt.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator posiadający następujące parametry:

Ad. 8. Ładowarka karetkowa dwustanowiskowa zawierająca kabel AC i DC, w której jednocześnie mogą być ładowane dwa akumulatory.

Ad. 13.

Możliwość wyświetlanie na ekranie 12 odprowadzeń EKG w 3 kanałach z drukowaniem na zapisach EKG stwierdzenia interpretacyjnego dotyczącego uszkodzenia mięśnia sercowego, zawału i niedokrwienia.

Ad. 16. Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją EKG i możliwością transmisji poprzez zewnętrzny modem na wskazaną komputerową stację odbiorczą

Ad. 20. Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min. , prąd stymulacji w zakresie 0-200 mA

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 58. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt. Respirator stacjonarny pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z wentylacją automatyczną uruchamianą za pomocą zaprogramowanych przycisków znajdujących się na panelu przednim urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 59. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt. Dot. Respirator stacjonarny pkt.

30 Czy Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z płynną regulacją czasu wznoszenia fazy wdechowej dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 60. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt. Dot. Respirator stacjonarny pkt.

31 Czy Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z ręczną regulacją czasu wznoszenia fazy wdechowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 61. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt. Dot. Respirator stacjonarny pkt.

32 Czy Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z ręcznym doborem czułości tiggera oddechowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza



#### 62. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt. Dot. Respirator stacjonarny pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z alarmem rozłączenia układu oddechowego bez regulacji czasu rozłączenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 63. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt. Dot. Dot. Respirator stacjonarny pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z jednorazowymi układami oddechowymi dla dorosłych i dla dzieci?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że Wykonawca zamiennie za zestaw wielorazowy dostarczy 10 sztuk zestawów dla dorosłych i 5 sztuk dla dzieci jednorazowych

#### 64. Pytanie

Dot. Zamówienie częściowe nr 3 RESPIRATOR STACJONARNY – 1szt. Dot. Respirator stacjonarny pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści respirator stacjonarny generujący hałas w trakcie pracy na poziomie 46 dB?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 65. Pytanie

dot. zadanie 2: Aparat do znieczulenia Załącznik nr 2b, sekcja: WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3: Czy Zamawiający rozumie dokumentację techniczną, jako zakres czynności przewidzianych dla personelu technicznego szpitala, opisany w instrukcji obsługi w rozdziale Konserwacja?

**Odpowiedź:** Tak wraz z specyfikacją techniczną parametrów aparatu

#### 66. Pytanie

dot. zadanie 2: Aparat do znieczulenia Załącznik nr 2b, pkt 40  
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją plateau od 0 do 50%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 67. Pytanie

dot. zadanie 3: Respirator stacjonarny Załącznik nr 2c, sekcja: Parametry regulowane, pkt. 25  
Czy Zamawiający dopuści respirator z ciśnieniem wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej w zakresie 5-40 mbar ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 68. Pytanie

Dotyczy: zadanie 5, aparat ekg na wózku – 4szt pkt.6, 16. Czy Zamawiający dopuści aparat ekg 3 kanałowy 12-odprowadzeniowy z możliwością drukowania w formatach: 3×4, 3×4+1 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 69. Pytanie

Dotyczy: zadanie 5, aparat ekg na wózku – 4szt pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści aparat ekg tylko z klawiaturą funkcyjną?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 70. Pytanie

Dotyczy: zadanie 5, aparat ekg na wózku – 4szt pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści aparat ekg z wbudowanym buforem do 60 sekund bieżącego zapisu ekg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 71. Pytanie

Dotyczy: zadanie 5, aparat ekg na wózku – 4szt pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści aparat ekg bez funkcji Best 10?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 72. Pytanie

Dotyczy: zadanie 5, aparat ekg na wózku – 4szt pkt. 34. Czy Zamawiający dopuści aparat ekg bez możliwości rozbudowy o moduł WLAN?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 73. Pytanie

Dotyczy: zadanie 5, aparat ekg na wózku – 4szt pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści aparat ekg ze standardową akwizycją sygnału ekg za pośrednictwem 10 końcówkowego przewodu ekg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 74. Pytanie

Zadanie 4 a/ Dotyczy platforma do mechanicznego ucisku klatki piersiowej

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności platformę do mechanicznego ucisku klatki piersiowej oraz przyzna punkty w ramach rozwiązania równie skutecznego, cenionego europejskiego producenta, przeznaczone do mechanicznej RKO osób dorosłych bez ograniczeń wagowych za pomocą mechanizmu tłoka zakończonego wielorazową nakładką resuscytacyjną. Takie rozwiązanie zapewnia skuteczną terapię i przekłada się na koszty eksploatacji urządzenia

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie, które prowadzi uciśnięcia klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka zakończonego wielorazową nakładką poprzez ucisk punktowy, z mechanizmem analizy i doboru siły względem oporu klatki piersiowej. takie rozwiązanie zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji oraz przekłada się na mniejszą urazowość klatki piersiowej pacjentów.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej, które w ramach wyposażenia posiada 2 wielorazowe nakładki w dwóch rozmiarach S/M oraz L/XL. Żywotność każdej z nich wynosi do 1000 RKO. Takie rozwiązanie przekłada się na koszty eksploatacji urządzenia.

**Odpowiedź:** Pytania nie odnoszą się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabelach w załączniku nr 2 a-j. Niezastosowanie się do danego wymogu, zawartego w SIWZ, skutkuje brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

#### 75. Pytanie

b/ Dotyczy Defibrylator z SPO2 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z SpO2, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- Wyposażony w uchwyt karetkowy z ładowaniem 12 V DC. Każdorazowe wpięcie urządzenia w uchwyt powoduje automatyczne ładowanie baterii znajdujące się w defibrylatorze, bez konieczności stosowania odrębnych ładowarek

- Czas pracy na 3 akumulatorach do 10h monitorowania lub 428 defibrylacji
  - Pamięć w postaci karty danych z możliwością zapisu do 1000 misji
  - Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie 0,25 - 2 cm/mV
  - Częstość stymulacji 30 - 150 imp/min
  - POmiar NIBP od 20 do 250 mmHg
  - 4 i 6 żyłowy kabel EKG
- przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

**Odpowiedź:** Pytania nie odnoszą się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabelach w załączniku nr 2 a-j. Niezastosowanie się do danego wymogu, zawartego w SIWZ, skutkuje brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

#### 76. Pytanie

b/ Dotyczy Defibrylator z SPO2 2 szt.

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki pisarskiej w ppkt 23 OPZ wymagając "pomiar ciśnienia w, czas pomiaru do 30 sekund, zakres pomiaru min. 15-250 mmHg" oraz ppkt 30 "Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych w trzech rozmiarach po 1 sz. i dzieci 1 szt"? Zamawiający w nagłówku OPZ wymaga defibrylatora z SpO2, więc ww. parametr wydaje się być pomyłką pisarską.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

#### 77. Pytanie

c/ Dotyczy Defibrylator z EtCO2, NIBP, SpO2, uchwytem ściennym - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z SpO2, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- Wyposażony w uchwyt karetkowy z ładowaniem 12 V DC. Każdorazowe wpięcie urządzenia w uchwyt powoduje automatyczne ładowanie baterii znajdujące się w defibrylatorze, bez konieczności stosowania odrębnych ładowarek
- Czas pracy na 3 akumulatorach do 10h monitorowania lub 428 defibrylacji
- Pamięć w postaci karty danych z możliwością zapisu do 1000 misji
- Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie 0,25 - 2 cm/mV
- Częstość stymulacji 30 - 150 imp/min
- POmiar NIBP od 20 do 250 mmHg
- 4 i 6 żyłowy kabel EKG

przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

**Odpowiedź:** Pytania nie odnoszą się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabelach w załączniku nr 2 a-j. Niezastosowanie się do danego wymogu, zawartego w SIWZ, skutkuje brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

#### 78. Pytanie

c/ Dotyczy Defibrylator z EtCO2, NIBP, SpO2, uchwytem ściennym - 3 szt.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów urządzenia: "Defibrylator z EtCO2, NIBP, SpO2, uchwytem ściennym - 3 szt." Zamawiający w nagłówku wyszczególnił poszczególne moduły wyposażenia, które nie są uwzględnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o uszczegółowienie wymagań względem Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

#### 79. Pytanie

Zadanie 7 Dotyczy: Ssak elektryczny transportowy - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak transportowy, cenionego niemieckiego producenta Weinmann o następujących parametrach:

- Ssak akumulatorowo sieciowy, przenośny, zasilany 230V i 12V (w zależności od opcji)
- Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia

- Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka
- Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności
- Słój o pojemność 1 l do sterylizacji, umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami
- Precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar wybierana przez naciśnięcie klawisza
- Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności
- Przepływ 34 l/min +/- 4l bez obciążenia
- Pełna informacja o stanie naładowania baterii
- Temperatura pracy od - 5 do 50 °C
- Temperatura przechowywania od - 40 do 70 °C
- Ciężar kompletnego ssaka ok. 4,65 kg (pojemnik wielorazowy)
- Czas pracy 60 min
- Żywotność akumulatora ok 500 cykli
- Ładowanie akumulatora do poziomu 100% 4h, do poziomu 80% ok 2 h 40 min
- Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia

**Odpowiedź:** Pytania nie odnoszą się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabelach w załączniku nr 2 a-j. Niezastosowanie się do danego wymogu, zawartego w SIWZ, skutkuje brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

#### 80. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, I – Podstawowe Parametry, pkt. 10 tabeli Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG o liczbie niezależnych przetwarzanych kanałów min. 5 100?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 81. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, I – Podstawowe Parametry, pkt. 15 tabeli Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG z możliwością obrotu i pochylenia monitora bez ruchomego przegubowego ramienia, lecz z możliwością regulacji panelu sterowania prawo / lewo min 350°?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 82. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, I – Podstawowe Parametry, pkt. 16 tabeli Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG bez pulpitu – wodoodpornego ceramicznego lub szklanego panelu operatora, lecz z równoważnym panelem sterowania wykonanym z silikonu zapewniającym szczelność i ułatwiającym czyszczenie i dezynfekcję?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Punktacja oceny technicznej zgodnie z SIWZ.

#### 83. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, II – Funkcje Użytkowe, pkt. 1 tabeli Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG o głębokości penetracji/obrazowania 2D (B-mode) w minimalnym wymaganym zakresie od 1 do 28 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 84. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, II – Funkcje Użytkowe, pkt. 5 tabeli Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG o maksymalnej liczbie klatek (obrazów) przechowywania jednorazowo pamięci dynamicznej (CINE LOOP) w trybie B-mode oraz kolor Doppler min. 600 obrazów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 85. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, II – Funkcje Użytkowe, pkt. 11 tabeli  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG bez złożonego obrazowania wielokierunkowego badanych struktur w czasie rzeczywistym, lecz z równoważnym systemem optymalizacji obrazowania najwyższej jakości na wszystkich oferowanych głowicach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 86. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, II – Funkcje Użytkowe, pkt. 18 tabeli  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG z oprogramowaniem do badań: pourazowych jamy brzusznej i serca FAST i FATE, jamy brzusznej i struktur powierzchniowych, naczyniowych i dostępu naczyniowego, kardiologicznych, znieczulenia nerwów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 87. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, IV – Głowice Ultrasonograficzne, pkt. 1.3 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG z głowicą convex o kącie pola penetracji głowicy min. 60 stopni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### 88. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, IV – Głowice Ultrasonograficzne, pkt. 3.3 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG z głowicą sektorową o liczbie elementów w głowicy min 64?

**Odpowiedź:** Podany przez Wykonawcę punkt w tabeli nie mówi o liczbie elementów w głowicy

#### 89. Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – aparat USG, Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania Ogólne, pkt. 14 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG z zabezpieczeniem autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 8 lat?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 90. Pytanie

Dotyczy zad. 4 Czy zamawiający zmieni zapis odnośnie wysokości wadium w pakiecie nr 4 z kwoty 13 000,00 pln., na kwotę 6 000,00 pl.? Pytanie zostaje zadane ze względu na długość postępowania oraz fakt, że obecnie firma będzie brała udział w kilku innych postępowaniach przetargowych, gdzie również musi wpłacić wadium.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### 91. Pytanie

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę





## 92. Pytanie

Dotyczy zad nr 8, Wózek Reanimacyjny, pkt nr 7.

Czy Zamawiający w ramach równoważności dopuści wózek reanimacyjny którego szkielet, blat górny i czoła szuflad wykonane są z wysoce wytrzymałego tworzywa poliuretanowego typu Baydur, charakteryzującego się nowoczesnym designem, wytrzymałością a także lekkością?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*