



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 16.10.2018 roku

NO-ZP.X-240/59/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: **ZAKUP KARETKI Z PRZEZNACZENIEM DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. ST. STASZICA**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Pytanie

Dotyczy sposobu wykonania zabudowy ścian i sufitu przedziału medycznego – Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans w którym sposób wykonania ścian oraz sufitu przedziału medycznego (technika, wykorzystane materiały, sposób montażu) jest odmienny od opisanego w pkt. 5 jednakże zgodny z obowiązującą normą PN-EN 1789 oraz uzyskał certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Wyjaśnienie:

Dotychczasowy wymóg określa nie wymaganą funkcję ale konkretny sposób montażu oraz rodzaj materiałów z których ma być wykonany przedział medyczny co wskazuje na konkretnego producenta ambulansu – co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Dla przykładu Zamawiający wymaga elementów tłoczonych ale przecież do wykonania przedziału medycznego różnicy producenci wykorzystują takie materiały jak: elementy laminowane, białe płyty z tworzywa sztucznego PCV, elementy z blach nierdzewnej itd.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pytanie

Dotyczy miejsca mocowania respiratora - Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez gniazda 12V i miejsca do mocowania respiratora w suficie ze względu na fakt iż pkt. 142 wymaga się by na ścianie lewej przedziału medycznego zamontowane były szyny z panelami do mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, respirator?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pytanie

Dotyczy gniazd tlenowych - Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z jednym gniazdem tlenowym w suficie oraz dwoma gniazdami tlenowymi na ścianie lewej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Pytanie

Dotyczy systemu SWD – Prosimy o potwierdzenie iż po stronie Wykonawcy jest zaoferowanie ambulansu przygotowanego do działania w systemie SWD PRM przy założeniu że Zamawiający dostarcza Wykonawcy tablet i drukarkę (natomiast pozostałe elementy systemu tj. stacja dokująca

uchwyt drukarki z zasilaczem, moduł Teltonika, anteny, instalacja logiczno-elektryczna są po stronie Wykonawcy)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

5. Pytanie

Dotyczy przesuwu fotela usytuowanego tyłem do kierunku jazdy – Czy Zamawiający wymaga by przesuw fotela dostępny był w każdym momencie użytkowania bez użycia narzędzi, gdy na fotelu siedzi osoba zapięta w pasach (analogicznie jak w przypadku przesuwu fotela kierowcy)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Pytanie

Dotyczy uchwytu do defibrylatora – Prosimy o podanie marki modelu defibrylatora do którego ma być dostarczony uchwyt? Wyjaśnienie: Podanie marki i modelu pozwoli zaoferować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź: Brak informacji na dany moment, gdyż postępowanie do dostawę defibrylatorów jest jeszcze nie rozstrzygnięte.

7. Pytanie

Dotyczy świetlnej sygnalizacji dachowej – Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans który zamiast przedniej i tylnej sygnalizacji zintegrowanej z dachem wyposażony będzie w przednią i tylną nisko profilową belkę zespoloną typu LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga by oferowany pojazd wyposażony był dodatkowo w szybę przednią ogrzewaną elektrycznie oraz ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga by oferowany pojazd wyposażony był w świtała przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Pytanie

Dotyczy radia CD/MP3 – Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd wyposażony w radioodtwarzacz bez CD lecz ze zintegrowanym zestawem głośnomówiącym Bluetooth, czytnikiem kart SD, wejściem AUX/IN, USB? Wyjaśnienie: Nośnik danych w postaci CD jest już technologią przestarzałą i nowoczesne radioodbiorniki samochodowe przystosowane są do obecnie używanych nośników tj. USB czy karty SD.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

11. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga by fotel pasażera posiadał takie same parametry techniczne i walory użytkowe jak fotel kierowcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

12. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez niezależnego do pracy silnika systemu ogrzewania przedziału medycznego i kabiny kierowcy (pkt. 77) – tzw wodne, ze względu na fakt iż jedynym system ogrzewania przedziału medycznego które zapewnia spełnienie wymagań normy aktualne PN-EN 1789 jest ogrzewanie powietrzne opisane w pkt. 80?

Wyjaśnienie. Z punktu widzenia użytkowego oraz kosztowego doposażanie pojazdu w dodatkowy niewymagany systemem ogrzewania wodnego jest nieracjonalny. Poza zwiększeniem ceny nie wnosi dodatkowych walorów użytkowych (ogrzewanie silnika na postoju realizowane jest przez wymaganą w pkt. 88 grzałkę w układzie chłodzenia silnika).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie punktuje (kryterium oceniane). Punktacja zgodnie z SIWZ.

13. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez dzień roboczy rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

14. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu na awarię zabudowy medycznej max do 72h. Zgodna na powyższe korzystnie wpłynie na konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. Pytanie

Z uwagi na fakt iż jednym z kryteriów oceny oferty gwarancja bez limitu kilometrów bardzo prosimy o podanie jaki Zamawiający przewiduje średni roczny przebieg ambulansu ?

Odpowiedź: Średnio 100 tysięcy

16. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania protokołu odbioru, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź: Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru karetki - podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy.

17. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów §7 ust. 4 wzoru umowy. Pragniemy zauważyć, iż producenci samochodów bazowych oraz zabudowy medycznej nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji oraz rękojmi o czas niesprawności przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

18. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o podanie prawidłowego odniesienia w §7 ust. 5 lit. b wzoru umowy. Zamiast wskazanego tam §7 ust. 5 powinno być §7 ust. 6.

Odpowiedź: W §7 ust. 5 lit. b wzoru umowy winno być odniesienie do §7 ust. 6.

19. Pytanie

Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §8 ust. 10 wzoru umowy do 5%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. Pytanie

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §8 wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak obciążającej Wykonawcę.

Odpowiedź: Taki zapis jest już uwzględniony w SIWZ.

21. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów §10 wzoru umowy w części dotyczącej zbycia wierzytelności. Pragniemy zauważyć, iż zapis ten wynika automatycznie z mocy prawa i nie ma potrzeby aby dodatkowo znajdował się na fakturze VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

22. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez „zapewnienie serwisu pogwarancyjnego” Zamawiający uzna za wystarczające wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe na koszt i ryzyko Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak

23. Pytanie

11. Prosimy Zamawiającego o skrócenie okres serwisu gwarancyjnego, dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych do 5 lat. Zgoda na powyższe pozytywnie wpłynie na konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

24. Pytanie

W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze (na wzorze Wykonawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi) dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy ?

Odpowiedź: Nie dotyczy. W danym postępowaniu Zamawiający nie wymaga dodatkowej umowy o powierzeniu danych osobowych.

25. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego tym podmiotom /osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. podwykonawcom?

Odpowiedź: Nie dotyczy, dane osobowe nie będą przetwarzane przez Wykonawcę.

26. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

27. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

28. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

- 2) w formie pisemnej:
- a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
- 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pościa lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
- 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
- 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.
- Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

29. Pytanie

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679, jak również – za jego zgodą – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających.

Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxx, który wyznaczył Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679;

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

30. Pytanie

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o wprowadzenie do umowy katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający:

a.zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

b.zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

c.zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

d.zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

e.zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

f.zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

g.zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

h.nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

i.obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

31. Pytanie

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby przekazania ww. rachunków w ramach danego postępowania. Dana te nie są niezbędne do złożenia oferty na dostawę karetki.

32. Pytanie

Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

a) mniej niż 10 pracowników

b) od 10 do 50

- c) od 50 do 250
- d) powyżej 250

Odpowiedź: Zmawiający nie widzi potrzeby przekazania ww. informacji w ramach danego postępowania. Dana te są niepotrzebne do złożenia oferty na dostawę karetki.

33. Pytanie

Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a)mniej niż 8,5 mln
- b)od 8,5 mln do 42,5 mln
- c)od 42,5 mln do 212,5 mln
- d)powyżej 212,5 mln

Odpowiedź: Zmawiający nie widzi potrzeby przekazania ww. informacji w ramach danego postępowania. Dana te są niepotrzebne do złożenia oferty na dostawę karetki.

34. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający będzie informował o jakichkolwiek zmianach do projektu umowy.

35. Pytanie

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dodanie w §9 wzoru umowy ustępu 3 zawierającego katalog zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający o następujące przestanki:

- a)zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b)zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
- c)zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d)zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e)zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f)zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- h)nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
- i)obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę."

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

36. Pytanie

Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 16 marca 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

37. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nosze główne rozłączne nie spełniające wymogów aktualnej, zharmonizowanej normy PN-EN 1865-1+A1:2015 w zakresie wagi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

38. Pytanie

Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop ?

Wyjaśniamy, że w nowoczesnych samochodach są powszechnie stosowane systemy typu Start/Stop polegające na każdorazowym wyłączeniu silnika podczas zatrzymania pojazdu. Taki system jest stosowany w samochodach Mercedes, Volkswagen, Opel, Renault, Nissan, Fiat, Citroen i wielu innych, więc nie stanowi to ograniczenia konkurencji, a jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Systemy typu Start/Stop są odpowiednio zaprojektowane, tak iż nie mają negatywnego wpływu na pracę akumulatora, alternatora i jego osprzętu oraz pracę turbosprężarki itp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

39. Pytanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP dla nowych samochodów wymagana jest norma emisji spalin min. Euro 6 lub Euro VI, czy spełnienia takich wymagań za pomocą płynu AdBlue oczekuje zamawiający?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

40. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

41. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

42. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści napędu wałka rozrządu za pomocą łańcucha ? Wyjaśniamy, że napęd za pomocą paska ma bardzo dużą usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

43. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga ,aby radioodtworacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

44. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści radioodtworacz który zamiast CD posiada USB, co jest rozwiązaniem nowoczesnym dla produkowanych obecnie samochodów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

45. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z napędem na oś przednią spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik z EURO 6 o pojemności 2299 cm³ z manualną skrzynią biegów zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i długości przedziału medycznego wynoszącej 310 cm i szerokości 173 cm posiadający alternator o wydajności 185 A ?

Wyjaśniamy, że oferowany ambulans posiada Świadectwo Zgodności WE oraz spełnia wszystkie wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, ponad to posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga skrzynie biegów automatyczną. Pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.

46. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ambulans bez elektrycznie podgrzewanej szyby przedniej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

47. Pytanie

Czy sygnalizacja uprzywilejowana w części tylnej i przedniej ma być zintegrowana z dachem ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

48. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści standardową fabryczną (producenta pojazdu bazowego, a nie dystrybutora) długość gwarancji na samochód bazowy min. 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia min. 60 m-cy i powłoki lakiernicze min. 36 miesięcy którą oferuje większość producentów samochodów ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

49. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ściany i sufit wykonanej w innej technologii niż tłoczone profile mające wadę iż bardzo łatwo pękają i w razie naprawy trzeba demontować połowę zabudowy karetki ?

Jest to technologia przestarzała.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

50. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, gdzie stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż drążki stabilizacyjne osi tylnej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

51. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno charakteryzujące się następującymi parametrami?:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;
- nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
- z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej ;
- rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
- z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
- możliwość montażu dodatkowego zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej
- ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia, z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki
- z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
- nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
- obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg
- waga oferowanych noszy 18 kg
- z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
- regulacja wysokości w sześciu poziomach;

- wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm, 2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach.

- waga transportera 22 kg ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

52. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga , aby waga transportera noszy spełniała wszystkie wymagania określonymi w normie PN EN 1865 ?

Wyjaśniamy, że przy kontraktowaniu usług NFZ wymaga Sprzętu medycznego zgodnego z normą PN EN 1865. Kupując sprzęt Medyczny nie spełniający wymogów w/w norm automatycznie Zamawiający pozbawia się możliwości otrzymania deklaracji zgodności ambulansu z normą PN EN 1789 przez dostawcę, a w przypadku kontroli NFZ możliwe jest nakazanie zwrotu zapłaty za wykonane usługi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

53. Pytanie

Chciałbym zaproponować ambulans na bazie samochodu Volkswagen Crafter, jednak mając na uwadze fakt, że Zamawiający wymaga dostawy w 2018 roku, a producent samochodów bazowych kolejne dostawy samochodów przewidują na luty, Wykonawca musi bazować na samochodach, które posiada u siebie na stock-u firmowym. Mając na uwadze powyższe argumenty, chciałbym zapytać czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności samochód ze skrzynią manualną, bez elektrycznie podgrzewanej szyby przedniej (funkcja ogrzewania przedniej szyby będzie realizowana przez nadmuchiwanie ciepłego powietrza co jest wystarczającym rozwiązaniem) oraz ze światłami do jazdy dziennej oraz światłami mijania wykonanymi w technologii halogenowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga skrzyni biegów automatyczną. Pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.

54. Pytanie

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zamontowania nagrzewnicy wodnej? Chciałbym nadmienić, że jest to pojazd do 3,5t oraz Zamawiający również wymaga grzejnika elektrycznego oraz niezależnego ogrzewania powietrznego, które zgodnie z normą PN EN 1789 jest wystarczające do ogrzania przedziału medycznego, a nagrzewnica wodna niepotrzebnie znacznie zwiększa koszt przedmiotu dostawy (o 12 500 zł) oraz wagę ambulansu .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie punktuje (kryterium oceniane). Punktacja zgodnie z SIWZ.

55. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, aby lampy obrysowe znajdowały się w dolnych częściach pojazdu bazowego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

56. Pytanie

Zważając na to, że Volkswagen Crafter jest całkowicie ocynkowany i producent auta nakazuje ,aby perforacja nadwozia była zminimalizowana do minimum, chciałbym zapytać, czy Zamawiający wymaga wzmocnienia podłogi poprzez płyty przesuwne umożliwiające mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

57. Pytanie

Czy Zamawiający pisząc czołowe i boczne poduszki powietrzne miał na myśli komplet takich poduszek w kabinie kierowcy, czyli przednie, boczne i nadokienne poduszki powietrzne co jest standardem w ambulansach ratunkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

58. Pytanie

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający w §7 pkt. 3 wydłuży czas reakcji z 24 godzin do 72 godzin?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

59. Pytanie

Zważając na to, że firma wykonująca zabudowę medyczną nie ma wpływu na standardowe zapisy gwarancji pojazdu bazowego, a tym bardziej nie ma wpływu na przedłużenie gwarancji o czas naprawy pojazdu, chcielibyśmy zapytać czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w §7 pkt.4 .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

60. Pytanie

Patrząc na zapisy w § 7 pkt. 5 ppkt. C chcielibyśmy zapytać czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu. Wykonawca będzie musiał wliczyć szacunkowy koszt kilku transportów w cenę ostateczną przedmiotu zamówienia, co znacznie podniesie koszt zakupu, ponieważ taki zapis jest trudny do oszacowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – rezygnuje z danego zapisu.

61. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że w §7 pkt.6 dotyczy zabudowy medycznej jak i sprzętu medycznego. Wykonawca nie ma wpływu na gwarancję pojazdu bazowego, a tym samym na czas naprawy w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu bazowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

62. Pytanie

Odnosząc się do §8 pkt. 3 Czy Zamawiający zmniejszy karę umowną z 5% do 1 %.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

63. Pytanie

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności podgówek posiadający uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węższej, która jest wskazana przy wykonywaniu zabiegu intubacji pacjenta? Zaletą takiego rozwiązania jest dodatkowa funkcja wydłużenia podgówka w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

64. Pytanie

Czy zamawiający wymaga aby nosze posiadały fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.