



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, 30.10.2018 roku

NO-ZP.VII– 240/60/18

**ZMIANA TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „**DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII ORAZ ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW MÓZGU W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA**”

Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm) **modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści w poz. 30 załącznika nr 2 a do SIWZ – RESPIRATOR STACJONARNY 8 szt.**

z brzmienia:

|     |   |           |  |
|-----|---|-----------|--|
| 30. | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym realizowany przez respirator z wyświetlaniem wyniku na ekranie respiratora i nastawami za pomocą menu- pomiar realizowany przez wszystkie respiratory lub <u>jedno urządzenie</u> zewnętrzne do pomiaru czynnościowej pojemności zalegającej na wszystkie urządzenia. | TAK podać |  |
|-----|---|-----------|--|

na brzmienie:

|     |   |           |  |
|-----|---|-----------|--|
| 30. | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym realizowany przez respirator z wyświetlaniem wyniku na ekranie respiratora i nastawami za pomocą menu- pomiar realizowany przez wszystkie respiratory lub <b>urządzenia</b> zewnętrzne do pomiaru czynnościowej pojemności zalegającej na wszystkie urządzenia. | TAK podać |  |
|-----|---|-----------|--|