SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

System zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013
TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor **(067) 210 62 00**
Centrala **(067) 210 62 04**
Fax **(067) 212 40 85**
e-mail: **wszpila@pi.onet.pl**
www.szpitalpila.pl

Piła, 03 grudnia 2018 roku

NO-ZP.IV – 240/69/18

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem **„Kasetkowe, szybkie testy diagnostyczne"**

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

1. Dot. pakietu Kasetkowe, szybkie testy diagnostyczne, poz. nr 9 Test do oznaczeń Str.agalactiae w wymazie z pochwy i odbytu. Czy Zamawiający dopuści testy o następujących parametrach: Relatywna czułość: 90,9% , relatywna swoistość: 97,9%, ogólna zgodność: 96,7%?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dot. pakietu Kasetkowe, szybkie testy diagnostyczne, poz. nr 11 Test do równoczesnego oznaczenia antygenu i toksyn C.difficile w kale. Czy Zamawiający dopuści testy o następujących parametrach: czułość 81% (GDH) 86,7% (TOX A) , swoistość 97,5% (GDH) 91,7% (TOX A)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zgodnie ze zmianą z 28.11.2018 r.)

3. Dot. pakietu Kasetkowe, szybkie testy diagnostyczne, poz. nr 12 Kasetkowy test ciążowy hCG. Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 30 sztuk/op. i zaoferowanie 1 takiego opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Formularz cenowy – Załącznik nr 2: Wnosimy o dodanie w formularzu cenowym kolumny: „Nr katalogowy" w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi graniczne oraz w celu identyfikacji zgodności dostaw z oferowanymi produktami, a także zgodnie z wymogiem z Załącznika 2a.
Odpowiedź: Zamawiający dodaje w Formularzu cenowym (Zał. nr 2) kolumnę „Nr katalogowy"
– Zmodyfikowany Zał. nr 2 do SIWZ w załączeniu.

<u>Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Załącznik 2a</u>
5. Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczeń Rota/Adeno-wirusy o czułości dla rotawirusów 96,3%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczeń Streptococcus agalaciae o czułości 90,9%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wymaga testu immunoenzymatycznego (EIA) do wykrywania Clostridium difficile, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ESCMID) i rekomendacjami Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków nt. zakażeń Clostridium Difficile (Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile: epidemiologia, diagnostyka, terapia, profilaktyka - 16.11.2018 r.)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający zaakceptuje test do jednoczesnego oznaczenia antygenu GDH i toksyn A/B Clostridium difficile o czułości i swoistości:
– dla GDH: czułość 90,5% i swoistość 93,1% (wyznaczone w stosunku do hodowli bakteryjnej na 1126 próbkach),
– dla toksyn A/B: czułość 87,8% i swoistość 99,4% (wyznaczone w stosunku do hodowli tkankowej na 1126 próbkach)?
Uzasadnienie: Ocena kliniczna testów wiarygodna jest wtedy i tylko wtedy, gdy została przeprowadzona na dużej populacji w stosunku do metod referencyjnych, którymi - w tym przypadku - są: hodowla bakteryjna (GDH)i hodowla tkankowa (toksyny). Trzy najczęściej oferowane na rynku testy immunochromatograficzne podają czułość i swoistość na poziomie 99%, ale parametry te zostały wyznaczone na bardzo małej populacji (50 – 80) albo w ogóle nie podają na jakiej populacji przeprowadzono badania; dodatkowo badania te nie zostały wykonane przy użyciu metod referencyjnych. Należy zauważyć także, że obecne zapisy SIWZ wykluczają test, w stosunku do którego inni producenci wyznaczają czułość i swoistość oraz test zgodny z najnowszymi zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ESCMID).
Odpowiedź: Tak.

9. Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poniższego zapisu
§ 5 ust. 2 **:** "... W przypadku błędnie sporządzonej faktury VAT w tym braku na fakturze klauzuli, o której mowa w § 12 niniejszej umowy, termin płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu o czas, w którym doręczono prawidłowo sporządzoną fakturę."
Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wskazanie w umowie terminu dłuższego niż 60 dni traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie należności, wierzycielowi zaś przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Jednocześnie wskazać należy, że zamieszczanie dodatkowych klauzul na fakturach VAT jest sprzeczne z przepisami regulującymi wystawianie faktur VAT przez przedsiębiorców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dot. § 8 ust. 1 dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 8 ust. 1 na poniższy: W wysokości 0,1 % wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru brutto za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.