



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 07.12.2018 roku

NO-ZP.X-240/64/18

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: **DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (II)**

### **MODYFIKACJA WYJAŚNIENÍ**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z odpowiedziami z dnia 06.12.2018 r. na pytania Wykonawców, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

#### **Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ z dnia 06.12.2018 r. – pytanie nr 16**

Zapytanie o dopuszczenie do przetargu Zadanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści kompletny, sterylny system do separacji płytek krwi (czynników wzrostu) umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta; zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi otrzymywanej w jednym etapie wirowania, a następnie aplikację otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego (z 20ml krwi produkuje nie mniej niż 4 ml koncentratu płytkowego, system daje możliwość dowolnego sterowania stężeniem PRP).

System zawiera:

-Zestaw do pobrania krwi (strzykawka 20 ml, motylek)

-5 ml Citra-Lock

-Tuba separująca zawierająca porty typu luer-lock umożliwiające: wypełnienie krwią oraz po jednym etapie wirowania pobranie osocza bogato płytkowego PRP (Platelet Rich Plasma) oraz PPP (Platelet Poor Plasma) z dowolną możliwością sterowania stężeniem PRP przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki (system zamknięty).

-korki zabezpieczające tubę separującą wraz z dodatkowym łącznikiem

-1 strzykawka do podania PRP 5 ml

-1 strzykawka do podania PPP 10 ml

-2 x igła 08x40mm do podania osocza

-2 x igła 04x 19mm do podania osocza

-mata sterylna

-jałowe rękawiczki do wykonania zabiegu

-podstawa do tuby separującej

Do wykonywania zabiegów z użyciem ww. zestawów dołączona jest nieodpłatnie profesjonalna wirówka z rotorem wychylnym posiadającą certyfikat wyrobu medycznego.

**Zamiast odpowiedzi na pytanie nr 16 w brzmieniu:** Zgodnie z SIWZ

**Zamawiający koryguje powyższą treść odpowiedzi w następujący sposób:** Zamawiający dopuszcza

*Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany odpowiedzi na pytania do SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.*

*Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie*