



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013

www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, 02 grudnia 2019 roku

NZP.II – 240/77/19

## *Uczestnicy postępowania*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych**”. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 4**

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 48 godzin.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostaw do 48 godzin od poniedziałku do piątku do godz. 12:00.**

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie we wzorze umowy adresu mailowego osób wyznaczonych do kontaktów, odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego, gdyż znacznie usprawni to kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie adresu mailowego: [apteka@szpitalpila.pl](mailto:apteka@szpitalpila.pl)**

#### **Pytanie 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie przesyłania faktur sprzedaży w formie elektronicznej, w tym celu prosimy o wskazanie właściwego adresu mailowego, na który w/w dokument powinien być wysyłany.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie adresu mailowego: apteka@szpitalpila.pl**

#### **Pytanie 7**

**Dotyczy § 8 ust. 1 Projektu Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 8**

**Dotyczy § 8 ust. 2 Projektu Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 9**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu do projektu umowy, iż „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmieniona”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 10,**

**dot. zapisów SIWZ pkt. 13.3, kryterium „(6) materiał-uwodnienie”:**

Czy Zamawiający w punkcie 13.3 SIWZ w kryterium „jakość” w pkt. 6 opisującym materiał miał na myśli „soczewka o uwodnieniu **poniżej 0,5%**”?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 11,**

**dot. opisu przedmiotu zamówienia:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę z haptenami w kształcie **modyfikowanego L** (typ “mod-L”), wykonane z materiału akrylowego hydrofobowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 12,**

**dot. Zapisów w rozdziale 10.1 SIWZ oraz w Załączniku nr 2 – formularz cenowy:**

Zwracamy się z pytaniem o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści dostawę w ramach próbek a następnie także w ramach realizacji zamówienia: **zestaw do aplikacji wielorazowy** (tj. zestaw implantacyjny wielorazowego użytku), **każdy składający się z injektora oraz pęsety wielorazowego użytku?**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 13.**

#### **dot. Zapisów w rozdziale 10.1 SIWZ oraz w Załączniku nr 2 – formularz cenowy:**

Zwracamy się z pytaniem, czy w sytuacji wybrania oferty Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie na poczet realizacji zamówienia 1 zestaw implantacyjny (aplikator) złożony wraz z próbkami jako jeden z dwóch wymaganych z pierwszą dostawą?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 14.**

#### **dot. Zapisów w rozdziale 10.1:**

Zwracamy się z pytaniem, w sytuacji nie wybrania oferty Wykonawcy lub negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej, w jaki sposób Zamawiający może zwrócić zestaw implantacyjny wielorazowego użytku przekazany wraz z soczewkami w ramach próbek składanych do oceny jakości w postępowaniu? Zestaw implantacyjny wielorazowy stanowi przedmiot o określonej wartości, nie jest materiałem jednorazowym tak jak soczewka podlegająca wszczępieniu oraz zgodnie z SIWZ dostarczany jest Zamawiającemu w ramach realizacji zadania.

**Odpowiedź: Przez przedstawiciela handlowego lub kurierem.**

### **Pytanie 15**

#### **dotyczy zapisów §6 ust. 10 projektu umowy:**

Zwracamy się o doprecyzowanie zapisów ze względu na to, że przedmiot zamówienia stanowi tylko jedna pozycja asortymentowa.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśli z Projektu Umowy § 6 ust.10**

### **Pytanie 16**

#### **dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Ceny **netto** podane w załączniku nr 1 nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy na niekorzyść Zamawiającego, w przypadku zmiany stawki VAT, nowa stawka będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”*

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, Wykonawca może zagwarantować stałość tylko takich cen, nie ma on bowiem wpływu na wysokość stawek podatkowych składających się na cenę brutto. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 17**

#### **dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy do Apteki Szpitalnej od poniedziałku do piątku **z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy** w godz. 7:30 do 14:30, własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na własny koszt i ryzyko.”?*

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że dostawy będą się odbywać tylko w dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikuje zapis na: „Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy do Apteki Szpitalnej od poniedziałku do piątku **z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 7:30 do 12:00**, własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na własny koszt i ryzyko”.

#### **Pytanie 18**

##### **dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 3 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu **48 godzin roboczych** od momentu złożenia zamówienia *faxem lub pocztą elektroniczną*. **Jeżeli termin dostawy wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, soczewka musi być dostarczona najpóźniej do godz.14:30 w najbliższym dniu roboczym.**”?

##### **Uzasadnienie:**

Wykonawca prosi, aby czas na realizację dostawy wynosił 48 godzin w dni robocze. Ponadto prosimy o wydłużenie terminu dostawy w pierwszy dzień roboczy po dni ustawowo wolnym od pracy do godz.14:30. W przeciwnym wypadku, jeżeli zamówienie zostanie złożone np. w piątek po południu, Wykonawca miałby realnie zaledwie 1-2 godziny zrealizowanie zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostaw do 48 godzin od poniedziałku do piątku do godz. 12:00. Jeżeli termin dostawy wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, soczewka musi być dostarczona najpóźniej do godz. 12:00 w poniedziałek lub w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu świątecznym.

#### **Pytanie 19**

##### **dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 7 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Jeżeli w dostarczonej partii towaru Zamawiający stwierdzi wady jakościowe lub ilościowe, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni towar na wolny od wad w ciągu:

- a) **5 dni roboczych od chwili zgłoszenia** w przypadku braków ilościowych oraz
- b) **5 dni roboczych od chwili doręczenia mu reklamowanego asortymentu w przypadku wad jakościowych.**”?

##### **Uzasadnienie:**

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanej partii towarów. Ponadto Wykonawca uważa, że doręczenie mu reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 20**

##### **dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 10 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W ramach niniejszej umowy zamówienie podstawowe stanowi **80%** asortymentu wskazanego w zał. nr 1 do umowy jako ilości szacunkowe/średnie ilości, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia

zastrzeżonej dla Wykonawcy w niniejszej umowie i w **takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.**”?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie realizacji umowy na poziomie 70% jest niewystarczające, Wykonawca prosi, aby próg ten wynosił 80%. Wielkość ta umożliwi ocenę ryzyka i skalkulowanie oferty korzystnej również dla Zamawiającego. Ponadto umowa powinna wprost przyznawać Wykonawcy roszczenie o jej realizację we wskazanym zakresie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 21**

**dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 12 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W przypadku, gdy Wykonawca z **własnej winy** nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilościach i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.”?*

Uzasadnienie:

Niedostarczenie towarów w terminie może być skutkiem działania siły wyższej, osób trzecich lub nawet Zamawiającego, Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji zdarzeń, na które nie ma wpływu. Zakup zastępczy powinien więc być dopuszczalny tylko wówczas, gdy nieterminowa dostawa wynika z wyłącznej winy Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 22**

**dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 15 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego **zgłoszone nie później niż w momencie składania dostawy** do dostarczenia przy dostawie partii towaru, aktualnych świadectw dopuszczenia do obrotu medycznego, atestów, gwarancji, itp. w języku polskim, które potwierdzają, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa.”?*

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że żądanie przedłożenia dokumentów i certyfikatów może być złożone najpóźniej z momentem składania zamówienia, tak aby Wykonawca miał czas na ich przygotowanie i spakowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 23**

**dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 8 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w §6 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5% wartości netto tego przedmiotu umowy**.  
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej, kary umownej w wysokości 10% wartości **netto niezrealizowanej części umowy**.”?*

Uzasadnienie:

- Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto przedmiotu umowy, gdyż tylko ta wartość ma dla Wykonawcy ekonomiczne znaczenie (co wynika z art. 32 ustawy PZP). Podatek VAT wchodzący w skład kwoty brutto jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;
- Prosimy o obniżenie kary umownej za zwłokę do 0,5%, wyższa kara jest być wygórowana i nieadekwatna do ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający;
- Kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być obliczana w oparciu o wartość jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałyby zawsze tę samą wysokość, nawet w przypadku realizacji umowy w 99%, co byłoby niesprawiedliwe;

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 24**

##### **dotyczy zapisów projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Zamawiający może odstąpić od **niezrealizowanej części umowy** z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **to znaczy w następujących przypadkach:***

- a) **trzykrotnego** nienależytego wykonywania **istotnych** postanowień niniejszej umowy,*
- b) **trzykrotnego i uzasadnionego** stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,*
- c) zgłoszenia przez Zamawiającego **trzech uzasadnionych** reklamacji złożonych na dostarczone przez Wykonawcę przedmiot zamówienia,*
- d) **trzykrotnego** dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu innego niż wskazany w ofercie,*
- e) **zwłoki** za daną dostawę przedmiotu zamówienia przekraczającą 14 dni.”?*

##### **Uzasadnienie:**

- Odstąpienie od umowy oznacza poważne konsekwencje dla obu stron, umowę uważa się bowiem za niebyłą od samego początku, a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Z uwagi na to, że przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczna dostawa towarów, zasadnym jest, aby odstąpienie od niej było możliwe wyłącznie w stosunku do jeszcze jej niezrealizowanej części;
- Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne jedynie w konkretnych przypadkach, a nie wymienionych przykładowo. W przeciwnym razie uprawnienie to mogłoby być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadku każdego, nawet mało istotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę;
- Odstąpienie od umowy może być dopuszczalne w przypadku powtarzających się naruszeń istotnych postanowień umowy, Wykonawca proponuje trzy takie uchybienia każdego rodzaju. W przypadku reklamacji koniecznym jest, aby okazała się ona uzasadniona, czyli Wykonawca rzeczywiście dostarczył wyroby złej jakości;
- Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne w przypadku zwłoki, czyli zwinionego opóźnienia Wykonawcy, trwającej powyżej 14 dni;

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 25,**

##### **dot. § 1 ust. 2 projektu Umowy:**

Mając na uwadze zapis art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w myśl którego „**dopuszcza się**, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały **oznakowania** lub instrukcje używania w języku angielskim (...)”, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu posiadającego oznaczenia w języku angielskim (są to powszechnie

używane **oznaczenia literowo-cyfrowe**, np. dioptraż, symbol katalogowy, data przydatności)?  
Opakowania oferowanych wyrobów są zrozumiałe i zawierają wszystkie wymagane przez Zamawiającego oznaczenia, m.in.: nazwę, wytwórcę /producenta, rozmiar, datę produkcji / serię, datę przydatności do użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26,**

**dot. § 1 ust. 2 projektu Umowy w związku z pkt 13.3 SIWZ:**

W projekcie Umowy Zamawiający wymaga dla wyrobów terminu ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, natomiast w SIWZ, kryterium „jakość” dopuszczone są terminy ważności w przedziałach:

- do 6 miesięcy,
- od 7 do 24 miesięcy,
- od 25 do 36 miesięcy.

Prosimy o ujednoczenie zapisów, gdyż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dopuszcza (punktowany) termin ważności krótszy niż 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający ujednoczyci zapis w SIWZ.**

**Pytanie 27**

**dot. Załącznika nr 2 w związku z SIWZ pkt 13.3 ppkt 5:**

W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) Zamawiający wymaga soczewki o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,45 do 1,55, natomiast w SIWZ, kryterium „jakość” dopuszczone są współczynniki refrakcji w wielkościach:

- 1,45
- 1,46 – 1,54
- 1,55 lub więcej.

Prosimy o ujednoczenie zapisów, gdyż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, odmiennie niż Opis przedmiotu zamówienia, dopuszcza (punktowany) współczynnik refrakcji powyżej 1,55.

**Odpowiedź: Zamawiający ujednoczyci zapisy.**

**Pytanie 28**

**dot. Formularza Ofertowego:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wypełniania Formularza Ofertowego w pozycjach:

- Czas rozwijania się soczewki w torebce soczewki
- łatwość zwijania soczewki

Czy Wykonawca winien sam ocenić łatwość zwijania soczewki lub zmierzyć czas jej rozwijania?

W naszej opinii jest to sprzeczne z treścią pkt 13.3 SIWZ, zgodnie z którą „Ocena jakości zostanie dokonana przez 2 członków komisji przetargowej (...)”. Ponadto opinia Wykonawcy nie będzie obiektywna, a może mieć znaczący wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie sposobu wypełnienia Formularza Oferowego przez Wykonawcę lub usunięcie z Formularza pozycji podlegających ocenie przez członków komisji przetargowej w czasie testowania w warunkach szpitalnych.

**Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje załącznik z formularzem ofertowym.**

### **Pytanie 29**

#### **dot. Formularza Ofertowego:**

Prosimy o usunięcie w Formularzu Ofertowym w wierszu „Obecność filtra UV (...)” treści „*nie dot. zadania nr 5*”, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie ma Zadania nr 5.

**Odpowiedź: Zamawiający usunie zapis.**

### **Pytanie 30**

#### **dot. Formularza Oferty:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w Formularzu Ofertowym:

- w wierszu „Aplikator” należy podać odpowiednio „ładowany od przodu / ładowany od góry / ładowany od tyłu”? Czy chodzi o przód/tył kartridża czy injectora?

**Odpowiedź: Tak, w stosunku do końcówki injectora.**

- w wierszu „Kartridż” należy podać odpowiednio „prosty / ścięty <45° / ścięty 45°”? Czy Zamawiający oczekuje podania konkretnej wielkości kąta ścięcia końcówki kartridża?

**Odpowiedź: TAK**

### **Pytanie 31**

#### **dot. § 6 ust. 3 projektu Umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego terminu dostarczenia przedmiotu umowy do 48 godzin w dni robocze. Wyznaczenie obowiązku dostawy „w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia” oraz „do godz. 9:00 w poniedziałek lub w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu świątecznym” jest dla Wykonawcy praktycznie niemożliwe do realizacji, a ponadto nie daje czasu niezbędnego na przygotowanie dostawy. Przykładowo zamówienie złożone w piątek w godzinach popołudniowych winno zostać zrealizowane w poniedziałek do godziny 9:00 – co nie pozostawia Wykonawcy czasu na realizację obowiązku wynikającego z zawartej umowy. Dostawa będzie mogła zostać zrealizowana w najbliższym dniu roboczym, ale niekoniecznie w godzinach porannych.

Przedmiot zamówienia stosowany jest w planowanych zabiegach okulistycznych, dlatego realizacja dostawy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia zamówienia w pełni zaspokoi potrzeby Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o modyfikację treści projektu Umowy w ww. zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostaw do 48 godzin od poniedziałku do piątku do godz. 12:00. Jeżeli termin dostawy wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, soczewka musi być dostarczona najpóźniej do godz. 12:00 w poniedziałek lub w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu świątecznym.**



**Pytanie 32.**

**dot. § 6 ust. 10 projektu Umowy:**

W przedmiotowym postępowaniu występuje jedna pozycja asortymentowa, zatem zapisy ust. 10 nie będą miały zastosowania. Mając na uwadze treść § 10 ust. 2 projektu Umowy, który stanowi, że „2. W przypadku, gdy w w/w terminie umowa nie zostanie wyczerpana wartościowo, okres jej obowiązywania ulega wydłużeniu do dnia zrealizowania pełnej kwoty nominalnej” – wnosimy o wykreślenie ust. 10 w § 6.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśli z Projektu Umowy §6 ust.10**

**Pytanie 33**

**dot. § 8 ust. 1 projektu Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej określonej w § 8 ust. 10 do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki?

Kara umowna w obecnym brzmieniu została ustalona co najmniej kilkaset złotych, tj. może wielokrotnie przekraczać wartość opóźnionej dostawy. Jest to w naszej opinii kara rażąco wysoka oraz stanowi nadużycie zasady swobody umów i naruszenie zasad współżycia społecznego.

Ponadto Zamawiający nie sprecyzował, za jakie opóźnienie będzie naliczał karę w ww. drastycznie wysokim limicie – czy Wykonawca będzie obciążany tak samo wysoką karą umowną zarówno za kilkugodzinne, jak i kilkudniowe opóźnienie dostawy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 34**

**dot. § 8 ust. 2 projektu Umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści ww. zapisu na następującą:

„2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej, kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 35**

**dot. Załącznika nr 2 w związku z SIWZ pkt 10.1 tiret dziewiąte:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę parametrów próbek poprzez dopuszczenie jako próbki 2 szt. soczewek w przedziale między 19,0 D a 24,0 D.

Parametry podlegające ocenie zgodności z SIWZ w oferowanych soczewkach są identyczne dla wszystkich dioptry, co w pełni umożliwi testowanie próbek soczewek w warunkach szpitalnych przez lekarzy Oddziału Okulistycznego Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*