



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PIŁA
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dnia 01 października 2020 r.

FZP.I-241/66/20

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Szpital Specjalistyczny**
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
REGON: 001261820, NIP: 764-20-88-098
Telefon: (067) 210 62 98
www.szpital-pila.4bip.pl
- Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „**Dostawa mammografu cyfrowego z tomosyntezą**”

3. Liczba zadań: 1

4. Dane o ofertach:

NR ZADANIA:	1
a) liczba złożonych ofert:	3
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:	0
c) liczba ofert wykluczonych:	0

5. Kryteria oceny:

Kryteria	Waga	Punktacja
CENA BRUTTO	60%	skala 0 – 60 pkt
OCENA TECHNICZNA	20%	skala 0 – 20 pkt
OKRES GWARANCJI	20%	skala 0 – 20 pkt

- Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.):

Zadanie	NAZWA OFERENTA, ADRES	WARTOŚĆ BRUTTO
1	<p>FUJIFILM Europe GMBH</p> <p>z siedzibą Heesenstrasse 31</p> <p>40549 Düsseldorf Niemcy</p> <p>Działający poprzez swój oddział w Polsce:</p> <p>FUJIFILM Europe GMBH (Sp. z o.o.) oddział w Polsce</p> <p>Al. Jerozolimskie 178, 02 – 486 Warszawa</p>	755 901,68 zł

7. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer zadania	Numer oferty	WYKONAWCA	Punktacja			
			Oferowana wartość brutto (pkt)	Ocena techniczna (pkt)	Okres gwarancji (pkt)	Punktacja razem
1	1	<p>GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9 02 – 583 Warszawa</p>	<p>1 033 568,12 zł (43,88 pkt)</p>	<p>- Generator zabudowany w statyw mammografu – TAK (4 PKT)</p> <p>- Rozmiar piksela max. 100µm – ≥ 85 µm (0 PKT)</p> <p>- Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej max 85 mm – < 70 mm (5 PKT)</p> <p>- Zakres kątowy skanu tomosyntezy min. ≥ +/- 7,5° (6 PKT)</p> <p>(RAZEM: 15 pkt)</p>	<p>48 miesiące (20 pkt)</p>	78,88 PKT

	2	FUJIFILM Europe GMBH z siedzibą Heesenstrasse 31 40549 Düsseldorf Niemcy działający poprzez swój oddział w Polsce: FUJIFILM Europe GMBH (Sp. z o.o.) oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 178, 02 – 486 Warszawa	755 901,68 zł (60 pkt)	- Generator zabudowany w statyw mammografu – NIE (0 PKT) - Rozmiar piksela max. 100µm – < 85 µm (5 PKT) - Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej max 85 mm – ≥70 mm (0 PKT) -Zakres kątowy skanu tomosyntezy min. ≥ +/- 7,5° (6 PKT) (RAZEM: 11 pkt)	48 miesięcy (20 pkt)	91 PKT
	3	Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03 – 821 Warszawa	905 065,92 zł (50,11 pkt)	- Generator zabudowany w statyw mammografu – TAK (4 PKT) - Rozmiar piksela max. 100µm – ≥ 85 µm (0 PKT) - Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej max 85 mm – <70 mm (5 PKT) -Zakres kątowy skanu tomosyntezy min. ≥ +/- 7,5° (6 PKT) (RAZEM: 15 pkt)	48 miesięcy (20 pkt)	85,11 PKT

8. Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Dziękuję za udział w postępowaniu