



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 23.10.2020 rok

FZP.IV-241/77/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Dostawa łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi ”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Łóżko szpitalne 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z płynną ręczną regulacją pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0° -70°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Łóżko szpitalne elektryczne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone w poręczne boczne lakierowane wykonane z okrągłego profilu metalowego malowanego proszkowo o średnicy 25mm, składające się z 3 poziomych poprzeczek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Szafka szpitalna przyłóżkowa – 24 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowe posiadające zamykaną półkę o wysokości 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Łóżko szpitalne 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne niewyposażone w specjalne uchwyty do prowadzenia łóżka? Szczyty łóżka skonstruowane są w ten sposób, że bez tych uchwytów przetaczanie łóżka jest łatwe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Łóżko szpitalne elektryczne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżka, w których leże podparte jest w 6 punktach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Łóżko szpitalne elektryczne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżka, w której czas zmiany pozycji leża w dostępnym zakresie wynosi 37 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6**Łóżko szpitalne elektryczne 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne niewyposażone w specjalne uchwyty do prowadzenia łóżka? Szczyty łóżka skonstruowane są w ten sposób, że bez tych uchwytów przetaczanie łóżka jest łatwe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.